



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No 20175426

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

14/08/2017

TARİHİ, SAAT

10:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN

İşletme Müdür V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	EPIDURAL SET 18 G	100,00	ADET
2	RESPIRATOR OKSİJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)	12,00	ADET

TEKLİF NO : 20175426

NOT : 20175426 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 412 21 93 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

218.0037.000	EPIDURAL SET 18 G	ADET	100
238.0014.000	RESPIRATOR OKSİJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)	ADET	12

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5392) RESPIRATOR OKSİJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)

Açıklama : RESPIRATOR OKSİJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)

1. Oksijen sensörü hastanemizde kullanılmakta olan Drager marka cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Oksijen sensörü, cihaza bağlantı için hiçbir alet ve aparata gerek duymadan takılabilir özellikte olmalıdır.
3. Korozyona dayanıklı olması için kontakt hariç plastik kaplamalı olmalıdır.
4. Oksijen sensörü orijinal ambalajında ve üzerinde üretici firmanın parça numarasını ve üretim tarihini gösteren etiket bulunmalıdır.
5. Oksijen sensörü kullanıldığı cihazın ölçüm hassasiyetine uygun olmalı ve üretici firmanın belirlediği sınırlar içerisinde cihazla uyumlu çalışmalıdır.
6. Malzemeler numune üzerinden değerlendirilecektir.

(3533) EPIDURAL SET 18 G

Açıklama : EPIDURAL SET 18 G

1. Kanül, Touihy bileyli, 1,3 mm çapında en az 80 mm, 18 G olmalıdır.
2. İğne üzerinde 1'er cm'lik uzunluk işaretleri olmalıdır.
3. Kanül, şeffaf Lock bağlantılı olmalıdır.
4. Kanül, renk kodlu mandrenli olmalıdır.
5. Epidural kateter, en az 80 cm uzunluğunda, 20-21 G, uzunluk işaretli olmalıdır.
6. Epidural kateter, uç yandan en az 2-3 ditekli olmalıdır.
7. Epidural kateter, kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı parçalı olmalıdır.
8. Latekssöz kateter konektörü olmalıdır.
9. Setin içerisinde 7 bar basınca dayanıklı, 0,2 mm'lik epidural yassı filtre bulunmalıdır.
10. Enjektör direnç kaybı yöntemine uygun olarak hava ve sıvı kışısına izin vermemelidir.
11. Steril, orijinal ambalajda bulunmalıdır.
12. Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır.
13. Epidural kateter, poliamid, radyopak olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/08/2017 15:12:19

14. Lateksiz LOR enjektör (10 ml) olmalıdır.
15. Epidural katater, 5 mm uzunluğunda fleksibl soft uçlu olmalıdır.
16. Kateterin bel bölgesinde sabitleyicisi olmalıdır.
17. Kateter sabitleyicileri allerjik olmamalıdır.