



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No 20175487

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

17/08/2017

TARİHİ, SAAT

17:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN

İşletme Müdür V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TUP SPORU PLASTİK 16X100 TUPLER İCİN(50'LİK)	30,00	ADET
2	TUP SPORU PLASTİK 13X100 TUPLER İCİN (90'LİK)	30,00	ADET

TEKLİF NO : 20175487

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 412 21 93 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

306.0055.000	TUP SPORU PLASTİK 16X100 TUPLER ICIN(50'LİK)	ADET	30
306.0286.000	TUP SPORU PLASTİK 13X100 TUPLER ICIN (90'LİK)	ADET	30

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6783) TUP SPORU PLASTİK 13X100 TUPLER ICIN (90'LİK)

Açıklama : TUP SPORU PLASTİK 13X100 TUPLER ICIN (90'LİK)

1. Ürün PP (Polipropilen)'den imal edilmiş olmalıdır.
2. 13 mm çapında tüplere uygun delikleri bulunmalıdır.
3. Tüp Sporu üzerinde 90 tüp için delik bulunmalıdır.
4. Ürünün dar olan yan yüzlerinde barkot yapıştırılabilecek ölçülerde düz ve pürüzsüz bir alan bulunmalıdır.
5. Ürün otoklavlanabilir olmalıdır.
6. Ürün ambalajlı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 1 adet numune bırakılmalıdır.
8. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.