



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No 20175523

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

21/08/2017

TARİHİ, SAAT

17:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN

İşletme Müdür V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ENDOSKOPI BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:180CM ÇAP:2.00-2.3MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)	3,00	ADET
2	KOLONOSKOPI BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:240 CM ÇAP:2.4MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)	6,00	ADET

TEKLİF NO : 20175523

NOT : ODEME 360GUN

İLGİLİ KİŞİ BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 412 21 93 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0494.000	ENDOSKOPI BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:180CM ÇAP:2.00-2.3MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)	ADET	3
298.0495.000	KOLONOSKOPI BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:240 CM ÇAP:2.4MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)	ADET	6

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7838) KOLONOSKOPI BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:240 CM ÇAP:2.4MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)

Açıklama : KOLONOSKOPI BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:240 CM ÇAP:2.4MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)

1. Forseps reusable olmalıdır.
2. Forsepsin gövdesi çelik olmalıdır.
3. Forsepsin çapı 2.4 mm olmalıdır.
4. Forsepsin uzunluğu 240 cm olmalıdır.
5. Forseps oval kaşık ve iğnesiz olmalıdır.

(7839) ENDOSKOPI BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:180CM ÇAP:2.00-2.3MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)

Açıklama : ENDOSKOPI BIYOPSI FORSEPSİ (BOY:180CM ÇAP:2.00-2.3MM) (FUJI SCOPE'LARA UYUMLU)

1. Biyopsi forseps gastroskopi işlemleri sırasında biyopsi almak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Forseps reusable olmalıdır.
3. Forsepsin gövdesi çelik olmalıdır.
4. Forsepsin çapı 2.0 mm-2.3 mm olmalıdır.
5. Forsepsin uzunluğu 180 cm olmalıdır.
6. Forseps oval kaşık ve iğnesiz olmalıdır.