



T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

23.08.2017

İLAN

HASTANEMİZİN TIBBİ SARF DEPOSU İÇİN AŞAĞIDA YAZILI MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05.09.2017 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ NUMARALARA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN
İŞLETME MÜDÜRÜ V.

KORUYUCU ÖNLÜK-450 ADET

TEKNİK SART EKTEDİR. ODEME 180 GUNDUR.

İLGİLİ KİŞİ: BELMA ÇELEK

TEL :0 232 412 24 10 FAX:0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

21/08/2017 11:22:15

ÖDEME VADESİ 180 GÜN. TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0382.000	KORUYUCU ONLUK	ADET	400
--------------	----------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6400) KORUYUCU ONLUK

Açıklama : DENEY HAYVANLARI LAB'TAN ALINAN 27.06.2013

1. Önlük materyali ortamdan oluşabilecek kan, alkol ve benzer sıvıların alta geçmesini önleyecek, ancak hava geçirgen dokuya sahip 50 gr/m² (±5) medikal Non-Woven sıvı geçirmez materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Hipoalerjenik olmalıdır.
4. Önlükler uzun kollu olmalıdır.
5. Önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
6. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleriyle açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır.
7. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalı ve yaka açıklığı velcro (cırt cırt) ile ayarlanabilmelidir.
8. Gömleğin arkası; sırtı kapatacak şekilde kruvaze olmalıdır.
9. Belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.
10. Boyu min. 120 cm olmalıdır.
11. Renk lacivert olmalıdır.
12. Beden ölçüleri tek tip ve yetişkin kullanımına uygun olmalıdır.
13. Önlükler tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 1 adet numune bırakılmalıdır
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KroteX