



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No 20175598

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

05/09/2017

TARİHİ, SAAT

14:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN

İşletme Müdür V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ	2,00	ADET

TEKLİF NO : 20175598

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 412 21 93 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

209.0041.000	ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ	ADET	2
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8106) ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ

Açıklama : ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ FILELİ

1. Yabancı cisim çıkartmak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Filenin yapısı yabancı cisimleri kolaylıkla tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan cisimlerin tekrar düşmemesi amaçlı fileye yapışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır
3. Optimum bir patolojik inceleme için hasarsız olarak çıkartılabilecek özellikte olmalıdır.
4. Snare disposable olmalıdır.
5. Filenin kılıf çapı 1,8mm -2,5mm arasında olmalı ve 2,8mm çalışma kanalından çalışmaya uygun olmalıdır.
6. Dış kılıf uzunluğu ise 160-230 mm arasında olmalıdır.
7. Filenin yaklaşık ölçüsü ise 30x60mm ile 40x75mm arasında olmalıdır.
8. Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır.
9. File tek elle manipulasyona izin verecek yapıda olmalıdır.
10. File prosedür esnasında görüntülemeye olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
11. File uluslararası kalite belgelerinden (CE,FDA gibi) en az birine sahip olmalıdır.