



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No 20175620

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

05/09/2017

TARİHİ, SAAT

14:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN

İşletme Müdür V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DISPOSABLE KONSANTRİK EMG İGNESİ (37 MM X 0.46 MM) PLATIN TELLİ	150,00 ADET

TEKLİF NO : 20175620

NOT : ODEME 360GÜN

İLGİLİ KİŞİ BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 412 21 93 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

300.0002.000	DISPOSABLE KONSANTRİK EMG İGNESİ (37 MM X 0.46 MM) PLATIN TELLİ	ADET	150
--------------	--	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5682) DISPOSABLE KONSANTRİK EMG İGNESİ (37 MM X 0.46 MM) PLATIN TELLİ

Açıklama : DISPOSABLE KONSANTRİK EMG İGNESİ (37 MM X 0.46 MM) PLATIN TELLİ

1. Kayıt alanı 0,07 mm² olmalıdır.
2. İğne elektrot dış kanülü paslanmaz çelik ve merkezinden geçen teli platin olmalıdır.
3. İğne kablosuna takıldığında kavrama yeri 2,5 cm uzunluğunda, merkezi basık bir kavrama yeri bulunmalıdır.
4. İğnenin kayıt alanını gösteren 13 mm uzunluğunda hissetme çentiği bulunmalıdır.
5. İğneler E-Beam tekniği ile steril edilmiş, yırtılmaz paketlerde bulunmalıdır.
6. Kutu/paket üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası ve barkodu bulunmalıdır.
7. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 2 adet numune bırakılmalıdır.
8. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.