



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No 20175198

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

04/08/2017

TARİHİ, SAAT

17:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN

İşletme Müdür V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	INDİKATORLU DOKUMANTASYON ETİKETİ (BUHAR OTOKLAVI İCİN)	100.000,00	ADET
2	INDİKATORLU DOKUMANTASYON ETİKETİ (HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZATORU İCİN)	8.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20175198

NOT : ODEME 360 GÜN

İLGİLİ KİŞİ BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 412 21 93 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

297.0097.000	INDİKATORLU DOKUMANTASYON ETİKETİ (BUHAR OTOKLAVI İCİN)	ADET	100000
297.0122.000	INDİKATORLU DOKUMANTASYON ETİKETİ (HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZATORU İCİN)	ADET	8000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3322) INDİKATORLU DOKUMANTASYON ETİKETİ (BUHAR OTOKLAVI İCİN)

Açıklama : INDİKATORLU DOKUMANTASYON ETİKETİ (BUHAR OTOKLAVI İCİN)

1. TS EN ISO 11140-1 standartına uygun olmalıdır.
2. Buhar sterilizatörde kullanılmak üzere üretilmiş, kimyasal indikatörlü olmalıdır.
3. İndikatörün renk değişimi bariz ve kolay anlaşılır olmalıdır.
4. 3 satırlı kayıt yapabilen etiket olmalıdır.
5. Etiket üzerinde gün, ay, yıl olarak sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, 2 basamaklı sterilizatör kodu, seans numarası ve operatör kodu birbirinden ayrı ve okunaklı olarak yazılabilmelidir.
6. Dokümantasyona uygun ve çift yapışkanlı olmalıdır.
7. Çift katlı etiketin hasta dosyasına yapışan üst kısmı, pakette kalacak olan alt kısmından kolayca ayrılabilirdir.
8. Etiketlerin üst kısmı hasta dosyasına yapıştırılacağı için uygun ebatlarda olmalıdır.
9. Etiket tabancadan yapışma alanına transferi sırasında kenarından kalkma yapmamalıdır.
10. Etiket rulo halinde olmalıdır, etiket rulosu tabancaya kolayca takılabilmelidir.
11. Yapışma özelliği iyi olmalıdır. Krep, wrap, yeşil bohça ve sterilizasyon poşetleri gibi paketlenme materyallerine iyi yapışmalıdır.
12. Ürün sterilizasyon işleminden sonra yapışma özelliğini korumalı, yapıştığı yüzey üzerinden çıkma, soyulma, atma yapmamalıdır.
13. Paketin üzerinden çıkarılırken leke ve atık bırakmamalıdır.
14. Ürünle beraber etikete uygun olan 3 adet etiket tabancası firma tarafından teslim edilecektir. Yüklenci firma bu süre içinde tabancaların bakım, onarım ve kartuşundan sorumlu olacak, tamiri süresince yedek tabanca temin edilecektir.
15. Etiket rulosu tabancaya takılırken etiket çıkarılması gerekiyorsa toplamda atılan etiket miktarı firma tarafından karşılanacaktır.
16. Ürünün kullanımı süresince sorunlu çıkan, üretim hatası saptanan ruloların firma tarafından ücretsiz olarak değiştirileceği taahhüt edilmelidir.
17. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
18. Ürünün yapışma kabiliyetinde son kullanma tarihine kadar azalma olmamalıdır.
19. Numune olarak orijinal 1 adet etiket rulosu ve etikete uygun tabanca bırakılmalıdır.
20. Ürün bilgisi ile ilgili tüm dokümanlar ve tabancanın kullanım kılavuzu numunelerle beraber dosya halinde teslim edilmelidir.