



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No 20175909

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

21/09/2017

TARİHİ, SAAT

17:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN

İşletme Müdür V.

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	GAZ PED PAMUKLU 10X30	30.000,00 ADET
---	-----------------------	----------------

TEKLİF NO : 20175909

NOT : ODEME 240GÜN

İLGİLİ KİŞİ BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 412 21 93 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

296.0007.000	GAZ PED PAMUKLU 10X30	ADET	30000
--------------	-----------------------	------	-------

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (3315) GAZ PED PAMUKLU 10X30

##### Açıklama : GAZ PED PAMUKLU 10X30

1. Gazlı bez hidrofil pamuk ile hazırlanmış olmalıdır.
2. Gaz ped pamuklu 10cmx30cm ölçülerinde, açık hali 60cmx40cm (+/- 1cm) dikdörtgen biçiminde olmalıdır.
3. İstenilen boyutlarda kesilmiş gazlı bez hidrofil pamuğu tamamen sarmalı ve kenarlar iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
4. Gaz ped pamukluda kullanılan gaz bezi TS 14079 a uygun olmalıdır.
5. Kullanılan gazlı bez 20 tel olmalıdır. (+/- 1 tel olabilir.)
6. Atkı ve çözümler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.
7. Apreli olmamalı, her hangi bir boya içermemelidir; durmakla sararmış olmayıp her hangi bir şekilde kirli görünmemelidir.
8. Ürün temiz ve kokusuz olmalıdır.
9. Ürün üzerinde kir,elyaf artıkları,yağ lekesi,yabancı cisimler,ek yeri ve parça bulunmamalıdır.
10. Gazlı bezde delik,kesik,yırtık vb. görünüş bozuklukları olmamalıdır.
11. Ürünün emiciliği iyi olmalıdır.
12. Hidrofil pamuk, ped içinde görünüşte homojen dağılımlı yerleştirilmiş olmalıdır. En az 12gr (+/- 2gr) hidrofil pamuk içermelidir.
13. 25-30 adetlik kâğıt ya da polietilen ambalajlarda ve kolilenerek teslim edilmelidir.
14. Her bir karton kolide en fazla 750 ürün bulunmalıdır.
15. Paketler üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
  1. Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,
  2. Hidrofil olduğu,
  3. Anma boyutları ve adedi,
  4. Üretim tarihi,
  5. Standardın işaret ve numarası(TS 14079)
  6. Seri ve parti numarası.
16. Non-steril olmalıdır.
17. Ürün CE işaretli olmalı CE belgesi sunulmalıdır.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/09/2017 11:43:43

18. Değerlendirme için şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan en az 50 adet ürün numune olarak bırakılmalıdır.
19. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
20. Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özellikte olmalıdır.