



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No 20175913

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

21/09/2017

TARİHİ, SAAT

10:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN

İşletme Müdür V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

| ALIM KONUSU MALZEMELER | MİKTAR |
|----------------------------------|------------|
| 1 DIJITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ | 10,00 ADET |

TEKLİF NO : 20175913

NOT : ODEME 360GUN

İLGİLİ KİŞİ BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 412 21 93 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/09/2017 13:34:41

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | | |
|--------------|--------------------------------|------|----|
| 293.0197.000 | DIJITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ | ADET | 10 |
|--------------|--------------------------------|------|----|

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3639) DIJITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ

Açıklama : DIJITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ

1. Buzdolabında ısı ölçümüne uygun olmalıdır.
2. 3 metre kablo sensör uzunluğu olmalıdır.
3. Ölçülen iki sıcaklığı (ortam ve buzdolabı) aynı anda ekranda gösterebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Maksimum ve minimum değer hafızası bulunmalıdır.
5. Ölçüm aralığı -50 ile 70 C olmalıdır.
6. Ölçüm doğruluğu +/- 1C'yi geçmemelidir.
7. Tek tek paketlenmiş olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
8. Termometreler firma tarafından kalibrasyonları yapılmış olarak teslim edilmelidir.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.