



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No 20175750

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

12/09/2017

TARİHİ, SAAT

10:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN

İşletme Müdür V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DISTİLE STERİL SU 1 LT.	2.500,00	ADET
---	-------------------------	----------	------

TEKLİF NO : 20175750

NOT : ODEME 180GÜN

İLGİLİ KİŞİ BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 412 21 93 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0042.000	DISTİLE STERİL SU 1 LT.	ADET	2500
--------------	-------------------------	------	------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5793) DISTİLE STERİL SU 1 LT.

Açıklama : DISTİLE STERİL SU 1 LT.

1. İçeriği Aqua bidest olmalıdır.
2. Steril (ultra pure water) olmalıdır.
3. Avrupa menşeli 1000 ml.lik orijinal ambalajlarda cam veya plastik şişelerde olmalıdır.
4. +2 - +25°C'de muhafaza edilebilmelidir.
5. Ultra saf su çok aşamalı bir süreçte Water Injection (WCI) spifikasyonu ile işlenmiş olmalıdır.
6. Başlangıç purifikasyonu "charcoal adsorbtion ve ion axchange" yöntemlerini içermelidir.
7. Final distilasyonu suyun extrem saflığı için bir siklon alet kullanmalıdır.
8. Su buharı siklon geometri ve basınçta farkla 500 g. ye yükseltilebilmelidir.
9. Non pirojenik olmalıdır.
10. Şişe kapaklarına serum seti yerleştirilebilecek özellikte olmalıdır.
11. İştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.