



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20187354

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 04/01/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL İŞİKÇİ

İşletme Müdürü

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	SPINAL IGNE NO:18	200,00	ADET
2	UC YOLLU MUŞLUK	100.000,00	ADET
3	KAPALI DEVRE KORUMALI KANUL I.V.NO:24	5.000,00	ADET

**TEKLİF NO :** 20187354

**NOT :** ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

**İLGİLİ KİŞİ :** YUSUF GÜLER

**TEL :** 2324122405

**FAX :** 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

229.0003.000	SPINAL İGNE NO:18	ADET	200
210.0027.000	UC YOLLU MUSLUK	ADET	100000
214.0009.000	KAPALI DEVRE KORUMALI KANUL I.V.NO:24	ADET	5000

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (3531) SPINAL İGNE NO:18

##### Açıklama : SPINAL İGNE NO:18

- İğne ucu Quincke tip bileme olmalıdır.
- Ponksiyon kontrolü için şeffaf hup bağlantısı olmalıdır.
- Şeffaf hup, luer lock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır.
- Renk kodlu mandrenli olmalıdır. Mandreni iğne gövdesine iyi oturmalıdır.
- İğne uzunluğu en az 90 mm olmalıdır. Her boy için talep edilen malzemenin 1/10'u 110-120 mm olacaktır.
- Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj tipi blister veya kulaklı poşet olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon, son kullanma tarihleri, seri numarası, CE işaretlenmesi, firma ismi kolay okunabilecek şekilde BASKILI olmalıdır.
- Ürün steril olup, son kullanma tarihi itibari ile en az 3 yıl olmalıdır.
- Bu teknik şartname muhteviyatındaki ürün, ISO 9626 ve ISO 15811 standartlarına ve 93/42 EEC Medikal cihazlar direktifine uygun olmalıdır.
- İğneler istenen gauge ölçülerinde olmalıdır.
- 26-27 gauge ölçülerinde olanlarda klavuz iğne olmalıdır.

#### (4978) KAPALI DEVRE KORUMALI KANUL I.V.NO:24

##### Açıklama : KAPALI DEVRE KORUMALI KANUL I.V.NO:24

- Tek elle ponksiyon tekniğine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- İğne yaralanmalarını önleyen, kendi kendine aktive olan iğne ucunda otomatik güvenlik klipsi olmalıdır. İğne yaralanmalarını ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla iğne ucu, iğne kapillerden çıkarıldıktan sonra kendiliğinden otomatik olarak kilitlenerek koruyucu şekilde özel dizayn edilmiş olmalıdır.
- Metal iğne kapiller içerisinden çıkarılırken herhangi bir güçlükle karşılaşılmalı ve kapiller venden çıkmadan metal iğne kapillerden kolayca çıkarılabilmelidir.
- İğne üzerinde, kanül kilitlendikten sonra klipsi tutan ve aşağı kayıp düşmesini engelleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
- FEP-Teflon veya PUR kapiler olmalıdır.
- Kolay ponksiyon için özel form verilmiş kapilerli olmalıdır.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

7. Düzgün yüzey, gömülmüş 4 radyoopak çizgili olmalıdır.
8. İnce cidarlı, yüksek akım hızlı olmalıdır.
9. 24G kanüller hariç, diğer kanül boylarında kendi kendine kapanan enjeksiyon valfli olmalıdır.
10. Hareketli fiksasyon kanatları olmalıdır.
11. Kan geri akımını kolayca görebilmek için metal iğne arkasındaki kan tutucu bölümü tam transparan olmalıdır.
12. Hidrofoblu kan tutucu olmalıdır.
13. Aynı steril ambalaj içerisinde kanül ile birlikte Luer-Lock kapak olmalıdır.IV kanul serum seti,kan seti, üçlü musluk vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
14. Uluslararası renk kodlu olmalıdır. ( 14 G'den , 24 G'e kadar )
15. \*\* 24 G Poliüretan olmalıdır.
16. I.V. kanüller tekli paketler halinde steril ambalajlarda olmalıdır.
17. Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler ve barkot olmalıdır.
18. Teklif edilen ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylı olmalı, tekliflerde onaylı ürün kodu belirtilmelidir ve Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır.
19. Numune denendikten sonra sadece uygunluk verilen ürünler ihalede değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle herbir numaradan en az 10 adet numune bırakılmalıdır.

### (5005) UC YOLLU MUSLUK

#### Açıklama : UC YOLLU MUSLUK

1. Saydam, sert plastik malzemeden üretilmiş ve non-toksik ve hipoallerjen olmalıdır.
2. Kolayca kırılmamalıdır.
3. Üç yollu muslukta bir döner male(erkek) ve iki female(dişi) luer lock konnektör bulunmalı ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
4. Üst kısmı (musluk) 360 °C döner olmalıdır.
5. Üzerinde akış yönünü gösteren oklar olmalıdır.
6. En az 4,5 Bar basınca dayanıklı olmalıdır.
7. Steril tek tek paketlenmiş, üzerinde üretim ile son kullanım tarihleri bulunmalıdır.Ambalaj bütünlüğü bozulmamış olmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 20 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Malzemelerin üzerinde barkod numaraları olmalıdır.
11. Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihi teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylı olmalı, tekliflerde onaylı ürün kodu belirtilmelidir.
13. Üçlü musluğun gövdesi şeffaf olmalı ve ilaca (anestetik, narkoleptik, immunasupresif, yağ emilsiyonları) dayanıklı olmalıdır.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/12/2018 13:38:22

14. Bağlantı ve ek yerlerinden sıvı ve hava kaçağına izin vermemelidir.
15. Setlerle bağlantı yapan uçları setlere iyi oturtmalı, setlerden kolayca ayrılmamalıdır.
16. Ce belgesi ve lot numarası olmalıdır