



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019338

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 25/01/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BY PASS ORTUSU (YETİSKİN)	200,00	ADET
2	BY PASS ORTUSU PEDIATRİK	50,00	ADET

TEKLİF NO : 2019338

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

245.0003.000	BY PASS ORTUSU (YETİSKİN)	ADET	200
245.0004.000	BY PASS ORTUSU PEDIATRİK	ADET	50

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4966) BY PASS ORTUSU (YETİSKİN)

Açıklama : BY PASS ORTUSU (YETİSKİN)

- Set grubu yaklaşık aşağıdaki özel parçaları ihtiva etmelidir. Ölçüler yaklaşık olarak verilmiştir:
 - 1 adet üç katlı üç materyalden, by-pass hasta üst örtüsü (250 x 360 cm)
 - 1 adet iki katlı materyalden, by-pass hasta alt örtüsü (200 x 265 cm)
 - 1 adet iki katlı materyalden alet masa örtüsü (150 x 200 cm)
 - 2 adet üstü non-woven kaplı yapıştırma bantı (10 x 50 cm)
 - 2 adet kenarı yapışkan bantlı ayaklık (standart,patik şeklinde bilek kısmının açıklığı geniş olmalıdır.)
 - 1 adet mayo masa örtüsü (80 x 150 cm)
 - 1 adet cerrahi drape (bacaklar için, 50 x 90 cm ; iobanlı olmalı)
- Hasta üst örtüsünde üst katı çok emici medikal non-woven, orta katı polietilen veya poliamid, alt katı ise medikal non-woven?den mamul 3 katlı olmalıdır.
- Diğer örtüler; üst katı çok emici non-woven, alt katı polietilen veya poliamid olmalıdır.
- Örtünün torasik bölgeye gelen kısmı 30 x 40 cm ebatlarında delikli ve delik tıbbi insizyon drape?i ihtiva etmelidir. Bu drape, cildi tahriş etmeyecek özellikte ve iobanlı olmalıdır.
- 200 x 250 cm?lik alt örtünün tamamı çift katlı materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- Alt örtünün U şeklinde 100 cm boyunda yarığı olmalı ve yarığın iki kenarından bedene yapışacak, cildi tahriş etmeyecek bant ihtiva edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Alt örtüye monte edilmiş bakteri bariyerli polietilen, poliamit materyalden kenarı lastikli karın nahiyesine yapışacak şekilde bantlı külot içermelidir.
- Poşetler bakteri bariyerli polietilen, poliamitten imal edilmiş seyyar dayanıklı üst kenarının arka yüzü yapışkan olmalıdır.
- Göğüs örtüsünün drape kısmında sağ ve sol tarafında cepler olmalı.2'şerli 4 cep olmalı.Cepler dayanıklı ve derin cep olmalı.
- Setler ETO veya Gamma ile steril edilmeli, üç yıl raf ömrü olmalıdır.
- Paketlerin üzerinde sterilizasyonişlemine tabii tutulduğunu gösteririndikatör olmalıdır.
- Kullanıcıya kolaylık sağlaması açısından baş ve ayak yönünü gösteren etiketler olmalıdır.
- Operasyon sırasında değişik amaçlarla kullanılabilecek fonksiyonel 2 adet plastik cep olmalıdır. Bu cepler aletleri sahatça taşıyabilecek yükseklikte ve sağlamlıkta olmalıdır.

(4969) BY PASS ORTUSU PEDIATRİK

Açıklama : BY PASS ORTUSU PEDIATRİK

1. Bu cerrahi örtü seti, By Pass ameliyatlarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır. Ürünlerin CE ve ISO belgeleri olmalıdır.
2. Set içindeki KVC örtüsünün üst katı su, kan, alkol gibi sıvıları tamamen emebilen medikal non-woven, orta katı polietilen veya poliamid, alt katı ise sıvıların alta geçmesini önleyen medikal nonwovenden mamül üç katlı olmalıdır.
3. Alet masa örtüsünün materyali 55 gr /m2(+/-2 cm) olmalı ve üst katı su, kan, alkol gibi sıvıları tamamen emebilen non-woven, alt kata sıvıların geçmesini önleyen polietilenden mamul iki katlı olmalıdır.
4. Mayo masa örtüleri üst katı non-woven, alt katı sıvı geçirilmeyen 73 gr /m2 (+/-2 cm) polietilenden oluşan üç katlı materyalden imal edilmelidir.
5. Örtülerde kullanılan cilt bantları medikal amaçlı non-allergenic olmalıdır.
6. Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde katlanmalı ve üzerlerinde açılış yönünü gösteren yön etiketleri bulunmalıdır.
 - 6.1. 1 adet Pediatrik KVC Örtüsü 240x 340 cm
 - 6.2. 1 adet Mayo Maya Örtüsü 80x150 cm
 - 6.3. 1 adet Alet Masa Örtüsü 150x200 cm
 - 6.4. 1 adet Ünlversal Torba 30x40 cm
 - 6.5. 2 adet Nonwoven Bant 10x50 cm
7. Setler ETO yöntemiyle veya Gamma steril edilmeli, Üç yıl raf ömrü olmalı ve gerektiğinde belgelendirilmeli.
8. Ambalaj üzerinde sterilizasyon işlemine tabii tutulduğunu gösterir indikatör belgelendirilmeli.
9. Paketlerin üzerinde marka, imalatçı firma bilgileri, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, barkot numarası ve CE işareti olmalıdır.
10. Pediatrik KVC örtüsünün göğüs bölgesinde 20x30 ebadında delik olmalıdır. Delik ebadında örtünün arka yüzünde hastanın vücuduna tam olarak yapışan cildi tahriş etmeyen tıbbi amaçla üretilmiş insizyon filmi kaplı olmalı,iobanlı olmalıdır.
11. Deliğın iki kenarında operasyon sırasında değışik amaçlarla kullanılabilecek fonksiyonel 2 adet plastik cep bulunmalıdır. Bu cepler aletleri rahatça taşıyabilecek yükseklikte ve sağlamlıkta olmalıdır.
12. Kullanıcıya kolaylık sağlaması açısından baş ve ayak yönünü gösteren yön etiketleri olmalıdır.