



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019565

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 01/02/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI
İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 ENDOSKOPIK KLİP	200,00 ADET

TEKLİF NO : 2019565

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/01/2019 10:47:16

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

209.0040.000	ENDOSKOPIK KLİP	ADET	200
--------------	-----------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3509) ENDOSKOPIK KLİP

Açıklama : ENDOSKOPIK KLİP

1. Klip sisteme önceden yüklü, kullanıma hazır ve steril paketler halinde olmalıdır.
2. Klipler atılmadan önce tekrar açılıp kapanma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Klip dişleri 11 mm genişlikte açılabilir, kateter uzunluğu ihtiyaca göre 155 cm veya 235 cm olmalıdır.
4. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
5. 2,8 mm endoskop çalışma kanalıyla uyumlu olmalıdır.
6. Klip rotatable olmalıdır