



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019612

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEREN FİRMALARIN 04/01/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI
İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	VALFLI IDRAR TORBASI	30.000,00	ADET
2	NASAL BASINC KANULU(EMBLA N7000 POLISOMNOGRAFI UYUMLU)	500,00	ADET

TEKLİF NO : 2019612

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

237.0001.000	VALFLI IDRAR TORBASI	ADET	30000
243.0003.000	NASAL BASINC KANULU(EMBLA N7000 POLISOMNOGRAFI UYUMLU)	ADET	500

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5390) NASAL BASINC KANULU(EMBLA N7000 POLISOMNOGRAFI UYUMLU)

Açıklama : NASAL BASINC KANULU(EMBLA N7000 POLISOMNOGRAFI UYUMLU)

1. Her bir kanül Embla N 7000 model uyku polisomnografi cihazına bağlanabilir özellikte olmalıdır.
2. Latex madde içermemelidir.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Boyu 50-60 cm olmalıdır.
5. Erkek tipte luer konnektöre sahip olmalıdır.
6. Birim adet olarak temin edilecek kanüllerin teslimatı 50? lik paket olarak yapılacaktır.
7. Malzemeler numune üzerinden değerlendirilecektir.

(5006) VALFLI IDRAR TORBASI

Açıklama : VALFLI IDRAR TORBASI

1. Valfli idrar torbası idrar esnasında hijyen sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Valfli idrar torbasının vücutla temas eden kısmı cilde zarar vermeyecek şekilde pürüzsüz yapıda olmalıdır.
3. Valfli idrar torbası idrarın geri dönüşünü ve kokunun dışarı yayılmasını engelleyecek şekilde bir valf ile desteklenmiş olmalıdır.
4. Valfli idrar torbası 1500 cc (±50 ml) idrar toplama hacmine sahip olmalıdır.
5. Valfli idrar torbasının idrar takibini kolaylaştırmak için torba üzerinde 50 m/l aralıklarla derecelendirmesi olmalıdır.
6. Valfli idrar torbasının huni kısmı bay, bayan ve çocuklarının rahatça kullanılabileceği anatomik bir yapıya sahip olmalıdır.
7. Valfli idrar torbasının huni kısmı 360° dönerek hastaya yatış esnasında daha kolay idrar yapma imkanı sağlamalıdır.
8. İdrar, torba içinde uzun süre beklese bile sızıntı ve akıntı olmamalıdır.
9. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle en az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Valfli idrar torbası idrar miktarını doğru ölçmeli eksik veya fazla göstermemelidir.
11. Bir yüzeyi şeffaf olmalı idrar rengi görülebilir olmalıdır.
12. Ürünlerin son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

30/01/2019 15:36:42

13. ISO belgesine sahip olmalıdır.