



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20197476

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/12/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	OZEL ISLEM TORBASI (KOK KIT ICIN)	75,00	ADET
---	-----------------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 20197476
NOT : ÖDEMELER 22 Ç KAPSAMINDA 540 GÜNDÜR
İLGİLİ KİŞİ : EMEL SÜRER
TEL : 4122408
E-MAIL : emel.surer@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

1 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

216.0010.000	OZEL ISLEM TORBASI (KOK KIT ICIN)	ADET	75
--------------	-----------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3107) OZEL ISLEM TORBASI (KOK KIT ICIN)

Açıklama : OZEL ISLEM TORBASI (KOK KIT ICIN)

1. Torbalar Etilen Vinil Asetatın özel formülasyonu olan PL-296 cins plastikten yapılmış olup, gamma sterilizasyon yöntemi ile sterilize edilmiş olmalıdır.
2. -196? C düşük sıvı nitrojen ısılarına dayanıklı olmalıdır.
3. Torbanın üst bölümünde hastaya ait bilgileri içeren etiketin yerleştirilebileceği özel şeffaf bir bölüm olmalıdır.
4. Ürün almaya yarayan, örnek alma bağlama parçası ve transfer setleriyle uyumlu iki adet membrane portu olmalıdır.
5. Torbaya üstten bağlı tüp sistemi, üç adet roller klempli 2 adet dişi ve 1 adet erkek çıkış ve bir adet enjeksiyon girişi içermelidir.
6. Doldurulduktan sonra torbanın kapatılması işlemi, ürün kontaminasyonuna neden olmayacak şekilde torbaya bağlı tüp sisteminde olmalıdır.
7. Farklı ihtiyaçları karşılayabilmek üzere 50ml, 250ml, 500ml, 750ml ve 1000ml'lik formları bulunmalıdır.