



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20197702

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 30/12/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	VASKULER KAROTIS STENT KENDİLİGİNDEN ACILAN ÇELİK	34,00	ADET
---	---	-------	------

TEKLİF NO : 20197702
NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

233.0037.000	VASKULER KAROTIS STENT KENDİLİGİNDEN ACILAN CELİK	ADET	34
--------------	---	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4661) VASKULER KAROTIS STENT KENDİLİGİNDEN ACILAN CELİK

Açıklama : VASKULER KAROTIS STENT KENDİLİGİNDEN ACILAN CELİK

1. Stent self expandable sisteminde nitinolden veya elgiloydan imal edilmiş olmalıdır.
2. Stent tübüler örgü yapı kapalı hücre yada lazer kesim açık hücre dizaynında olmalıdır.
3. Stent kateteri monorail (rx) 6f sheath içerisinden 0.014" guidewire ile kullanılabilmelidir. Stent distalden proksimale aynı kalınlıkta olmalı bu kalınlık 6F i geçmemelidir.
4. Stent üzerinde doğru konumlandırmayı sağlayabilmek için iki adet tantalumdan yapılmış marker bulunmalıdır.
5. Stent sistemi carotid işlemler için uygun olmalıdır.
6. Stent flexibilitesi yüksek olmalı, açıldığında damar duvarına tam oturup damarın şeklini almalıdır.
7. Teklif edilen malzemenin tapered veya cylindrical olarak bulunmalıdır.
8. Stent ölçüleri tapered özelliğinde olanlarda 6-8/7-10 mm olmalı; Düz olanlarda ise 6-7-8-9-10 çaplarında olmalı düz stent boyları 20-30-40-60mm uzunluğunda; tapered stent boyları ise 30-40mm uzunluğunda olmalıdır.
9. Stent sistemi tek kişi kullanımına uygun olmalı ve sistem güvenli yerleştirmeye olanak sağlamak amacıyla açılırken zıplamayı engelleyici koruma sistemi ile katatere sabitlenmiş olmalıdır.
10. Stent sisteminin boyu ise 135 cm den kısa olmamalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
 - 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
 - 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 11.4. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
 - 11.5. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 11.6. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
 - 11.7. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.