



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191139

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/02/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 12 F	5,00	ADET
2	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 16 F	5,00	ADET
3	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 18 F	5,00	ADET
4	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 20 F	5,00	ADET
5	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 6 F	5,00	ADET
6	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 14 F	5,00	ADET

TEKLİF NO : 20191139

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : EMEL SÜRER

TEL : 4122408

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

244.0026.000	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 12 F	ADET	5
244.0027.000	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 16 F	ADET	5
244.0028.000	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 18 F	ADET	5
244.0029.000	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 20 F	ADET	5
244.0209.000	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 6 F	ADET	5
244.0276.000	FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 14 F	ADET	5

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5100) FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 16 F

Açıklama : FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 16 F

- 16 Fr altının 1/4 konnektörü, 16 Fr ve üstünün 3/8 konnektörü olmalı; polyurethanenden mamul olmalıdır.
- Femoral arter kullanıma uygun olmalıdır.
- 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 +/- 1 Fr veya 2.00mm ile 8.00mm arasındaki ölçülerde olmalıdır.
- En az 23 cm uzunluğunda olmalıdır.
- ETO ile steril olmalıdır.
- Kink yapmasını engellemek için spiralli olmalıdır.
- En az iki yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinin dolmasına 6 ay kalan malzemeler bir kez, 2 yıl miadlı malzemelerle değiştirilmeli veya ürün sterilizasyona uygun ise, yüklenici firma sterilizasyonunu yaparak tekrar 2 yıl miad ile kullanıma sunulmalıdır.
- Steril olmalıdır.

(5100) FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 20 F

Açıklama : FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 20 F

- 16 Fr altının 1/4 konnektörü, 16 Fr ve üstünün 3/8 konnektörü olmalı; polyurethanenden mamul olmalıdır.
- Femoral arter kullanıma uygun olmalıdır.
- 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 +/- 1 Fr veya 2.00mm ile 8.00mm arasındaki ölçülerde olmalıdır.
- En az 23 cm uzunluğunda olmalıdır.
- ETO ile steril olmalıdır.
- Kink yapmasını engellemek için spiralli olmalıdır.

7. En az iki yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinin dolmasına 6 ay kalan malzemeler bir kez, 2 yıl miadlı malzemelerle değiştirilmeli veya ürün sterilizasyona uygun ise, yüklenici firma sterilizasyonunu yaparak tekrar 2 yıl miad ile kullanıma sunulmalıdır.
8. Steril olmalıdır.

(5100) FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 18 F

Açıklama : FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 18 F

1. 16 Fr altının 1/4 konnektörü, 16 Fr ve üstünün 3/8 konnektörü olmalı; polyurethanenden mamul olmalıdır.
2. Femoral arter kullanıma uygun olmalıdır.
3. 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 +/- 1 Fr veya 2.00mm ile 8.00mm arasındaki ölçülerde olmalıdır.
4. En az 23 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. ETO ile steril olmalıdır.
6. Kink yapmasını engellemek için spiralli olmalıdır.
7. En az iki yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinin dolmasına 6 ay kalan malzemeler bir kez, 2 yıl miadlı malzemelerle değiştirilmeli veya ürün sterilizasyona uygun ise, yüklenici firma sterilizasyonunu yaparak tekrar 2 yıl miad ile kullanıma sunulmalıdır.
8. Steril olmalıdır.

(5100) FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 6 F

Açıklama : FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 6 F

1. 16 Fr altının 1/4 konnektörü, 16 Fr ve üstünün 3/8 konnektörü olmalı; polyurethanenden mamul olmalıdır.
2. Femoral arter kullanıma uygun olmalıdır.
3. 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 +/- 1 Fr veya 2.00mm ile 8.00mm arasındaki ölçülerde olmalıdır.
4. En az 23 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. ETO ile steril olmalıdır.
6. Kink yapmasını engellemek için spiralli olmalıdır.
7. En az iki yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinin dolmasına 6 ay kalan malzemeler bir kez, 2 yıl miadlı malzemelerle değiştirilmeli veya ürün sterilizasyona uygun ise, yüklenici firma sterilizasyonunu yaparak tekrar 2 yıl miad ile kullanıma sunulmalıdır.
8. Steril olmalıdır.

(5100) FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 12 F

Açıklama : FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 12 F

1. 16 Fr altının 1/4 konnektörü, 16 Fr ve üstünün 3/8 konnektörü olmalı; polyurethanenden mamul olmalıdır.
2. Femoral arter kullanıma uygun olmalıdır.
3. 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 +/- 1 Fr veya 2.00mm ile 8.00mm arasındaki ölçülerde olmalıdır.
4. En az 23 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. ETO ile steril olmalıdır.
6. Kink yapmasını engellemek için spiralli olmalıdır.
7. En az iki yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinin dolmasına 6 ay kalan malzemeler bir kez, 2 yıl miadlı malzemelerle değiştirilmeli veya ürün sterilizasyona uygun ise, yüklenici firma sterilizasyonunu yaparak tekrar 2 yıl miad ile kullanıma sunulmalıdır.
8. Steril olmalıdır.

(5100) FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 14 F

Açıklama : FEMORAL ARTER KANUL VE DILATOR 14 F

1. 16 Fr altının 1/4 konnektörü, 16 Fr ve üstünün 3/8 konnektörü olmalı; polyurethanenden mamul olmalıdır.
2. Femoral arter kullanıma uygun olmalıdır.
3. 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 +/- 1 Fr veya 2.00mm ile 8.00mm arasındaki ölçülerde olmalıdır.
4. En az 23 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. ETO ile steril olmalıdır.
6. Kink yapmasını engellemek için spiralli olmalıdır.
7. En az iki yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinin dolmasına 6 ay kalan malzemeler bir kez, 2 yıl miadlı malzemelerle değiştirilmeli veya ürün sterilizasyona uygun ise, yüklenici firma sterilizasyonunu yaparak tekrar 2 yıl miad ile kullanıma sunulmalıdır.
8. Steril olmalıdır.