



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191319

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 04/03/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MICRO SPONGE	7.000,00	ADET
2	SOLUSYON SODYUM HYALURONATE (OFTALMIK KULLANIM)	600,00	ADET

TEKLİF NO : 20191319

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

212.0048.000	MICRO SPONGE	ADET	7000
212.0065.000	SOLUSYON SODYUM HYALURONATE (OFTALMIK KULLANIM)	ADET	600

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4637) SOLUSYON SODYUM HYALURONATE (OFTALMIK KULLANIM)

Açıklama : SOLUSYON SODYUM HYALURONATE (OFTALMIK KULLANIM)

1. Göz içi cerrahilerde kullanılmak amacıyla hazırlanmış olmalı.
2. Steril kullanılmaya hazır cam enjektörü içinde ve ambalajında ön kamara kanülü bulunmalı.
3. Her bir flakonda en az 0.85ml, 14mg/ml Sodyum Hylaüronate içermeli, Viskozitesi 3000000 MPaS olmalıdır.
4. Teklif edilen malzemenin örneği ve kataloğu sunulmalı ve kutusunda katalog ve seri numarası bulunmalı.
5. Şartnameye cevaplar tek tek ve yukarıdaki sıraya göre verilmelidir, sıraya göre verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. PH değeri 7-7,5 arasında olmalıdır.
7. %1.4 NaHA olmalıdır.
8. Moleküler ağırlık en az 5000000 dalton olmalıdır.

(4892) MICRO SPONGE

Açıklama : MICRO SPONGE

1. Steril tek kullanımlı poşet içinde olmalıdır.
2. Poşette her biri 5'lik poşetler halinde olmalıdır.
3. Cerrahi alanında hızlı aspirasyon yapabilen üçgen uçlu olmalıdır.
4. Emici spanc sabit olarak yaklaşık 7cm'lik sap üzerinde monte olmalıdır.(2 ¾ in)
5. Cerrahi alanda lif bırakmamalıdır.
6. Son kullanım tarihine en az 3 yıl olmalıdır.
7. Üretim ve son kullanım tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
8. Orjinal paketler içinde steril olmalıdır.