



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192075

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 05/04/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BASKUL	1,00	ADET
2	HAVALI ZIMBA TABANCASI	1,00	ADET
3	SOFBEN	1,00	ADET
4	DIGITAL YETISKIN TARTISI	1,00	ADET
5	YUZUK KESME ALETİ (PENSE TİPİ)	3,00	ADET
6	ELEKTRONİK DERİ DOSEME DİKİS MAKİNASI	1,00	ADET

TEKLİF NO : 20192075

NOT : TEKLİFLERDE MARKA ŞARTNAMEYE CEVAP BULUNMALIDIR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0102.000	BASKUL	ADET	1
441.0234.000	HAVALI ZIMBA TABANCASI	ADET	1
441.0298.000	SOFBEN	ADET	1
441.0339.000	DIGITAL YETİSKİN TARTISI	ADET	1
441.1146.000	YUZUK KESME ALETİ (PENSE TİPİ)	ADET	3
441.1261.000	ELEKTRONİK DERİ DOSEME DİKİS MAKİNASI	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6941) SOFBEN

Açıklama : SOFBEN

1. Lpg ve doğalgaz ile çalışmaya uygun olmalıdır. İdarenin seçtiği yakıt tipine uygun olarak ayarlanıp çalıştırılacaktır.
2. Ateşleme sistemi tam otomatik olmalıdır.
3. Nominal Isıl Güç 19,2 (275), kW (kcal/dk),, Nomimal Isıl Yük 22,9 (328) kW (kcal/dk),, olmalıdır.
4. Verim minimum %84 olmalıdır.
5. Maksimum Su Basıncı 10 bar, Minimum Su Basıncı 0,1 bar, Su Debi Aralığı 2,7 ? 11 lt/dk, Sıcaklık Ayar Aralığı 35-60 °C, Su Giriş ve Çıkış Borusu R1/2?, Atık Gaz Tahliye Borusu Çapı Ø60 / Ø100 mm, Gaz Kategorisi II2H3B/P, Doğal Gaz Giriş Basıncı 20 (2,0) mbar (kPa), LPG Giriş Basıncı 30 (3,0) mbar (kPa), Doğal Gaz Tüketimi 2,5 m3/h, LPG Tüketimi 1,6 kg/h olmalıdır.
6. Elektriksel Güç 230 V,50 Hz,73 W, Elektrik Koruma Sınıfı IPX4D olmalıdır.
7. Şohben 1 metre bacası, 110x60x38 cm kombi kabini, lpg regülatörü ve 5 metre lpg hortumu ile birlikte teslim edilmelidir.
8. Şohben idarenin göstereceği noktaya takılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
9. İzmir ili Büyükşehir belediyesi sınırlarında en az 1 adet tam yetkili servisi, Ege Bölgesi Sınırları içinde en az iki Yetkili Satıcı ve Teknik Servis Şubesi Bulunmalıdır.
10. Yetkili servis arıza bildiriminden sonra 3 takvim günü içinde cihaza müdahale edecek ve en geç 30 takvim günü içinde bütün fonksiyonlarıyla cihazı çalışır hale getirecektir. Arızanın devam ettiği günler garanti süresinden sayılmayacak ve belirtilen süreyi aşan her gün için oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.
11. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Servis Manueli ve Kullanma Talimatı verecektir. Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve belgeleri verecektir.
12. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az 2 yıl geçerli GARANTİ BELGESİ ve en az 10 yıl geçerli SERVİS HİZMETİ VERME VE YEDEK PARÇA BULUNDURMA TAAHHÜTNAMESİ verecektir.
13. Ürün 2 yıl bakım onarım garantisinde olmalıdır. Üretici firma Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve/veya Garanti Belgesini idareye sunmalıdır. Garanti tercihan üretici firma tarafından verilmelidir.
14. TSE belgesi olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(8534) DIGITAL YETİSKİN TARTISI

Açıklama : DIGITAL YETİSKİN TARTISI

1. KONU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliği'nin Palyatif bölümü ihtiyacı " Dijital Tartı ve Teleskopik Boy Ölçer (Yetişkin)" için ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER:
 - 2.1. Dijital olmalı, aydınlatmalı Lcd ekranı olmalıdır.Gösterge Bel Seviyesinde olmalıdır.
 - 2.2. Üzerinde tartım yapmadan önce otomatik sıfırlama ve kapanma özelliği olmalıdır.Aşırı yük uyarısı bulunmalıdır
 - 2.3. Ölçüm bittiğinde otomatik olarak cihaz kendini kapatabilmelidir veya ekran ışığı sönmekle tasarruf moduna geçmiş olmalıdır.
 - 2.4. Dijital Tartı Aleti hem Elektrik hemde Akü veya şarjedilebilir Pil ile çalışır olmalıdır.Akü veya şarjedilebilir Piller birlikte verilmelidir.Tartı aleti ile birlikte varsa cihazın orijinal adaptörü verilmelidir.
 - 2.5. Ölçüm Kapasitesi 200 Kg (± 10 kg) olmalıdır.Hassasiyet 50gr (± 10 gr) veya 100gr (± 10 gr) olmalıdır.
 - 2.6. Dijital tartı Platformu en az 27cm x 28 cm (genişlik x derinlik) ölçülerinde olmalıdır.
 - 2.7. Kaymaz ayak basma tablası olmalıdır.
 - 2.8. Kg (kilogram) biriminde ölçüm yapabilmelidir.
 - 2.9. Terazinin ayakları ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
 - 2.10. Terazinin ayakları kauçuk lastik ayak olmalı veya zeminde kaymayacak bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 - 2.11. Teleskopik Boy Ölçme Çubuğu Tartıya Montajlı şekilde teslim edilmelidir.
 - 2.12. Boy ölçme çubuğu teleskopik paslanmaz alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.Terazi üzerindeki teleskopik boy ölçme çubuğunun taksimat çizgileri sürtünmeden dolayı silinmeyecek özellikte olmalıdır.
 - 2.13. Teleskopik Boy ölçme çubuğu alt değeri en çok 60 cm ve üst değeri en az 200 cm olmalıdır.Teleskopik Boy ölçme çubuğu 1mm ($\pm 0,5$) hassasiyetle ölçüm imkanı sunmalıdır.Teleskopik Boy ölçme çubuğu insan baskülü ile aynı marka (orijinal) olmalı, farklı bir markadan adapte edilmiş (modifiye) olmamalıdır.
 - 2.14. Teleskopik Boy ölçme çubuğu iç içe geçme veya katlanabilme özelliğinde olmalı.Çubuk ölçüm sonrasında kendiliğinden inmemelidir.
 - 2.15. Dijital Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalıdır.
 - 2.16. Tartım ve Boy Ölçümü bir arada yapılabilmelidir.
3. Cihazın kullanımı, varsa bakımı ile ilgili dokümanların bir nüshasını teslim edecektir.
4. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
5. Cihazlar fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.
6. Satıcı ve/veya temsilci firma TSE den aldığı sistem servisleri ile ilgili " hizmet yeterlilik belgesini " tarafımıza vermelidir.
7. Yüklenici firma garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici veya satıcı firma onaylı taahhüt edecektir.
8. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
9. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
10. Firma cihazın kalibrasyonunu garanti süresi boyunca kurumun istediği zaman aralıklarında ücretsiz olarak sertifikalandırmalıdır.Firma bunu yazılı olarak taahhüt etmelidir.
11. Cihazlar ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA gibi kalite standardı belgelerinden en az birine sahip olmalı ve bunu belgelendirilmelidir.
12. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.

13. Cihazların teknik şartnamede standart olarak belirtilen özelliklerinin kullanılabilmesi için; şartnamede özellikle aksesuar olarak belirtilmemiş olsa dahi, gereken tüm aparatları cihazla birlikte verilmelidir.
14. Cihaz veya sisteme ilave olarak, kataloglarda veya dokümanlarda belirtilen standart yedek parça, aksam ve aksesuar, gerek hastaya gerekse kullanıcıya kolaylık sağlayan tüm parçalar cihazı satan firma tarafından verilecektir.

T.C

(8501) YUZUK KESME ALETİ (PENSE TIPI)

Açıklama : YUZUK KESME ALETİ (PENSE TIPI)

1. Yüzük Kesme Makası, amacına uygun malzeme ve şekilde, Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. Kişide parmaklarda kan dolaşımını rahatlatmak amacı ile kullanılacaktır.
3. Üzerinde bulunan ufak döner şekildeki testeresi sayesinde altın, gümüş veya metal tüm yüzükler kesilebilmelidir.
4. Ürün, Tedarikçi tarafından fiyat teklifi ile birlikte getirilecek numuneden, kullanıcılar tarafından uygunluk verilerek seçilecektir.
5. Ürünün CE si olmalı, menşei teklif ile birlikte belirtilmelidir.
6. Kullanıcı hataları dışında, kırılmalar, paslanma, eğrilme, vb. bozulmalar için 2 yıl garantili olmalıdır.

M.K

(8583) BASKUL

Açıklama : BASKUL

1. KONU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliği'nin Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği bölümü ihtiyacı " Dijital Tartı (Yetişkin)" için ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER:
 - 2.1. Dijital olmalı, aydınlatmalı Lcd ekranı olmalıdır.Gösterge Bel Seviyesinde olmalıdır.
 - 2.2. Üzerinde tartım yapmadan önce otomatik sıfırlama ve kapanma özelliği olmalıdır.Aşırı yük uyarısı bulunmalıdır
 - 2.3. Ölçüm bittiğinde otomatik olarak cihaz kendini kapatabilmelidir veya ekran ışığı sönerek tasarruf moduna geçmiş olmalıdır.
 - 2.4. Dijital Tartı Aleti hem Elektrik hemde Şarj edilebilir Pil veya Akü ile çalışır olmalıdır.Şarj edilebilir Piller veya Akü birlikte verilmelidir.Tartı aleti ile birlikte varsa cihazın orijinal adaptörü verilmelidir.
 - 2.5. Ölçüm Kapasitesi 200 Kg (± 10 kg) olmalıdır.Hassasiyet 50gr (± 10 gr) veya 100gr (± 10 gr) olmalıdır.
 - 2.6. Dijital tartı Platformu en az 27cm x 28 cm (genişlik x derinlik) ölçülerinde olmalıdır.
 - 2.7. Kaymaz ayak basma tablası olmalıdır.
 - 2.8. Kg (kilogram) biriminde ölçüm yapabilmelidir.
 - 2.9. Terazinin ayakları ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
 - 2.10. Terazinin ayakları kauçuk lastik ayak olmalı veya zeminde kaymayacak bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 - 2.11. Dijital Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalıdır.
4. Cihazın kullanımı, varsa bakımı ile ilgili dokümanların bir nüshasını teslim edecektir.Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.

4. Cihazlar fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.
5. Satıcı ve/veya temsilci firma TSE den aldığı sistem servisleri ile ilgili " hizmet yeterlilik belgesini " tarafımıza vermelidir.
6. Yüklenici firma garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici veya satıcı firma onaylı taahhüt edecektir.
7. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
8. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
9. Firma cihazın kalibrasyonunu garanti süresi boyunca kurumun istediği zaman aralıklarında ücretsiz olarak sertifikalandırmalıdır.Firma bunu yazılı olarak taahhüt etmelidir.
10. Cihazlar ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA gibi kalite standardı belgelerinden en az birine sahip olmalı ve bunu belgelendirilmelidir.
11. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.
12. Cihazların teknik şartnamede standart olarak belirtilen özelliklerinin kullanılabilmesi için; şartnamede özellikle aksesuar olarak belirtilmemiş olsa dahi, gereken tüm aparatları cihazla birlikte verilmelidir.
13. Cihaz veya sisteme ilave olarak, kataloglarda veya dokümanlarda belirtilen standart yedek parça, aksam ve aksesuar, gerek hastaya gerekse kullanıcıya kolaylık sağlayan tüm parçalar cihazı satan firma tarafından verilecektir.

T.C

(8448) ELEKTRONİK DERİ DOSEME DİKİS MAKİNASI

Açıklama : ELEKTRONİK DERİ DOSEME DİKİS MAKİNASI

1. Tek iğne çift pabuçlu dikiş makinası olmalıdır.
2. Orta ve ağır malzemelerde mükemmel dikiş kalitesi olmalıdır. Döşeme, araç döşemeleri, deri konfeksiyon, deri ürünleri vs. dikimi yapılabilmelidir.
3. Yüksek performans, daha düşük titreşim ve daha sessiz çalışmalıdır.
4. 220 V, 50 Hz ile çalışmalıdır.
5. Yağsız kafa ve yarım yağlama sistemli olmalıdır. Yağ damlama olasılığı tamamen ortadan kaldırılmış olmalıdır.
6. Minimum 14 mm ayak kalkma yüksekliği ile rahat çalışma alanı sağlamış olmalıdır.
7. Max. dikiş hızı: 2.800 dev./dak., Max. dikiş boyu: 6.0 mm, İplik tipi: 11/3 Nm'ye-sentetik, İğne tipi: 80 - 140 no'ya kadar, olmalıdır.
8. İplik Kesmeli, Tokatlamalı, Ayak Kaldırmalı, İleri-geri Zig Zag Butonlu olmalıdır.
9. Makine tüm aksesuarları ile birlikte(Net çalışma alanı: 270 x 115 mm çalışma masası , masura, ayak pedalı, vs.) dikim işlemine hazır teslim edilecektir
10. Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.
11. Ürün 2 yıl bakım onarım garantisinde olmalıdır. Garanti süresince cihazın bakımları firma tarafından yapılacaktır. Üretici firma Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve/veya Garanti Belgesini idareye sunmalıdır. Garanti tercihan üretici firma tarafından verilmelidir.
12. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az 2 yıl geçerli GARANTİ BELGESİ ve en az 10 yıl geçerli SERVİS HİZMETİ VERME VE YEDEK PARÇA BULUNDURMA TAAHHÜTNAMESİ verecektir.
13. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Servis Manueli ve Kullanma Talimatı verecektir. Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve belgeleri verecektir.

14. İzmir ili Büyükşehir belediyesi sınırlarında en az 1 adet tam yetkili servisi, Ege Bölgesi Sınırları içinde en az iki Yetkili Satıcı ve Teknik Servis Şubesi Bulunmalıdır.
15. Yetkili servis arıza bildiriminden sonra 3 takvim günü içinde cihaza müdahale edecek ve en geç 30 takvim günü içinde bütün fonksiyonlarıyla cihazı çalışır hale getirecektir. Arızanın devam ettiği günler garanti süresinden sayılmayacak ve belirtilen süreyi aşan her gün için oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.

C.E

(8211) **HAVALI ZIMBA TABANCASI**

Açıklama : HAVALI ZIMBA TABANCASI

1. Standart zimba çakma makinası olmalıdır.
2. Altan doldurmalı olmalıdır.
3. 5-6 bar çalışma basıncı olmalıdır.
4. 6-14mm zimba teli ile kullanıma uygun olmalıdır.
5. Döşemecilik, çerçavecilik, çatı kaplama, tersaneler, otomotiv alanlarında kullanılabilir olmalıdır.
6. Magazin kapasitesi: 157 olmalıdır.
7. Ergonomik dizaynı olmalıdır. İşçinin/işletenin daha az yorulmasını sağlamalıdır.
8. Bütünleşik bir susturucusu olmalıdır. Operasyonları sessiz gerçekleştirebilmelidir.
9. Maksimum ağırlığı 1000 gr olmalıdır.
10. Teklif edilen ürünler markaların profesyonel amaçlı üretilmiş ürünleri olmalıdır.
11. TSE belgesi olmalıdır.
12. 2 yıl garantili olmalıdır.
13. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Servis Manueli ve Kullanma Talimatı verecektir. Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve belgeleri verecektir.
14. İzmir ili Büyükşehir belediyesi sınırlarında en az 1 adet tam yetkili servisi, Yetkili Satıcı ve Teknik Servis Şubesi Bulunmalıdır

C.E