



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20192817

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/05/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ENDOSKOPIK FIRCA KATETER(SİTOLOJİ İCİN)	5,00	ADET
2	ULTRA TRANSFER SET	30,00	ADET

TEKLİF NO : 20192817

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

209.0005.000	ENDOSKOPIK FIRCA KATETER(SİTOLOJİ İCİN)	ADET	5
204.0016.000	ULTRA TRANSFER SET	ADET	30

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7002) ULTRA TRANSFER SET

Açıklama : ULTRA TRANSFER SET

1. Ultra transfer set periton diyalizi tedavisinde, titanyum adaptör ile bağlantıyı sağlayan bir ara set olarak kullanılmalıdır.
2. Üzerinde karın içine ve dışına sıvı akışını kontrol eden döner başlıklı klemp bulunmalıdır.

(4785) ENDOSKOPIK FIRCA KATETER(SİTOLOJİ İCİN)

Açıklama : ENDOSKOPIK FIRCA KATETER(SİTOLOJİ İCİN)

1. Fırça sitolojik inceleme için materyal almaya uygun olmalıdır.
2. Fırça koruyucu kılıfın içine girebilmelidir.
3. Kateter uzunluğu en az 160cm olmalıdır.
4. 2.8mm çalışma kanalından geçebilmelidir.