



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

18/03/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191786

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

08/04/2019 TARİHİ, SAAT

10:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL İŞİKÇİ

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

1 HPV TIPLENDİRME

MİKTAR

100,00 TEST

TEKLİF NO : 20191786

NOT : HPV ALIM

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

05/04/2019 10:36:23

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

148.0047.000	HPV TIPLENDİRME	TEST	100
--------------	-----------------	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER


2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

HPV DNA PCR testi için Teknik Şartname

1. HPV DNA kiti, ekstraksiyon kiti ile birlikte sağlanmalıdır. Ekstraksiyon için gerekli tüm reaktifler ve plastik malzeme temin edilmelidir. Sistem "EU Directive 98/79/EC on in vitro medical devices" ile uyumlu olmalıdır. Sistem 1-5 örneği aynı runda ekstrakte edebilmeli, gereğinde tek örnek çalışmaya uygun olmalıdır. 0,4 - 1 ml örnekten ekstraksiyon yapılabilmelidir.
2. HPV DNA kitinin validasyon çalışmaları, teklif edilen ekstraksiyon kiti ile birlikte çalışılarak elde edilmiş olmalıdır ve söz konusu kitlerin bu ekstraksiyon sistemi ile birlikte kullanımına ilişkin IVD CE belgesi bulunmalıdır.
3. HPV kiti için servikal sürüntü ve parafinli dokudan DNA ekstraksiyonu yapabilecek kit ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
4. HPV kitinde, klinik örnekte multipleks realtime PCR yöntemi ile 14 yüksek riskli HPV tipi (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) saptanabilmelidir.
5. HPV tip 16 ve 18 için tip ayrımı yapılabilmelidir.
6. Kitlerde internal kontrol bulunmalı, internal kontrol ekstraksiyon ve amplifikasyon basamaklarını kontrol edebilmelidir. HPV kiti için internal kontrol, endojen insan genomuna ait bir bölge olmalıdır.
7. HPV kiti için servikal sürüntü örneği alma ve transport eküvyonu ve kabı, kitlerle birlikte ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Kit, hastanemizde kullanılmakta olan BD SurePath prezervatif sıvısından da çalışılabilir.
8. Kitlerin kullanımı için bir adet real-time PCR cihazı sağlanmalı veya laboratuvarında diğer testler için kurulan realtime PCR sistemlerinden biri kullanılmalıdır.
9. Amplifikasyon cihazı ile birlikte, reaksiyon süresini kapsayacak kapasitede, bir adet devamlı güç kaynağı ücretsiz sağlanmalıdır. Ayrıca gerekli koşulları sağlayan bir adet bilgisayar ve sonuçların alınmasında kullanılacak printer ile bunun sarfları (kağıt, kartuş, vb) ücretsiz olarak temin edilmelidir.
10. Cihazda kullanıma uygun reaksiyon tüpleri / plaklar ve diğer tüm gerekli malzeme (plak örtücü, vb) ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
11. Kitlerin kullanım süresi boyunca, cihazların (ekstraksiyon sistemi, PCR ve saptama sistemleri) ve bağlı olan bilgisayarın tüm bakım ve onarımı ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

Prof.Dr.A.Arzu Sayiner



Doç.Dr.Alpay Özbek

