



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20193194

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/05/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 INFANT HEMOFİLTRASYON SETİ VE HATTI	5,00 ADET

TEKLİF NO : 20193194

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

244.0032.000	INFANT HEMOFİLTRASYON SETİ VE HATTI	ADET	5
--------------	-------------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5751) INFANT HEMOFİLTRASYON SETİ VE HATTI

Açıklama : INFANT HEMOFİLTRASYON SETİ VE HATTI

1. Set İnfant hastaların kullanımına uygun olmalıdır.
2. Set 2 (iki) hattı, 1 (bir) filtre ve ucuna en az 2 (iki) litrelik drenaj torbası bağlı ultrafiltrasyon hattından oluşmalıdır.
3. Kan hatlarının her biri 30-30 cm uzunluğunda ve en az birinde çok seviyeli ayarlanabilir kademeli klemp bulunmalıdır.
4. Filtre polysulfone helixon veya polyethersulfone membran özellikli olmalıdır.
5. Membran yüzey alanı en fazla 0,25m² olmalıdır.
6. Filtrenin ultrafiltrasyon katsayısı en az 7 m/saat X mmHg olmalıdır.
7. Hemokonsatratörde prime volümü 30ml' in altına ve tüm setin kan prime volüme miktarı (filtre dahil) 60 ml den fazla olmamalıdır.
8. Hemoconcentratörde kan akışının terse yönünde yıkamaya olanak sağlayan ikinci bir port bulunmalıdır.
9. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
10. Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yemisiyle değiştirmelidir.
11. Firma miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
12. En az iki yıl miatlı olmalıdır.
13. Steril olmalıdır.