



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20192819

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENER FİRMALARIN 03/05/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İşletme Müdürü V.

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 VIDEO BRONKOSKOP CİHAZI (PEDIATRİK)	1,00 ADET

TEKLİF NO : 20192819

NOT : ÖDEME SÜRESİ 30 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : ELÇİN ERİŞ

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

\* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.2798.000	VIDEO BRONKOSKOP CİHAZI (PEDIATRİK)	ADET	1
--------------	-------------------------------------	------	---

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (8642) VIDEO BRONKOSKOP CİHAZI (PEDIATRİK)

##### Açıklama : VIDEO BRONKOSKOP CİHAZI (PEDIATRİK)

1. Videobronkoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
2. Videobronkoskopun cihazının saha görüş açısı en az 120 derece olmalıdır.
3. Videobronkoskopun saha görüş derinliği 3-100 mm arasında olmalıdır.
4. Videobronkoskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Videobronkoskopun insertion tüp dış çapı 4,9 mm olmalıdır.
6. Videobronkoskopun distal dış çapı 4,9 mm. olmalıdır.
7. Videobronkoskopun çalışma kanalı iç çapları 2,0 mm olmalıdır.
8. Videobronkoskopun faydalı çalışma uzunluğu 600 mm olmalıdır.
9. Videobronkoskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı 180 derece, aşağı 130 derece olmalıdır.
10. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
11. Videobronkoskopun aspirasyon düğmesi yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte yapılmış olmalıdır.
12. Videobronkoskop ünite de kullanılmakta olan Fujifilm marka Video Prosesör ve Soğuk Işık Kaynağı ile uyumlu çalışmalıdır.
13. Video Bronkoscopi cihazıyla birlikte cihazın standart setindeki şu malzemeler verilmelidir:
  - 13.1. Forseps kapağı 10 adet
  - 13.2. Kanal Temizleme adaptörü 1 adet
  - 13.3. Su geçirmez konnektör kapağı (cihazın üzerinde)1 adet
  - 13.4. Taşıma çantası 1 adet
  - 13.5. Temizleme fırçası 1 adet
14. Garanti Bilgileri
  - 14.1. Ürün 2 yıl garanti olmalıdır.
  - 14.2. Cihazlar hastane idaresi tarafından belirlenen mahallerde ücretsiz olarak monte edecek, tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir.
  - 14.3. Garanti sonrası yapılacak yıllık bakım onarım anlaşmaları; parça dâhil % 5 i, kısmi parça dâhil % 3 ü ve parça hariç % 2 yi geçmeyecektir.
  - 14.4. İzmir ili Büyükşehir belediyesi sınırlarında en az 1 adet tam yetkili servisi, Ege Bölgesi Sınırları içinde en az bir Yetkili Satıcı ve Teknik Servis Şubesi Bulunmalıdır.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

02/05/2019 10:09:29

A.T