



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20193970

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 01/07/2019 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	INFANT DEFIBRILASYON PEDI	5,00	ADET
---	---------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20193970

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (1 syf)

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

202.0016.000	INFANT DEFIBRILASYON PEDI	ADET	5
--------------	---------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8726) INFANT DEFIBRILASYON PEDI

Açıklama : INFANT DEFIBRILASYON PEDI

1. Teklif edilen defibrilasyon pedleri Philips marka defibrilatör cihazları ile uyumlu olmalıdır.
2. Pedler 10 kilo altındaki infant hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Pedler plug-style konnektöre sahip olmalıdır.
4. Pad ambalajı içerisinde 5 çift ped olmalıdır.
5. Pad ambalajı üzerinde özellikle AED modunda defibrilasyon için gerekli elektrot yerleşimi (anterior-anterior veya anterior-posterior) açıkça belirtilmiş olmalıdır.
6. Ayrıca pad ambalajı açıldığında hangi çiftin hasta üzerinde tatbik edileceği konum açıkça belirtilmiş olmalıdır. Böylelikle yanlış yerleşim engellenmelidir.
7. Teklif edilen pedlerin en az 1 yıl raf ömrü olmalıdır.
8. CE standardına sahip olmalıdır.
9. Teklif edilen pedler ile defibrilasyon, pacing, kordiyoversiyon ve EKG monitörizasyonu mümkün olmalıdır.
10. Teklif veren firmanın üretici firmadan aldığı yetki belgesi bulunmalıdır.