



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194014

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/07/2019 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	BILIARY STENT SET	40,00	ADET
2	EMİLEBİLEN JELATİN SPONGE (SPONGOSTAN VE BENZERİ)	1.750,00	ADET
3	EYESHIELD	2.500,00	ADET
4	ISI NEM TUTUCU PEDIATRİK FİLTRE	1.500,00	ADET
5	KEMİK MUMU	1.500,00	ADET
6	SELDİNGER POKSİYON İGNESİ(MADRENSİZ)	1.800,00	ADET

TEKLİF NO : 20194014

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (3 syf)

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

233.0012.000	BILIARY STENT SET	ADET	40
217.0001.000	EMİLEBİLEN JELATİN SPONGE (SPONGOSTAN VE BENZERİ)	ADET	1750
212.0023.000	EYESHIELD	ADET	2500
238.0008.000	ISI NEM TUTUCU PEDIATRİK FİLTRE	ADET	1500
217.0003.000	KEMİK MUMU	ADET	1500
202.0011.000	SELDINGER POKSİYON İGNESİ(MADRENSİZ)	ADET	1800

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5054) ISI NEM TUTUCU PEDIATRİK FİLTRE

Açıklama : ISI NEM TUTUCU PEDIATRİK FİLTRE

1. Ürün, higroskopik microwell kâğıt yapıda ve bakteriyostatik olmalıdır.
2. Ölü boşluğu <15 ml olmalıdır.
3. Ağırlığı <15 g olmalıdır.
4. Tidal volüm kullanım aralığı 50-250 ml veya 50-300 ml olmalıdır.
5. Nemlendirme kapasitesi asgari 30mg/100ml olmalıdır.
6. Ürün düz olmalı, istendiğinde L-dirsek şeklinde teslim edilebilmelidir.
7. Ürün asgari %99,9999 partikül filtreleme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Ürün steril olmalıdır.
9. Ürünün teknik özellikleri yapılmış referans laboratuvar sonuçları ile belgelenmelidir.
10. Ürün dışı şeffaf ve renksiz plastikten üretilmiş olmalıdır.
11. Ürün özellikleri üretici firmanın internet sitesi veya kataloğunda yer alıyor olmalıdır.

(3504) BILIARY STENT SET

Açıklama : BILIARY STENT SET

1. İçinde dış çapı 7-8,5-10 F ve uzunluğu 5-7-10-12-15 cm boylarında olan plastik stent bulunmalıdır.
2. Stentin iki ucu çentikli olmalıdır.
3. İtcinin uzunluğu 168 cm. veya üzerinde olmalıdır.
4. Setin içinde yukarına belirtilen ebatlardaki stenti itmeye uygun İntroducer bulunmalıdır.
5. Set steril olmalıdır.

6. İstenmesi halinde firma değişik uzunluktaki stentleri birbiriyle değiştirme sağlamalıdır.

(4622) KEMİK MUMU

Açıklama : KEMİK MUMU

1. Malzeme kemik yüzeyine rahat sürülmeli ve kolay kullanılmalıdır.
2. Kemikte kanamalara karşı yüksek hemostaz sağlamalı ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
3. Steril ve kolay kullanılabilir şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
4. Malzemenin CE belgesi verilmeli ve malzemenin raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

(4901) SELDINGER PONKSİYON İGNESİ(MADRENSİZ)

Açıklama : SELDINGER PONKSİYON İGNESİ(MADRENSİZ)

1. 18 G ebadında olmalıdır.
2. 0 038 guide wire ile kullanılabilirdir.
3. Distal ucu plastikten yapılmış, kanallı ve elle tutulabilir yapıda olmalıdır.
4. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
5. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
6. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olmalı ve miadı dolmasına 3 ay kalan malzemeleri ilgili firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilmelidir.
- 7.1. T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

(4924) EMİLEBİLEN JELATİN SPONGE (SPONGOSTAN VE BENZERİ)

Açıklama : EMİLEBİLEN JELATİN SPONGE (SPONGOSTAN VE BENZERİ)

1. Malzeme Jelatinden üretilmiş olmalıdır.
2. Hayvansal kaynaklı, emilebilen ve hemostatik olmalıdır.
3. Malzeme istenilen ölçülerde olmalıdır.
4. Ameliyat esnasında cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
5. Paket üzerinde ürün ve sterilizasyon bilgileri bulunmalı ve paketler sterilizasyon tekniğine uygun açılabilir olmalı ve paketin içersinden sterilizasyonunu bozmadan kolay alınabilir olmalıdır.
6. Malzemenin raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.Sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmelidir.
7. Malzemeler ihaleden sonra 10'ar adet denenecektir.
8. Teklif edilen ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylı olmalı, tekliflerde onaylı ürün kodu belirtilmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(4893) EYESHIELD

Açıklama : EYESHIELD

1. Sağ ve sol her iki gözün kapatılmasına uygun olmalıdır.
2. Saydam, delikli ve plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Kenarları keskin olmamalıdır.
4. 7-8cm x 6-7 cm ölçülerinde olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
6. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
7. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
9. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK? nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
10. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.