



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194282

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/07/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KORONER STABILIZATOR	2,00	ADET
2	KORONER ASKI	10,00	ADET

TEKLİF NO : 20194282

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (2 syf)

FORM NO: MYS_0072



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

12/07/2019 14:58:21

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

244.0264.000	KORONER STABILIZATOR	ADET	2
244.0288.000	KORONER ASKI	ADET	10

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8786) KORONER ASKI

Açıklama : KORONER ASKI

1. Anastomoz alanında kan akışını kesmede, damarların oklüde edilmesinde ya da alanın görünürlüğünü artırmak için organlara pozisyon verilmesinde kullanılabilir.
2. Cerrahi alanda rahat görülebilmesi için, muhtelif renklerde radyopak silikon materyalden imal edilmiş olmalıdır.
3. Silikon hattın uçları sızdırmaz olmalıdır.
4. İçindeki hava sayesinde tampon vazifesi görerek, damar ve dokuda minimum travmaya yol açmalıdır.
5. İçindeki hava, askıyı germek ya da gevşetmek için gerekli esnekliği sağlamalıdır.
6. Çekildiğinde, damarı oklüde yahut ekarte etmeye yetecek kadar yassılaştırmalı; hassas dokuyu zedeleyecek uç verilmemelidir.
7. Lateks ihtiva etmemelidir.
8. Uzunluğu 40+5 cm olmalıdır.
9. Farklı çapta modelleri mevcut olmalıdır.
10. İkili ve steril paketlerde sunulmalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
 - 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
 - 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
 - 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
 - 11.4. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
 - 11.5. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgg.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
 - 11.6. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
 - 11.7. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(8787) KORONER STABILIZATOR

Açıklama : KORONER STABILIZATOR

1. Sistem, miyokardı askıya alarak çalışmalı, hemodinamiye negatif etkisi olmamalıdır.
2. Sabitlenmesi hedeflenen dokunun hareketini ortalama 20' de 19 oranında azaltabilmelidir.
3. Sistem, vakumlu çalışabilir özelliğine sahip olmalıdır.
4. Hem cerrahi hareket alanının artırılması hem cerrahın hareketlerinin engellenmemesi için vakumu taşıyan hat, bir adet olmalıdır.
5. Vakum podları silikon olmalı ve anastomoz bölgesi rahatlıkla görülebilmelidir.
6. Cerrahi bölgeye tam uyum sağlayabilmek amacıyla, vakum podları bükülüp şekillendirilebilir olmalıdır.
7. Her bir podda dört adet vakum deliği bulunmalıdır.
8. Sistem, birden fazla damar anastomozunda kullanılabilmedilir.
9. Sistem koluna atan kalpte yapılan operasyonlar dışında atriyum ekartasyonu ve aort kapak teşhiri için de uygun parçalar takılabilmelidir.
10. İlave parçalarla minimal kesi ile atan kalpte baypas yapmak mümkün olmalıdır
11. Sistem kolu sabitlendiği ekartör etrafında 400 derece dönebilmelidir.
12. Sistem kolu bütün ekartör tipleriyle uyumlu olmalı ve bu ekartörlere kilitleyerek operasyon sırasında sistemin istenilen pozisyonda sabit kalmasını sağlamalıdır.
13. Stabilizatörler tek kullanımlık olmalı ve steril olarak paketlenmelidirler.
14. Firma, istendiği takdirde toplam adedin bir kısmını apeks tutucu olarak temin edebileceğini taahhüt etmelidir.
15. Stabilizatör, FDA ve CE standartlarına sahip olmalıdırlar.

16. GENEL ÖZELLİKLER

- 16.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 16.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
- 16.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- 16.4. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.
- 16.5. Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (<https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/>) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
- 16.6. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 16.7. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.