



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

16/08/2019 10:07:43

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194913

16/08/2019 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

21/08/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İSLETME MÜDÜRÜ V

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	AMBU-COCUK BOY	10,00	ADET
---	----------------	-------	------

Teklif No : 20194913
Not : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ


Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAME

8730 PEDIATRİK MANUEL RESÜSİTATÖR (AMBU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname ; DEÜTF Uyg. ve Arş. Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı olan "Pediatrik Manuel Resüstatör (Ambu)" ile ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
2. Normal haldeyken resüsitatör hacmi pediatrik hastalar için ; 500 ml +/- 50 ml olmalıdır.
3. ISO resüsitatör standartlarına uygun olmalıdır.Kullanımı kolay ve farklı boylarda maskelerle kullanılabilir olmalıdır.
4. Basınç sınırlama özelliği: gerektiğinde override edilebilen 40 cmH₂O için pop off valf sistemi bulunmalıdır.
5. Valf sistemi açılıp temizlenebilir olmalıdır.
6. Hastada, malzemenin yapısından gelen rahatsız edici koku veya madde solunumuna neden olmamalıdır.
7. Tek el ile kolay kullanım olanağı sağlamalıdır.Sıvı antiseptiklerden etkilenmemelidir.
8. %100 oksijenli hava verebilecek rezervuar sistemi 1000 +/-200 ml hacminde olmalıdır.
9. Solunum valfi şeffaf yapıda olmalı, hareketi izlenebilmelidir.
10. Cihazın tüm parçaları tekrar kullanılabilir özellikte olmalı(O₂ rezervuar torbası dahil) ve bunun fabrika onaylı olarak belgelenmesi gereklidir.
11. Ürün medikal silikondan üretilmiş ve şeffaf olmalıdır. Tüm parçalar 134 derecede otoklav edilebilmelidir.
12. Ambu ve aksesuar koruyucu bir çantanın içinde olmalıdır. İlk yardım ve suni solunum gibi çok acil vakalarda , çanta içindeki malzemelerin aceleyle açılma sonucu etrafa dağılması önlenmelidir.
13. Düşük ölü hacmi olmalıdır.
14. Setin tüm parçaları kolaylıkla sökülebilmeli ve temizlenmelidir.Temizlenme şekli kullanma kılavuzunda belirtilmelidir.
15. iso 109936 uyumlu malzemeden yapılmış olmalıdır.
16. Hava yastığını şişirmek için valf tertibatı olmalıdır. Tüm aksesuarlar orjinal ve aynı firmanın ürünü olacaktır. Aynı firmanın ürünü peep valfi bağlanabilmelidir.
17. Yedek parça ve aksesuarlar:
18. Her setin içinde bir adet Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. Her setin içinde içinde oksijen rezervuarı bulunmalıdır. Oksijen rezervuarı her cihaz için (balon tipi ise) her cihaz için 2 adet, en az 5-15 cmH₂O ayarlı peep valfi ve adaptörü her cihaz için 1'er adet verilecektir. Bunların dışındaki maskeler sert plastik kabuk ve yüze temas eden kısmı havalı yastık tipinde ve şeffaf olmalıdır.
19. Maskelerin düşük ölü hacmi olmalıdır. Silikon dışı maskeler poli-vinil-chloridden veya benzeri iso 10993 uyumlu malzemeden yapılmış olmalıdır. PVC maskelerin hava yastığını şişirmek için valf tertibatı olmalıdır. Maskelerin üstünde elle tutmaya engel çengel olmamalı veya çıkarılabilmelidir.
20. istenilen dökümanlar:satıcı fima teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal teknik dökümanları (kullanım kılavuzu vb.)vermelidir.
21. teknik servis ve garanti: tüm sistem en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.türkiye temsilcisinin yetki belgesi üreticinin bulunduğu ülkedeki türk konsolosluğu tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.temsilci firmanın yetki belgesi teklif ile birlikte verilmelidir.
22. Ambalaj üzerinde üretici firma barkodu olmalıdır.
23. Ürün uygunluğu numune üzerinden yapılacaktır.Ürün uygunluğu kullanıcı birim tarafından verilecek olup,tüm parçaların kontrolü ile birlikte otoklav testinden sonra uygunluk verilecektir.

Mustafa Cihat Özgür



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/07/2019 11:40:46

24. Cihaz ana torbası çift torbalı yapıda ve medikal silikondan olmalı, elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca hasta güvenliğini sağlamak için verilen hava basıncını limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.

Mustafa Çiğdem Özgün