



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20195139

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/09/2019 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	%4 NITROSELLULOZ(COLLODION) 1LT.	40,00	ADET
2	EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)	40,00	ADET
3	EKG JELİ	120,00	ADET
4	PERNOZ DREN INCE 1/2	500,00	ADET

TEKLİF NO : 20195139

NOT : ODEME 180GUN

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

301.0019.000	%4 NITROSELLULOZ(COLLODION) 1LT.	ADET	40
292.0010.000	EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)	ADET	40
301.0035.000	EKG JELİ	ADET	120
304.0065.000	PERNOZ DREN INCE 1/2	ADET	500

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6038) EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)

Açıklama : EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)

1. sınıf termal kâğıttan üretilmiş olmalıdır.
- 5 cm eninde 10 cm katlama boyunda olmalıdır.
- Z katlı olmalıdır.
- Cihazların termal yazıcılarına zarar vermemelidir.
- Kâğıt üzerindeki görüntüler en az 5 yıl boyunca saklanabilmeli ve görüntüler silinmemelidir.
- Bir pakette 200 veya 300 kat bulunmalıdır.
- Paketler toz ve nem almayacak şekilde ambalajlanmalıdır.
- Kâğıt üzerindeki ince ve kalın grid çizgileri net olmalıdır.
- Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.
- EKG kâğıtları Hastanemizde mevcut Nihon Kohden marka defibrilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 1 adet numune bırakılmalıdır
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4307) EKG JELİ

Açıklama : EKG JELİ

- Ürün suda çözünür, kokusuz ve kolay temizlenir olmalıdır.
- Ürün nontoksik, hipoalerjenik olmalı; yağlı madde veya Formaldehit içermelidir.
- Ekg çekimlerinde ve defibrillasyon işlemleri için geliştirilmiş olmalıdır.
- Jel yüksek iletken özelliğine sahip olmalıdır.
- Ürün +70 C stabil kadar saklanabilmelidir; pH nötr olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/08/2019 15:49:22

6. Ürün orjinal ambalajında ve kutusunda olmalıdır.
7. Ürün CE kalite belgesine sahip olmalıdır.
8. Ürünün akredite kuruluştan dermatolojik testleri yapılmış olmalıdır.