



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20195646

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/09/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KORUYUCU AMELİYAT GOZLUGU	200,00	ADET
2	ETİL ALKOL(96 DERECE)LT.	1.200,00	LİTRE
3	%3 HİDROJEN PEROKSİT(OKSIJENLİ SU) 1000 CC. LİK	370,00	ADET
4	İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20	140,00	ADET
5	MASKE KAGIT	200.000,00	ADET
6	SEFFAF KILITLI POSET(8X10 CM)	150.000,00	ADET
7	SEFFAF KILITLI POSET(21X27 CM)	28.000,00	ADET
8	ANNE- BEBEK KOL BANDI (MAVI-ERKEK)(CİFT)	400,00	ADET
9	KSILOL	380,00	LİTRE

TEKLİF NO : 20195646
NOT : ODEME 180GUN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/6

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0007.000	KORUYUCU AMELİYAT GOZLUGU	ADET	200
303.0017.000	ETİL ALKOL(96 DERECE)LT.	LİTRE	1200
303.0020.000	%3 HİDROJEN PEROKSİT(OKSİJENLİ SU) 1000 CC. LİK	ADET	370
301.0017.000	İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20	ADET	140
294.0004.000	MASKE KAGIT	ADET	200000
298.0193.000	SEFFAF KİLİTLİ POSET(8X10 CM)	ADET	150000
298.0195.000	SEFFAF KİLİTLİ POSET(21X27 CM)	ADET	28000
298.0264.000	ANNE- BEBEK KOL BANDI (MAVİ-ERKEK)(CİFT)	ADET	400
303.0053.000	KSİLOL	LİTRE	380

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5448) %3 HİDROJEN PEROKSİT(OKSİJENLİ SU) 1000 CC. LİK

Açıklama : %3 HİDROJEN PEROKSİT(OKSİJENLİ SU) 1000 CC. LİK

- Aşağıda belirtilen katalog numaralarına tekâmül eden özellikler söz konusu malzemelerin teknik şartnamelerinin aslını teşkil etmektedir.
 - 303.0017.000 kod numaralı Etil Alkol için SİGMA 459844 veya muadili olmalıdır.
 - 303.0002.000 kod numaralı Aseton için SİGMA 179124 veya muadili olmalıdır.
 - 303.0020.000 kod numaralı Hidrojen Peroksit için SİGMA 216763 veya muadili olmalıdır.
 - 298.0070.000 kod numaralı Vazelin Katı (KG) için SİGMA 330779 veya muadili olmalıdır.
- Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(5670) SEFFAF KİLİTLİ POSET(8X10 CM)

Açıklama : SEFFAF KİLİTLİ POSET(8X10 CM)

- LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- (5X5), (8X10), (16X13), (25X30), (26X36),(21X27),(30X50) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
- Şeffaf renkte olmalıdır.
- Poşet elle tamamen kilitlenebilmek mekanizmaya sahip olmalıdır.

5. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Paketler barkotlu olmalıdır.
9. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(7536) KSILOL

Açıklama : KSILOL

1. Ksilol, en çok 5 lt'lik plastik veya cam şişelerde olmalıdır.
2. Şişe üstünde CE Belgesi, lot no ayrıntılı olarak bulunmalıdır.
3. İlgili kimyasalın laboratuvarında kullanımı sırasında sonuç vermemesi, çalışmaması durumunda satıcı firmaya koşulsuz iade edilecektir. İlgili rapor bir teknisyen ve bir öğretim görevlisi tarafından düzenlenecektir.
4. Kimyasal taşıma kurallarına uygun olarak laboratuvara teslim edilmelidir.
5. Malzeme teslimi firma yetkilisi tarafından elden imza karşılığı laboratuvar görevlisine yapılacaktır.
6. Malzeme teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmelidir.
7. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir

(185) İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20

Açıklama : İLETKENLİĞİ ARTIRICI PASTA TEN-20

1. Pasta EEG çekimlerinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Abrasive (arındırıcı) olmalıdır.
3. Disk elektrotlarda kullanılabilir olmalıdır.
4. İletken özellikte olmalıdır.
5. Sıcakta çok çabuk erimemelidir.

(4959) ANNE- BEBEK KOL BANDI (MAVI-ERKEK)(CIFT)

Açıklama : ANNE- BEBEK KOL BANDI (MAVI-ERKEK)(CIFT)

1. Yumuşak PVC den imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmamalıdır.
2. Kol bantları birbirine bitişik olmalı, kullanım sırasında birbirinden kolayca ayrılmalıdır.

3. Kol bandının anne için uzunluğu + 26 cm ,bebek için uzunluğu + 16 cm olmalıdır.
4. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu anne için 4 - 6x 1,5 - 2,5 + cm olmalıdır. + cm,bebek için 4 -5 x 2 + cm olmalıdır.
5. Barkodun yapıştırılacağı kağıdın ebadı anne için 5 x 2 cm, bebek için 3.5 ? 4 x 1.75+ cm olmalıdır
6. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.
7. Tek kullanımlık olmalı ,çıt çitleri kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
8. Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir.
9. Su geçirmeyen özellikte olmalı,alkol,tiner,solvent gibi maddelerle silinip değiştirilememelidir.
10. Üretici firma ISO belgesine sahip olmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle herbir numaradan en az 15 adet numune bırakılmalıdır.
12. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.
13. Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.

(3615) KORUYUCU AMELİYAT GOZLUGU

Açıklama : KORUYUCU AMELİYAT GOZLUGU

1. Kullanıcıyı kan ve enfekte vücut sıvılarına karşı korumalıdır.
2. Kullanım sırasında buğu yapmamalıdır.
3. Steril edilebilmelidir (buhar veya etilen oksit)
4. Çok kullanımlık olmalıdır.
5. Hareketli çerçeve sapları olmalıdır.
6. Sapları anatomik olarak yüz kıvrımlarıyla uyumlu olmalı ve geniş görüş alanı sağlamalıdır.
7. Hijyen ve sağlık açısından zararlı bir madde içermemelidir.
8. Saplarında ip bağlama deliği bulunmalıdır.
9. CE belgesi bulunmalıdır.
10. Ürün ambalajlı (kutu/ poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adedi üzerinde belirtilmelidir.
11. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
12. Değerlendirme için 2 adet numune verilmelidir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(132) ETİL ALKOL(96 DERECE)LT.

Açıklama : ETİL ALKOL(96 DERECE)LT.

1. İhaleye teklif verecek olan firmanın "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nca "Etil Alkol dağıtımına yetkilendirilmiş firma veya 21.10.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan; "Etil Alkolün Piyasaya arzı" hakkında tebliğ'in 5. maddesinin c fıkrasına göre ecza depoları, eczane gibi özel dağıtım kanalları olması gerekmektedir.
2. İhaleye, 21.10.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan; "Etil Alkolün Piyasaya arzı" hakkında tebliğ'in 5. maddesinin c fıkrasına göre ecza deposu, eczane gibi özel dağıtım kanalı olarak teklif veren firmanın, ithalatçı firmanın "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nca verilen "Etil Alkol İthalatçı Dağıtım Yetki Belgesi'ni ibraz etmesi gerekmektedir.
3. Alkol dansimetresiyle ölçüldüğünde dansimetre değeri 96'nın altında olmamalıdır.
4. Herhangi bir katkı maddesi içermemelidir.
5. Berrak ve tortusuz olmalıdır.
6. Su ile karıştırıldığında bulanıklık oluşmamalıdır.
7. 5 litre'lik bidonlarda teslim edilmelidir.
8. Metil içermemelidir.
9. Ambalajlar üzerinde ürünün kimyasal özelliklerini içeren bir etiket olmalıdır.
10. Ürünün üretim yerindeki analiz raporu ve Hıfzısıhha Enstitüsünce yapılmış Türk Kodeksine ve TSE'ye uygun olduğuna dair raporu ibraz edilmelidir.
11. Üretici firma laboratuvarında denemek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.

(5670) SEFFAF KILITLI POSET(21X27 CM)

Açıklama : SEFFAF KILITLI POSET(21X27 CM)

1. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. (5X5), (8X10), (16X13), (25X30), (26X36),(21X27),(30X50) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
3. Şeffaf renkte olmalıdır.
4. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
5. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Paketler barkotlu olmalıdır.
9. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(229) MASKE KAGIT

Açıklama : MASKE KAGIT

1. Maske kağıt non-woven kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Üç pileli olmalıdır.
3. Gizli burun teli olmalıdır. (tel uçları maske materyalini delip kazalara neden olmamalıdır.)
4. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
5. Kokusuz olmalıdır.
6. 4 adet bağcıklı olmalı, bağcık uzunlukları eşit ve yeterli uzunlukta olmalıdır.
7. Mebran filtreli olmalı ve en az %95 filtrasyon özelliği olmalıdır.
8. Maske ve bağları alerjik olmamalı ve toksik madde içermemelidir. Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerlerinden kolay ayrılmamalıdır.
9. 100'lük karton ambalajlı olmalıdır.
10. Maskeler üç katlı olmalı, iç ve dış katların renkleri farklı olmalıdır.
11. Kullanım sırasında pamuklanma olmamalıdır.
12. Takılı olduğu sürede terletmemeli ve normal solunuma engel olmamalıdır.
13. Yüz adet paketlenmiş olmalı, paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 100 adet numune bırakılmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. Materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.