



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11/06/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20202826

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN

15/06/2020

TARİHİ, SAAT

17:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ)

GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1 FFP2 MASKE

28.000,00 ADET

TEKLİF NO : 20202826
NOT : ODEME 90 GUNDUR
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAME

148 FFP2 MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. FFP2 maskeler 1/5/2019 tarihli 30761 sayılı resmi gazete yayımlanan kişisel koruyucu donanım yönetmeliğ hükümlerine (AB 2016/425) uygun olmalıdır.
2. Maskede kullanılan malzeme hijyenik özellikte olmalı, kullanıcının yüzünde tahrişlere yol açmamalı, tehlikeli ve zararlı maddeler ihtiva etmemelidir.
3. FFP2 maskeler ventilsiz olmalı, burun kısılacı olarak alüminyum, magnezyum ve titan gibi metallerin toplam miktarı %15'ten fazla, titan+magnezyum toplamı %6'dan fazla olmamalıdır.
4. Kullanılan malzeme çabuk ve kolay yanabilir ve parlayabilir özellikte olmamalıdır.
5. FFP2 maskeler mekanik mukavemeti yeterli sağlamlıkta, başa kolayca takılabilir ve çıkarılabilir özellikte olmalıdır. Lastik bantlar maskenin yüze iyice oturmasını sağlamalı sarkma, kopma ve esnemeye karşı sağlam yapıda olmalıdır.
6. FFP2 maskeler toz tutma verimliliği performansı EN 149+ A1 standardına belirtildiği gibi FFP2 koruma seviyesi içi %94'den fazla olmamalıdır.
7. FFP2 maskelerin nefes alma dirençleri EN 149+ A1 standardında belirtilen değerlere uygun olmalıdır. Nefes alma direnci 30lt/dk akış hızında 0,7 mbar'dan 95lt/dk akış hızında 2,4 mbar'dan düşük olmamalıdır.
8. CE belgesi olmalıdır.
9. 5 adet numune istenmektedir

Prof. Dr. Yusef Daimi

Dr. Yusef Daimi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi