



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20216256

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 25/11/2021 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	AYAKLI BUYUTECLİ LAMBA (AYAKLI LOUPE(LOOP)-ISIKLI BUYUTECLİ)	4,00	ADET
---	--	------	------

TEKLİF NO : 20216256
NOT : ÖDEMELER 30 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, MODEL BELİRTİLMELİDİR. ŞARTNAME EKTEDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.1545.000	AYAKLI BUYUTECLİ LAMBA (AYAKLI LOUPE(LOOP)-ISIKLI BUYUTEC)	ADET	4
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8998) AYAKLI BUYUTECLİ LAMBA (AYAKLI LOUPE(LOOP)-ISIKLI BUYUTEC)

Açıklama : AYAKLI BUYUTECLİ LAMBA (AYAKLI LOUPE(LOOP)-ISIKLI BUYUTEC)

1. Cihaz dermatolojik teşhis amaçlı kullanılacaktır.
2. 12,7cm çapında cam lensi olacaktır.
3. Büyüteç üzerinde butonlar sayesinde led ışık seviyesi kademeli olarak ayarlanabilmeli ve açma-kapama butonu olmalıdır.
4. Büyüteç aydınlatması üzerinde en az 90 adet led bulunmalıdır.
5. Akrobat kolları sayesinde istenilen görüş açısına göre büyütecini pozisyonu ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
6. Büyüteci kullanılmadığı zamanlarda lensin zarar görmemesi için kapağı bulunmalıdır.
7. Akrobat kollar parmak sıkışmaması için kapalı panel ile kaplanmış olmalıdır.
8. Büyüteci boyutları lens kısmının bulunduğu yüzey en az 25 cm, Lensin bağlı olduğu akrobat kol 50 cm diğer kol ise 41 cm $\pm$ %10 olacaktır.
9. Tekerlekli taşıyıcının yerden yüksekliği 69 cm, Genişliği 56 cm, Ağırlığı 6,4kg $\pm$ %10 olmalıdır.
10. Büyütecin sabitlemesi için tekerlekli taşıyıcıda sabitleme vidası olacaktır.
11. Cihaz 220 V $\pm$ %10 ve 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.
12. Firmalar teklifleri ile birlikte ürün örneklerini de kullanıcı birimin onayına hazır bulunduracaklardır. Kullanıcı birim ve teknik hizmetlerin ilgili birimleri tarafından uygunluk alamayan ürünlerin teklifleri kabul edilmeyecektir.
13. Cihazlar, hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce 'demo' amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.
14. Sözleşme sonrası, Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler ile testi yapılan numuneler aynı marka, model ve özelliklerde olmalıdır.
15. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
16. Cihaz yedek parça, bakım onarım ve kalibrasyon için en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Bu süre içinde Sistemin çarpma, vurma gibi dış yapıya yapılan fiziksel darbelerle kırılmalara neden olan tutanakla tespit edilmiş kullanıcı hataları dışındaki arızalarının onarımında yedek parça, malzeme ve bakım onarımdan firma ücret talep etmeyecektir. Bu süre cihazların montajlarının bitmesini takiben çalışır olarak teslimi ile başlar.
17. Cihazları hastane idaresi tarafından belirlenen mahallerde ücretsiz olarak monte edecek, tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir.

A.T