



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20216500

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 10/12/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DISPOSABLE PLASTİK SPEKULUM	3.000,00	ADET
2	KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)	1.500,00	ADET
3	FLUORESCIN PAPER (100'LUK POSET)	20,00	POŞET
4	HEPARINSIZ HEMATOKRİT TUPU	4.000,00	ADET
5	DOKU GOMME MADDESİ (120LİK)	25,00	ADET
6	FİLTRELİ PİPET UCU 20-200 DNA RNA FREE(96'LİK)	50,00	KUTU
7	LANSET	20.000,00	ADET
8	TUP PLASTİK 5 CC	5.000,00	ADET
9	OTOKLAV BANDI (BUHAR)	500,00	ADET
10	KAPAKLI İDRAR KABI	30.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20216500
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20216500

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 10/12/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	PETRI KUTUSU MULTIDISH (NUNC VEYA MUADILI)	200,00	ADET
12	PLASTİK CATAL (BUYUK BOY)100'LUK	200,00	PAKET
13	PLASTİK KASIK (BUYUK BOY)100'LUK	250,00	PAKET
14	IDRAR TOPLAMA KABI 5 LT(24 SAATLIK)	250,00	ADET
15	TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DIYET BESLENME ICIN)	15.000,00	ADET
16	SEFFAF KILITLI POSET (16X13 CM)	80.000,00	ADET
17	ANNE-BEBEK KOL BANDI (PEMBE-KIZ)(CIFT)	1.000,00	ADET
18	EPENDORF SAKLAMA KABI (81-96 GÖZLÜ)	50,00	ADET
19	IDRAR TOPLAMA TORBASI (KIZ)	1.000,00	ADET
20	HOLDING MIKROPIPET	50,00	ADET

TEKLİF NO : 20216500
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20216500

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 10/12/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENİS AGIZLI)	800,00	ADET
22	BASI BANTI (KÜÇÜK TİP)	60.000,00	ADET
23	FORMALIN (FORMALDEHİT)	200,00	LİTRE
24	KAGIT MUAYENE ORTUSU (GENEL CERRAHİ POLK.)	40,00	ADET

TEKLİF NO : 20216500
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0020.000	DISPOSABLE PLASTİK SPEKULUM	ADET	3000
298.0022.000	KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)	ADET	1500
292.0018.000	FLUORESCENCE PAPER (100'LUK POSET)	POŞET	20
293.0047.000	HEPARINSIZ HEMATOKRİT TUPU	ADET	4000
293.0054.000	DOKU GOMME MADDESİ (120'LIK)	ADET	25
293.0074.000	FİLTRELİ PİPET UCU 20-200 DNA RNA FREE(96'LIK)	KUTU	50
293.0102.000	LANSET	ADET	20000
293.0144.000	TUP PLASTİK 5 CC	ADET	5000
297.0008.000	OTOKLAV BANDI (BUHAR)	ADET	500
306.0017.000	KAPAKLI İDRAR KABI	ADET	30000
306.0033.000	PETRİ KUTUSU MULTİDİSH (NUNC VEYA MUADİLİ)	ADET	200
305.0019.000	PLASTİK CATAL (BUYUK BOY)100'LUK	PAKET	200
305.0020.000	PLASTİK KASIK (BUYUK BOY)100'LUK	PAKET	250
306.0068.000	İDRAR TOPLAMA KABI 5 LT(24 SAATLİK)	ADET	250
305.0035.000	TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İÇİN)	ADET	15000
298.0246.000	SEFFAF KİLİTLİ POSET (16X13 CM)	ADET	80000
298.0265.000	ANNE-BEBEK KOL BANDI (PEMBE-KIZ)(CİFT)	ADET	1000
306.0082.000	EPENDORF SAKLAMA KABI (81-96 GÖZLÜ)	ADET	50
293.0241.000	İDRAR TOPLAMA TORBASİ (KIZ)	ADET	1000
293.0259.000	HOLDİNG MİKROPİPET	ADET	50
293.0280.000	CAM 16X100 VİDALI KAPAKLI TUP (GENİS AĞIZLI)	ADET	800
296.0025.000	BASİ BANTİ (KÜÇÜK TİP)	ADET	60000
293.0328.000	FORMALİN (FORMALDEHİT)	LİTRE	200
295.0018.000	KAGİT MUAYENE ORTUSU (GENEL CERRAHİ POLK.)	ADET	40

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6590) DOKU GOMME MADDESİ (120LIK)

Açıklama : DOKU GOMME MADDESİ (120LIK)

1. -15 ile -35 derecede donma özelliğinde olmalıdır.
2. Oda sıcaklığında akışkan ve şeffaf, donma hızı yüksek, donarken kristalize olmamalı ve dokuyla beraber donarken dokuya uyum göstermelidir.
3. Dokuya zarar verecek kimyasal madde içermemelidir.
4. İçinde yabancı madde içermemeli ve donma işlemi tamamlandıktan sonra kesit alınırken bıçağın kesit alma özelliğini bozmayacak yapıda olmalıdır.
5. CE, TSE belgesine sahip olmalıdır.
6. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi için laboratuara numune ürün bırakılmalıdır.
7. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.
9. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

(4797) IDRAR TOPLAMA TORBASİ (KIZ)

Açıklama : IDRAR TOPLAMA TORBASİ (KIZ)

1. Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
2. Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırılabilmelidir.
3. Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
4. Yapıştırıcı ciltte allerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.
5. Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger veya benzeri bir destek olmalıdır.
6. Kız çocukları için idrar torbası perine bölgesine gelen açıklık şekline göre iki boy olmalıdır;
 - 6.1. Perine bölgesine gelen açıklık büyük oval olmalıdır. (şişman çocuklar için)
 - 6.2. Perine bölgesine gelen açıklık küçük oval olmalıdır. (düşük kilolu çocuklar için)
7. Ürün 50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerine barkot basılmış olmalıdır.
9. Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin edilmelidir.

(3644) DISPOSABLE PLASTİK SPEKULUM

Açıklama : DISPOSABLE PLASTİK SPEKULUM

1. Tek kullanımlık steril ve kolay kullanım sağlayan tasarıma sahip olmalıdır.
2. Yüksek görüş açısı sağlayan şeffaf yapıya sahip olmalıdır.

3. Geniş görüş açısı sağlayan, destek çerçeveli aperturaya sahip olmalıdır.
4. İstenen açıda sabitleme olanağı sağlayan güvenli, vidalı kilit sistemine sahip olmalıdır.
5. Doku hasarını engelleyen kenarları yuvarlatılmış ergonomik uça sahip olmalıdır.
6. İsteğe bağlı olarak küçük, orta ve büyük boy seçeneklerine sahip olmalıdır.
7. Boy seçeneklerini gösteren renk kodu olmalıdır.
8. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
9. Teklif edilen ürün, T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal bilgi bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
10. Teklif veren firma Ulusal bilgi bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na onaylı olmalıdır.
11. Onaylı ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte ve onaylı ürün numarası ihale sıra numarası ile birlikte teklif dosyasında belirtilmelidir.
12. Onaylı ürün (barkod) numaraları EAN-13 formatında ambalajın üzerinde yer almalıdır.
13. Her boydan numune teslim edilmelidir.

(7384) İDRAR TOPLAMA KABI 5 LT(24 SAATLİK)

Açıklama : İDRAR TOPLAMA KABI 5 LT(24 SAATLİK)

1. İdrar toplama kabı plastik ve kapaklı olmalı, kapak sızdırmamalı ve vidalı olmalıdır.
2. İdrar toplama kabı 5 litre olmalıdır.
3. İdrar toplama kabı delik, yırtık, bütünlüğü bozuk olmamalıdır.
4. İdrar toplama kabının üstte bulunan kapak dışında örnek almaya yarayan, yanda sızdırmaz kapaklı bir çıkışı olmalıdır.
5. 500 ml'den başlayıp 5000 ml'ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Ölçüm miktarı doğru ölçeklendirilmelidir.
6. Delik, kapakları bozuk olan idrar toplama kaplarını firma değiştirecektir.
7. Üretici firma CE,ISO,TSE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. İdrar toplama kabı delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
11. Ürünün içindeki idrar miktarını gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
12. Ürünün üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
13. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.

(5670) SEFFAF KILITLI POSET (16X13 CM)

Açıklama : SEFFAF KILITLI POSET (16X13 CM)

1. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. (5X5), (8X10), (16X13), (25X30), (26X36), (21X27), (30X50) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
3. Şeffaf renkte olmalıdır.
4. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
5. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Paketler barkotlu olmalıdır.
9. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ürün yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

(4590) EPENDORF SAKLAMA KABI (81-96 GÖZLÜ)

Açıklama : EPENDORF SAKLAMA KABI (81-96 GÖZLÜ)

1. Kaplar dayanıklı polipropilenden yapılmış olmalıdır.
2. 81-96 gözlü olmalıdır.
3. Saydam kapaklı olmalıdır ve kapak gövdeye tam oturuyor konumda olmalıdır.
4. 121 derecede ve 20 dakika otoklavlanabilmelidir.
5. Mikro tüp ve eppendorf tüpleri saklamak için uygun ebatlarda (Kutu ebatları 133X133X52 mm) olmalıdır.
6. 80-100 arası tüp alma kapasitesi olmalıdır.
7. Merkez Laboratuvarı yönetiminden uygunluk alınması gerekir.
8. Kuyucuklar 2 ml eppendorf tüpleri alacak yükseklikte olmalıdır.
9. Kapakların üstü düz olmalı, yazı ve şekil içermemelidir.
10. Ürün ambalajı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
11. Üretici firma laboratuvarında denemek ve şahit numune olarak saklama için numune temin etmelidir.

(3708) HOLDING MIKROPIPET

Açıklama : HOLDING MIKROPIPET

1. Mikropipetler borosilika camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün Gamma Radyasyonuyla sterilize edilmiş olmalıdır.
3. Mikropipetler onluk kutular içinde her biri ayrı ayrı tüpler içinde ambalajlanmış olmalıdır.
4. Pipet iki farklı embriyo toksik olmayan, pipetin kırılmamasını sağlayan kauçuk türevi ayakla sabitlenmiş olmalıdır. Bu ayaklar üzerine oturan pipet ufak bir fanus içinde steril edilmiş olmalıdır. Teslimat pipet sabitleyicileri ve ufak fanusu ile 10'luk paket olarak yapılmalıdır.
5. Mikropipetlerin ucu 30 derecelik açıyla dirsek yapılmış olmalıdır.
6. Mikropipetlerin ucu dirsekten itibaren en uca kadar 1.0 mm mesafeye sahip olmalı, 95-120 mikrometre dış çapa sahip olmalı ve 30 mikrometre içi çapa sahip olan bir açıklıkla cilalanmış olarak sonlanmalıdır.
7. Mikropipetler fare embriyo testi ve endotoksin testlerinden geçmiş şekilde üretilmiş olmalıdır.
8. Endotoksin testi amacıyla kullanılan yöntem LAL - jel pıhtılaşması tekniği olmalıdır.
9. LAL-jel pıhtılaşması tekniği için kullanılan geçerlilik kriteri 20 ve altı olmalıdır.
10. Fare embriyo testi için firma tarafından kullanılan kriterler kontrol gruplarında %80 ve üstü ve deney grubunda kontrol ile arasındaki fark %10'u aşmayacak şekilde olmalıdır.
11. Üretici firma üretim koşulları ve ürün kalitesi için FDA onayı almış olmalıdır.
12. Üretici firma CE belgesi sahibi olmalıdır.
13. Üretici firma ISO belgesine sahibi olmalıdır.
14. İştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(8951) KAGIT MUAYENE ORTUSU (GENEL CERRAHI POLK.)

Açıklama : KAGIT MUAYENE ORTUSU (GENEL CERRAHI POLK.)

1. Havlu beyaz renkte olmalıdır.
2. Havlunun bir yüzü polietilen veya poliüretan madde ile kaplı olmalıdır.
3. Havlu yaprakları rulo biçiminde sarılmış olmalıdır.
4. Yaprakların boyutları; Eni: 60-65 cm, Boyu: 60 cm; olmalıdır.
5. Her bir rulo 80-90 yapraktan oluşmalıdır.
6. Havlu yaprakları kolayca birbirinden ayrılabilir olmalıdır.
7. Havlular kullanım esnasında kolayca yırtılmamalı, suya dayanıklı olmalıdır.
8. Rulo kağıt havlu özel ambalajında hijyenik olarak teslim edilmelidir.

(4557) HEPARINSIZ HEMATOKRIT TUPU

Açıklama : HEPARINSIZ HEMATOKRIT TUPU

1. Tüplerin uzunluğu 75 mm (+/- 1 mm) ve et kalınlığı 0,2 mm olmalıdır.
2. Heparinli olanların iç yüzeyleri sodyum heparinat ile heparinlenmiş olmalı ve kapiller kan ile kullanılabilir, kırmızı kodlu olmalıdır.
3. Heparinsiz olanlar mavi ile kodlanmalıdır.
4. Hematokrit tüp macunu kurumayan kapatma bileşiği şeklinde ve plastik tabla içerisinde bulunmalıdır.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 20 adet numune temin etmelidir.
8. Heparinsiz hematokrit tüpünün her nokasında ışık geçirgenliği aynı olmalıdır.

(4568) FİLTRELİ PİPET UCU 20-200 DNA RNA FREE(96'LIK)

Açıklama : FİLTRELİ PİPET UCU 20-200 DNA RNA FREE(96'LIK)

1. Şeffaf polipropilenden üretilmelidir.
2. Bilinen tüm pipetlerle güvenli kullanılabilmesi, kimyasallara ve tüm dış etkenlere dayanıklı olmalı, iç yüzeyi sıvının çepere yapışmasını engellemek için kaygan olmalıdır.
3. Pipete giren ağız kısımları pipete tam ve sızdırmaz uyum sağlamalıdır.
4. Filtreli, steril DNase, RNase, pirojen free olmalıdır.
5. Pipet ucunun uygun olduğu maksimum hacim pipetlenirken, filtre ile sıvı arasında, filtrenin ıslanmasını önleyecek kadar mesafe kalmalıdır.
6. Aktarılan sıvıyı eksiksiz transfer etmeli, pipet uçları üzerinde gözle takibi kolaylaştıran kademeler bulunmalıdır.
7. Kalibrasyon birimince denenmesi yapıldıktan sonra ve ilgili birimin onayı ile alınacaktır.
8. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklama için her bir hacimden 10'ar adet numune temin etmelidir.
11. Merkez Lab. Moleküler Mikrobiyoloji Biriminden uygunluk alınmalıdır.

(194) LANSET

Açıklama : LANSET

1. Lanset paslanmaz ve kaliteli çelikten yapılmış olmalıdır.
2. Lanset ucu keskin, çapaksız ve tırtıksız olmalıdır.
3. Her ürün tek tek steril ambalajda olmalıdır. Ambalajı yırtılmış ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.
4. Lanset ambalajını açma kısmı, lansetin arkası olmalı, yaralamaya sebep olmamalıdır.

5. 200 adetlik paketlerde ambalajlanmış olmalıdır. Paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
6. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 1 kutu numune bırakılmalıdır.
7. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. CE belgesi olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Lansetin keskin ucunun uzunluğu 3 mm geçmemelidir.
11. Kullanım sırasında eğilme, bükülme olmamalıdır.
12. Ürünün imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
13. Firma miadının dolmasına 6 ay kalmış ürünleri ileri miad tarihli ürünlerle değiştirmelidir.

(646) TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)

Açıklama : TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)

1. Şekli pilesiz dikdörgen şeklinde olmalıdır.
2. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
3. Non-alerjik olmalıdır.
4. Her iki ucu lastikli olmalıdır.
5. Large boy olmalıdır. Bilekten dirseğe kadar kolu sarmalıdır.
6. Lastikli her iki ucunda gergin hale getirildiğinde 50 cm X 20 cm ebadında olmalıdır.

(5803) PETRI KUTUSU MULTIDISH (NUNC VEYA MUADILI)

Açıklama : PETRI KUTUSU MULTIDISH (NUNC VEYA MUADILI)

1. Dört yuvarlak bölmeli ve kapaklı olmalıdır.
2. Dış boyutları 66X66 MM. olmalıdır.
3. Bölme başına çalışma hacmi 1 ML. olmalıdır.
4. Kültür alanı bölme başına 1,9 CM² olmalıdır.
5. Dörtlü poşetlerde embriyo kültürüne uygun sterilize gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.
6. Polystyrenden yapılmış olmalıdır.
7. İştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(3759) PLASTİK KASIK (BUYUK BOY)100'LUK

Açıklama : PLASTİK KASIK (BUYUK BOY)100'LUK

1. Ağırlığı en az 2.5 gr olmalıdır.
2. 170 (+/- 2) mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Kaşık hacmi 10 ml olmalıdır.
4. Kar beyaz renginde olmalıdır.
5. Üretim, paketlenme ve taşıma aşamalarının tamamı hijyenik olmalıdır.
6. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 100'lük paketler halinde teslim edilmelidir.
7. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır.Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
8. Ürün ambalajı üzerinde ürünün nerede üretildiği,üretim tarihi,adres ve irtibat bilgileri,tescilli markası olacaktır
9. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır.Herhangi bir kabarıklık,üretim hatası içermemelidir.
10. Kenarların kesim yerlerinde (uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
11. Dayanımı arttırmak amacıyla sap kenarlarında kıvrım yapılmış olmalıdır.

(5881) KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)

Açıklama : KULAK SPEKULUMU NO:2,5 (HEINE OTOSKOP'A UYUMLU)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan HEINE marka ve K-100 model duvar tipi otoskoplara uygun olmalıdır.
2. Disposable olmalıdır.
3. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
4. Malzemenin kutu/paketi üzerinde barkot basılı olmalıdır.
5. Üretici firma denenmek ve şahit numune olarak saklanmak üzere 10 adet numune temin etmelidir.
6. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(7600) FLUORESCEIN PAPER (100'LUK POSET)

Açıklama : FLUORESCEIN PAPER (100'LUK POSET)

1. Flöresein emdirilmiş kağıtlar göz ön segment muayenelerinde korneayı boyamak amaçlı kullanılır.
2. Paket içerisinde 100 adet olacak şekilde steril sarılmış olmalıdır.
3. Teklif edilecek ürün, Haag-Streit markasının piyasada yer alan "flourescein paper" isimli ürününe kalite açısından benzer ve denk özellikte olmalıdır.
4. Teklif verecek firmalar, satın alma işleminin tamamlanmasından önce ürünlerinden deneme numunesi göndermek zorundadır

(3352) OTOKLAV BANDI (BUHAR)

Açıklama : OTOKLAV BANDI (BUHAR)

1. Buhar sterilizasyonu uygulanmış paket ve bohçaların maruziyet kontrolü amacıyla kullanılmalıdır.
2. EN ISO 11140 sınıf 1. özellikte olmalıdır.
3. Kumaş ya da paket üzerine iyi yapışmalıdır.
4. İyi yapışma için esnek olmalıdır, ancak kullanım sırasında ürün istemsiz kopmalara neden olmamalıdır.
5. Üretim hatası olduğu belirlenen ürünler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilmelidir.
6. Ürün istenilen uzunlukta elle koparılabilir.
7. İndikatör için kullanılan kimyasal madde organik bazlı ve nontoksik olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün üzerindeki indikatör çizgilerin genişlikleri ve aralıkları standart olmalıdır.
9. Bant rulodan kolay açılmalıdır. Bant açılırken soyulma, yırtılma yapmamalıdır.
10. Krep sırt yapısı ile esnek ancak kopma direnci yüksek olmalıdır.
11. Bant sterilizasyon boyunca ve sterilizasyon sonrası bohça ve paket üzerinden açılmamalı; soyulma ve kalkma yapmamalıdır.
12. Sterilizasyon işleminden sonra steril edilmiş paketleri, diğerinden ayırt edecek renk değişikliği belirgin olarak gösterilebilmelidir.
13. Bant üzerinde yazılan yazılar sterilizatörde dağılmamalı, okunaklı olmalıdır.
14. Sterilizasyon işlemi uygulanmış indikatör bantta dış ortam koşullarına bağlı tekrar renk değişikliği olmamalıdır. Renk değişimi en az 6 ay sabit kalmalıdır.
15. Paket ya da bohça üzerinden açılıp söküldüğünde iz ya da atık bırakmamalıdır.
16. Rulo şeklindeki bant yaklaşık 18mm x 50m ölçülerinde olmalıdır.
17. Rulo şekilde ve karton ambalajlar içerisinde paketlenmiş olmalıdır.
18. Teklif edilen ürün orijinal ambalajda olmalı ve ambalaj üzerinde marka, üretim parti (LOT) numarası, son kullanma tarihi, indikatör sınıfı ve sterilizasyon yöntemi belirtilmelidir.
19. Son kullanma tarihi, teslim tarihi itibarıyla en az 1 yıl olmalıdır.
20. Değerlendirme için en az 1 adet orijinal ürün, ürün bilgileri ile birlikte teslim edilmelidir.
21. Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4559) KAPAKLI IDRAR KABI

Açıklama : KAPAKLI IDRAR KABI

1. İdrar kabı yaklaşık 100 ml hacminde bardak ya da beher şeklinde olmalıdır.
2. Plastik, burgulu kapaklı, sızdırmaz özellikte şeffaf ve esnek olmalıdır.
3. Sızdırmazlık özelliğine sahip çift burgulu olmalıdır.
4. Pnömatik sisteme uygun olmalıdır.
5. Her ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası yazmalıdır.

6. Laboratuvar ihtiyacına göre istek olduğunda çekilecektir.
7. İdrar kaplarının kapakları kapatılmış şekilde teslim edilmelidir.
8. Ürün ambalajlı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
9. En az 1 yıl matlı olmalıdır.
10. Değerlendirme için 10 adet numune verilmelidir.

(5925) TUP PLASTİK 5 CC

Açıklama : TUP PLASTİK 5 CC

1. Plastikten üretilmiş olmalıdır.
2. Tüplerin ağzı vidalı beyaz tüp kapaklarına uyumlu olmalıdır.
3. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
4. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
5. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(3758) PLASTİK CATAL (BUYUK BOY)100'LUK

Açıklama : PLASTİK CATAL (BUYUK BOY)100'LUK

1. Ağırlığı en az 1,66 gr olmalıdır.
2. 145 (+/- 2) mm uzunluğunda olmalıdır.
3. 4 tınaklı olmalıdır.
4. Kar beyaz renginde olmalıdır.
5. Hijyenik,HACCP sertifikalı olmalıdır.
6. İçerisine toz,hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 11'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
7. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır.Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
8. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerede üretildiği,üretim tarihi,adres ve irtibat bilgileri,tescilli markası olacaktır.
9. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır.Herhangi bir kabarıklık,üretim hatası içermemelidir.
10. Kenarlarında,kesim yerlerinde (uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
11. Dayanımını arttırmak amacıyla sap kenarlarında kıvrım yapılmış olacaktır.

(5710) CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENİS AGIZLI)

Açıklama : CAM 16X100 VIDALI KAPAKLI TUP (GENİS AGIZLI)

1. Dayanıklı borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.
2. Vida kapakları tam sızdırmaz olmalıdır.
3. Tüpün vidalı başının içi min. 15 mm olmalıdır.
4. Kapaklı halde otoklavlanabilmelidir.
5. Bakteriden arındırılmış olmalı, aseptik koşullarda paketlenmelidir.
6. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
8. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.