04/02/2021 00:00:00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2021433

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **05/02/2021** **TARİHİ, SAAT** **15:00** **'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR	
1	OZON VAKUMLU CAM SISE	1.000,00	ADET
2	OZON TRANSFUSION SETI	1.100,00	ADET
3	OZON BAKTERI FILTRESI	1.100,00	ADET
4	OZON ENJEKTOR 50 ML	1.000,00	ADET
5	OZON KELEBEK IGNE SETI 19G	1.300,00	ADET

TEKLİF NO : 2021433
NOT :
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

04/02/2021 10:03:23

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0577.000	OZON VAKUMLU CAM SISE	ADET	1000
298.0578.000	OZON TRANSFUSION SETI	ADET	1100
298.0579.000	OZON BAKTERI FILTRESI	ADET	1100
298.0580.000	OZON ENJEKTOR 50 ML	ADET	1000
298.0581.000	OZON KELEBEK IGNE SETI 19G	ADET	1300

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

MEDİKAL OZONDA KULLANILMAK ÜZERE MAJÖR UYGULAMALAR İÇİN OZONA DAYANIKLI CAM ŞİŞE ŞARTNAMESİ

1. Ozon tedavisinde kullanılan şişe cam olmalıdır.

2. Ozonda kullanılan şişe kesinlikle vakumlu olmalıdır.

3. Şişenin üstünde bakteri filtresinin transfüzyon setinin ve kelebeğin girişleri olmalıdır.

4. Ozona dayanıklı şişe en az 250ml kapasitesinde olmalıdır.

5. Şişeye ozon verilen kısmı ozona dayanıklı silikon olmalıdır.

6. Ozonda kullanılan cam şişe steril olmalıdır.
7. Ozon tedavisinde kullanılan cam şişe sitrat içermelidir.

OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN TRANSFÜZYON SETİ ŞARTNAMESİ

1. Ozona dayanıklı malzemeden üretilmelidir.

2. Ozon tedavi uygulamasında kullanılan transfüzyon setinin üzerinde ROLLER KLEMP bulunmalıdır.

3. Ozonda kullanılan transfüzyon setinin üzerindeki iğne çelik olmalıdır.

4. Transfüzyon setinin üzerinde bulunan hortum ozona dayanıklı silikon hortum olmalıdır.

5. Ozonda kullanılan transfüzyon seti steril olmalıdır.

Prof. Dr. Figen COŞKUN
Başhekim Yrd.

OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN BAKTERİ FİLTRESİ SETİ ŞARTNAMESİ

1. Ozon tedavi uygulamasında vakum şişesine ozon vermek için kullanılan bakteri filtre setinin bir ucunda çelik uçlu iğne diğer ucunda 0.2 mikron bakteri filtresi olmalıdır.

2. Ozon tedavi uygulamasında kullanılan bakteri filtre setinin hortumunda ROLLER KLEMP bulunmalıdır.

3. Bakteri filtre setinin hortumu ozona dayanıklı bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.

4. Ozonda kullanılan bakteri filtre seti steril olmalıdır.

OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN KELEBEK ŞARTNAMESİ

1.Ozonda kullanılan kelebeğin iğnesi çelik uçlu olmalıdır.

2.Ozonda kullanılan kelebeğin hortumu ozona dayanıklı silikon malzemeden olmalıdır.

3.Ozonda kullanılan kelebeğin hortum ucunda luer-lock olmalıdır.

4.Ozonda kullanılan kelebek steril olmalıdır.



OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN 50 ML'LİK SİLİKON ENJEKTÖR ŞARTNAMESİ

1. 50ml dolum haznesi olmalıdır.

2. Ozonda kullanılan enjektör steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

3. Enjektörün iç kısmı ve pistonun ozonla temas eden uç kısmı ozona dayanıklı olması açısından silikonize olmalıdır.

4. Enjektörün pistonu Polipropilen (PP) malzemeden yapılmış olmalıdır.

5. Enjektör ozon gazı ile etkileşime giren lateks malzeme içermeyecektir.

6. Enjektör çıkışı luer-slip olacaktır.

7. Ozon uygulaması için kullanılan enjektörün ambalajında iğne ucu içermeyecektir.

OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN BAKTERİ FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

1.Bakteri filtresi ozona dayanıklı malzemeden üretilmelidir.

2.Filtre kısmı kana 0.22 mikron partikülleri karıştırmayacağı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

3.Ozon uygulamasında kullanılan bakteri filtresi steril olmalıdır.

Prof. Dr. Ergen DOĞAN
Başhekim Yard.