



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20211053

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 16/03/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                          |                |
|---|--------------------------|----------------|
| 1 | CERRAHI MASKE (BAGCIKLI) | 18.000,00 ADET |
|---|--------------------------|----------------|

**TEKLİF NO** : 20211053  
**NOT** : ODEME 180GÜN  
**İLGİLİ KİŞİ** : BELMA ÇELEK  
**TEL** : 4122410  
**E-MAIL** : belma.beker@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                          |      |       |
|--------------|--------------------------|------|-------|
| 294.0055.000 | CERRAHI MASKE (BAGCIKLI) | ADET | 18000 |
|--------------|--------------------------|------|-------|

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (229) CERRAHI MASKE (BAGCIKLI)

##### Açıklama : CERRAHI MASKE (BAGCIKLI)

1. Maske kağıt non-woven kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Üç pileli olmalıdır.
3. Gizli burun teli olmalıdır. (tel uçları maske materyalini delip kazalara neden olmamalıdır.)
4. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
5. Kokusuz olmalıdır.
6. 4 adet bağcıklı olmalı, bağcık uzunlukları eşit ve yeterli uzunlukta olmalıdır.
7. Mebran filtreli olmalı ve en az %95 filtrasyon özelliği olmalıdır.
8. Maske ve bağları alerjik olmamalı ve toksik madde içermemelidir. Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerlerinden kolay ayrılmalıdır.
9. 100'lük karton ambalajlı olmalıdır.
10. Maskeler üç katlı olmalı, iç ve dış katların renkleri farklı olmalıdır.
11. Kullanım sırasında pamuklanma olmamalıdır.
12. Takılı olduğu sürede terletmemeli ve normal solunuma engel olmamalıdır.
13. Yüz adet paketlenmiş olmalı, paket üzerinde barkot bulunmalıdır.
14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 100 adet numune bırakılmalıdır.
15. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. Materyal tüsüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.