



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20211713

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/04/2021 TARİHİ, SAAT 19:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	NAYLON ELDIVEN(100'LUK)	11.000,00 PAKET
---	-------------------------	-----------------

TEKLİF NO : 20211713
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

298.0047.000	NAYLON ELDIVEN(100'LUK)	PAKET	11000
--------------	-------------------------	-------	-------

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(238) NAYLON ELDIVEN(100'LUK)

Açıklama : NAYLON ELDIVEN(100'LUK)

1. Eldiven şeffaf naylondan olmalıdır.
2. Boyutu standartlara uygun ve large boy olmalıdır.
3. Giyerken yırtılmayacak dayanıklılıkta olmalıdır.
4. Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilebilir olmalıdır.
5. Paketler 100 'lük ambalajlarda olmalıdır üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
6. Numuneler denendikten sonra uygunluk verileceği için 5 paket ürün bırakılmalıdır.
7. Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.