



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20211479

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/04/2021 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	TIRNAK FIRCASI(AMELİYATHANE)	300,00	ADET
2	ULTRASON JELİ 1 KG.	250,00	KİLOGRAM
3	CAM AGACI PLASTİK ÇİFT	6.000,00	ADET
4	CATAL İGNE	20.000,00	ADET
5	ORDEK PLASTİK	140,00	ADET
6	TRANSPOR 5X5	1.600,00	ADET
7	EKG KAGIDI 210-3-140	550,00	ADET
8	EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)	60,00	ADET
9	NST KAGIDI(AIRSHIELDS MENTAL MONITÖRE UYGUN)	20,00	ADET
10	SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHİSİ)	350,00	ADET

TEKLİF NO : 20211479
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/10



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20211479

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/04/2021 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	ALUMINYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM	25,00	ADET
12	NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)	2.200,00	KİLOGRAM
13	STREC FİLM (MUTFAK)	120,00	ADET
14	TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)	4.000,00	ADET
15	STERİL ULTRASOUND PROB KILIFI	1.200,00	ADET
16	EKMEK KASASI POSETİ	5.000,00	ADET

TEKLİF NO : 20211479
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/10

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0020.000	TIRNAK FIRCASI(AMELİYATHANE)	ADET	300
301.0021.000	ULTRASON JELİ 1 KG.	KİLOGRAM	250
298.0016.000	CAM AGACI PLASTİK ÇİFT	ADET	6000
298.0018.000	CATAL İGNE	ADET	20000
298.0054.000	ORDEK PLASTİK	ADET	140
298.0068.000	TRANSPOR 5X5	ADET	1600
292.0004.000	EKG KAGIDI 210-3-140	ADET	550
292.0010.000	EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)	ADET	60
292.0030.000	NST KAGIDI(AIRSHIELDS MENTAL MONITÖRE UYGUN)	ADET	20
306.0018.000	SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHİSİ)	ADET	350
305.0001.000	ALUMİNYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM	ADET	25
305.0017.000	NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)	KİLOGRAM	2200
305.0025.000	STREC FİLM (MUTFAK)	ADET	120
305.0035.000	TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İÇİN)	ADET	4000
295.0015.000	STERİL ULTRASOUND PROB KİLİFİ	ADET	1200
305.0061.000	EKMEK KASASI POSETİ	ADET	5000

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(6038) EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)

Açıklama : EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)

1. sınıf termal kâğıttan üretilmiş olmalıdır.
- 5 cm eninde 10 cm katlama boyunda olmalıdır.
- Z katlı olmalıdır.
- Cihazların termal yazıcılarına zarar vermemelidir.
- Kâğıt üzerindeki görüntüler en az 5 yıl boyunca saklanabilmeli ve görüntüler silinmemelidir.
- Bir pakette 200 veya 300 kat bulunmalıdır.
- Paketler toz ve nem almayacak şekilde ambalajlanmalıdır.
- Kâğıt üzerindeki ince ve kalın grid çizgileri net olmalıdır.
- Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.

10. EKG kâğıtları Hastanemizde mevcut Nihon Kohden marka defibrilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 1 adet numune bırakılmalıdır
12. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(5427) EKMEK KASASI POSETİ

Açıklama : EKMEK KASASI POSETİ

1. Ağırlığı en az 40 gram olmalıdır.
2. 650X1000 ±2 mm uzunluğunda olmalıdır. Torba ağız çapı açıldığında 105±2 cm, taban çapı 63-66 cm olmalıdır.
3. Şeffaf renk olmalıdır.
4. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 600 'lük paketler halinde teslim edilmelidir.
5. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
6. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
7. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
8. Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
9. LDPE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Gıda ürünlerinin saklanması uygun olmalıdır.
11. Desensiz düz formda olmalıdır.

(108) EKG KAGIDI 210-3-140

Açıklama : EKG KAGIDI 210-3-140

1. Nihon Kohden EKG Cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ebatları 210x140x200 olmalıdır.Paket üzerinde ürün barkot bulunmalıdır.
3. Cihazların termal yazıcılarına zarar vermemelidir.
4. Kayıtlar silinme ve kaybolma olmadan en az 5 yıl saklanabilmelidir.
5. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 2 adet numune bırakılmalıdır.
6. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(5478) STERIL ULTRASOUND PROB KILIFI

Açıklama : STERIL ULTRASOUND PROB KILIFI

1. Satın alınacak kılıf ultrason problemlerinin steril olarak kullanılmasına olanak vermek amacıyla kullanılacaktır.
2. Ürün latex içermemelidir.
3. Ürün antistatik özellikte olmalıdır.
4. Ürün steril edilmiş ve paketlenmiş olarak teslim edilecektir.
5. Paket üzerinde üretim ve son kullanım tarihleri bulunacaktır.
6. Ürün CE standardını taşımalıdır.
7. Ürün genişliği 12 cm, uzunluğu 100 cm den kısa olmamalıdır.
8. Teklif edilen ürün kliniğimizde denenecek, denenenler arasında uygun olanlar ihale kapsamına alınacaktır.
9. Teklifte birlikte kabul muayenesi ve sonraki uyumsuzluklarda referans olarak kullanılacak bir ürün numunesi de teslim edilecektir.

(3641) ORDEK PLASTIK

Açıklama : ORDEK PLASTIK

1. Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Tutmak için kulpu olmalı ve kapaklı olmalıdır.
3. Yüzeyi eksiksiz ve pürüzsüz olmalıdır.
4. Cilde temas edecek kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemelidir.
5. Kolay temizlenebilir ve leke tutmayan özellikte olmalı ve rahat yerleşmelidir.
6. Dezenfekte edilebilir olmalıdır.
7. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle en az 2 adet numune bırakılmalıdır.
8. Tek tek paketlenmiş olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE belgesi olmalıdır.
11. 2000 ml kapasiteli olmalıdır.
12. 100 ml'den 2000 ml'ye kadar doğru ölçeklendirilmelidir.
13. Delinme ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
14. Delik ya da yırtılmış ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

(3620) TRANSPOR 5X5

Açıklama : TRANSPOR 5X5

1. Polietilenden üretilmiş olmalıdır.
2. Yapışkanı hipoallerjenik olmalı, iyi yapışmalıdır.
3. Dokusu gözenekli olmalı, cildin hava almasını sağlamalıdır.
4. El ile kolay şekilde enine ve boyuna düzgün yırtılabilir özelliği olmalıdır.
5. Şeffaf, röntgen ışınlarına geçirgen olmalıdır.
6. Yapışkanı nemle ciltten ayrılmamalıdır.
7. 10'luk paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Kutu üzerinde üretici firma adı, imalat tarihi, son kullanma tarihi ve lot numaraları bulunmalıdır.
9. Kutu üzerinde barkot bulunmalıdır.
10. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
12. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. CE uygunluğu belgelendirilmelidir.

(7530) ALUMINYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM

Açıklama : ALUMINYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM

1. Folyo Kalınlığı: en fazla 16 mikron
2. Folyo Eni: 450 mm
3. Makara Et Kalınlığı: en çok 4 mm
4. Makara Boyu: 460 mm
5. Makara Dış Çapı : en çok 43 mm
6. Makara Ham Maddesi: Karton
7. Toplam Ağırlık: en az 1844 gr
8. Folyo Ağırlığı: en az 1680 gr
9. Makara Ağırlığı: en fazla 180 gr olacaktır.

(6154) STREC FILM (MUTFAK)

Açıklama : STREC FILM (MUTFAK)

1. Film Boyu: 300 metre
2. Film Eni: 45 mm
3. Streç Film Kalınlığı: 9 mikron
4. Makara Boyu: 465 mm
5. Makara Et Kalınlığı: En çok 4,5 mm
6. Makara Dış Çapı: En çok 41 mm
7. Toplam Ağırlık: En az 1800 gr.
8. Makara Ham Maddesi: Karton
9. Sterç film karton ambalaj içerisinde olacaktır.
10. Ambalajların içerisinde orijinal kesme aparatı olacaktır.

(292) ULTRASON JELİ 1 KG.

Açıklama : ULTRASON JELİ 1 KG.

1. Renk, koku ve şeffaflık hakkında ilgi verilmelidir.
2. Kokulu olması halinde hasta, hekim ve iş ortamı havalandırmasını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olmamalıdır.
3. Aşırı akışkan olmamalıdır.
4. Çabuk kurumamalıdır.
5. Yeterli ve uygun kayganlığa, ses geçirgenliğine sahip olmalıdır.
6. USG problemlerine hiçbir şekilde yapışmamalı ve zarar vermemelidir.
7. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
8. Diagnostik özelliği bozacak, artefakt yaratacak maddeler içermemelidir.
9. Jel istendiği zaman herhangi bir ön hazırlığa gerek duyulmaksızın kullanıma hazır olmalıdır.
10. Ambalaj miktarı 1000 gr'ın üzerinde olmalıdır.
11. Numuneler incelendiğinde tarafımızdan yeterliliği onaylanmış olmalıdır.
12. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(7692) NST KAGIDI(AIRSHIELDS MENTAL MONITORE UYGUN)

Açıklama : NST KAGIDI(AIRSHIELDS MENTAL MONITORE UYGUN)

1. Kağıt kimyasal termal nitelikte olmalıdır.
2. Kolay yırtılmamalıdır.
3. Her pakette 150 sayfa olmalıdır.
4. Air-Shields 1200 ve 1400 markalı cihazlara uygun olmalıdır.
5. Ürün alınmadan önce numune gönderilmelidir.
6. 120x100x150 Sheets ölçülerde olmalıdır.
7. Kolaylıkla kopabilmesi için belirli aralıklarla kesikli kağıt özelliği olmalıdır.
8. Ekoseli olmalıdır.
9. Son sayfada stop işareti olmalıdır.
10. Teklif edilen ürünün kalite belgesi olmalıdır.

(5438) NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)

Açıklama : NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)

1. Ağırlığı en az 4 gram olmalıdır.
2. 300X200 ±2 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Şeffaf renk olmalıdır.
4. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 250 'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
5. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
6. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
7. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
8. Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
9. LDPE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Gıda ürünlerinin saklanması için uygun olmalıdır.
11. Desensiz düz formda olmalıdır.

(646) TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)

Açıklama : TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)

1. Şekli pilesiz dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
2. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
3. Non-alerjik olmalıdır.

4. Her iki ucu lastikli olmalıdır.
5. Large boy olmalıdır. Bilekten dirseğe kadar kolu sarmalıdır.
6. Lastikli her iki ucunda gergin hale getirildiğinde 50 cm X 20 cm ebadında olmalıdır.

(5953) CATAL IGNE

Açıklama : CATAL IGNE

1. Çatal iğne boyu dıştan dışa 55 mm (± 5 mm) olmalıdır.
2. Çatal iğne tel çapı en az 1 mm ve tel gereci yaylanma özelliği olan, bükülmeyen, nikel kaplı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. 134°C otoklava dayanıklı, otoklav esnasında rengini ve özelliklerini kaybetmeyen, paslanmaya karşı dirençli yapıda olmalıdır.
4. Kutu içeriği yığıntı ve çökme olarak doldurulmamalıdır.
5. Çatal iğneler en az 100-200-300 ve 400 adetlik kutular içinde ve her biri 10 adetlik demetler halinde paketlenmiş olmalıdır.
6. Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, ürün standardı ve numarası, katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Üretici firma hastanemizde denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için 1 kutu orijinal (100 adet) numune temin etmelidir.
8. Numune olarak bırakılan ürünler için; şartnamede belirtilen teknik özellikler kontrol edilerek ve hastanemizin sterilizasyon ünitesinde denenerek uygunluk kararı verilecektir.

(184) SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)

Açıklama : SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)

1. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İçindeki idrarı gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
3. 100 cc den başlayıp 2000 cc ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Derecelendirmesi doğru ve okunaklı olmalıdır.
4. Dökülmeyi önleyici koruyucu kapağı bulunmalıdır.
5. Tutmayı kolaylaştırıcı sapı bulunmalıdır.
6. Her biri tek tek ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE Belgesi olmalıdır.
11. Delik ya da çatlak ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

(8121) TIRNAK FIRCASI(AMELİYATHANE)

Açıklama : TIRNAK FIRCASI(AMELİYATHANE)

1. Cerrahi el yıkama amacıyla kullanım için üretilmiş olmalıdır.
2. Cerrahi fırça 134 derece buhar sterilizasyonu ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
3. En az 100 kez steril edilebilmelidir.
4. Ameliyathanede kullanılan fırça aparatlarına uygun ölçüde ve yapıda olmalıdır.
5. Fırça aparatlarına en az 20 adet sığabilecek yapıda sırt kısmı kanallı olmalıdır.
6. Fırça kılları dökülmeyecek özellikte olmalıdır.
7. Fırçalanma esnasında tahrişin önlenmesi amacıyla kıl uçları yumuşak ve yuvarlatılmış olmalıdır.
8. Ameliyathaneden uygunluk alınmalıdır.

(3629) CAM AGACI PLASTİK CİFT

Açıklama : CAM AGACI PLASTİK CİFT

1. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İki ucu tırtıklı yapıda ve açık olmalıdır.
3. Uç açıklığının iç çapı 0,5 cm. olmalıdır. Bağlantı ucu inceden kalına doğru olmalıdır.
4. İç kısmı pürüzsüz olmalıdır.
5. Hastanemizde kullanılan ng sonda, aspirasyon sondası vb. sondalara ve enjektörlere uyumlu olmalıdır (işlem sırasında kenardan sızdırmamalı, kendiliğinden istemsiz ayrılmamalı).
6. Tekli paketlerde olmalı, son kullanım tarihi, lot numarası, üretim tarihi paket üzerinde belirtilmelidir.
7. CE belgesi olmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 10 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Ortasında aspirasyon işlemlerini kontrol edebilmek için açılır-kapanır tıpa olması ve tıpanın istemsiz açılmaması gereklidir.