



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20213522

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 01/09/2021 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 MESANE ULTRASONOGRAFI CİHAZI	1,00 ADET

TEKLİF NO : 20213522

NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA BELİRTİLMELİDİR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3705.000	MESANE ULTRASONOGRAFI CİHAZI	ADET	1
--------------	------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9648) MESANE ULTRASONOGRAFI CİHAZI

Açıklama : MESANE ULTRASONOGRAFI CİHAZI

1. Teklif edilecek prob, üretici firmanın halen üretimde olan ve renkli doppler görüntülemeyi destekleyen, görüntü kalitesi yüksek modeli olmalıdır.
2. Teklif edilen kablosuz prob, yüksek duyarlılıkta görüntü kalitesi ve ilerde gerçekleştirilecek teknolojik ilerlemelerin sisteme kolayca adapte edilmesini sağlayacak tümüyle dijital tasarıma sahip bir prob olmalıdır.
3. Kablosuz prob teknolojisine sahip olmalıdır. Kablosuz prob ile alınan görüntüler, wireless teknolojisi ile IOS ve Android Sistemi ile çalışan tablet ve cep telefonuna, gerçek zamanlı olarak aktarılabilir.
4. Uzun ömürlü batarya ile desteklenmiş olacak, 1 saat süre ile batarya ile inceleme yapmaya müsait olmalıdır. Tablet ve cep telefonu üzerinde batarya durumu izlenebilir.
5. Tablet ile uyumlu taşıyıcı araba verilmelidir.
6. Kablosuz prob ile genel klinik amaçlı abdominal, obstetrik, jinekolojik, muskuloskeletal, yüzeysel doku, prostat, mesane, kardiyak, akciğer, çalışmaları yapılabilir.
7. Aşağıda tanımlanan modlarda çalışma yapılmalıdır:
8. B-mod
9. M-mod
10. Power Doppler
11. Renkli Doppler
12. İmaj kalitesi, kullanım kolaylığı ve aynı probun değişken derinliklerde kullanılabilirliği açısından multifrekans veya geniş bant aralıklı (wide band) prob teknolojisine sahip olmalıdır.
13. Zaman-kazanç, derinlik-kazanç (TGC, DGC vb.) ayarları otomatik olarak yapılabilir.
14. En az 40 (Kırk) cm derinliğe kadar görüntü alınmalıdır.
15. Mesafe, trace, elips ölçümleri yapılabilir.
16. Görüntü kaydı yapılabilir.
17. Bulut sistemine imajlar iletebilmeli ve istenildiğinde bulut sisteminden kullanıcılar imajlara ulaşip değerlendirme yapabilir.
18. İstenildiğinde opsiyonel olarak ücreti karşılığında DICOM özelliği eklenebilir.
19. Tablette yada cep telefonundaki gerçek zamanlı görüntüler, Live özelliği kullanılarak, uzak bir noktada bulunan bir başka tablet yada cep telefonuna real-time (gerçek zamanlı) aktarılabilir.
20. Teklif edilen prob uluslararası standardında IP67 su geçirmez özelliğe sahip olmalıdır. Bu özellik orijinal kataloglar üzerinden belgelendirilmelidir.
21. İstenildiğinde opsiyonel olarak ücreti karşılığında Pulsed-Wave Doppler özelliği eklenebilir.
22. 1 adet en az 10.2 inç retina ekran tablet verilecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

26/08/2021 10:18:05

23. Herhangi bir arıza ya da tamir durumunda işleyişin aksamaması için yedek prob getirilmelidir ve tamir süresince kurumumuza kalmalıdır.
24. 1 Adet en az 2-6 MHz arasındaki frekanslarda çalışan, en az 192 kristalli multifrekans veya wideband (broadband) konveks prob verilecektir.
25. En az 2 yıl garantili olacaktır.

M.D