



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

31/08/2021 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20214242

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/09/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	NARKOZ BALONU 1,5 (SOLUTMA)	40,00	ADET
2	NARKOZ BALONU 1 (SOLUTMA)	30,00	ADET
3	NARKOZ BALONU 2 (SOLUTMA)	15,00	ADET
4	NARKOZ BALONU 0.5 (SOLUTMA)	10,00	ADET
5	NARKOZ MASKESİ NO:3	50,00	ADET
6	NARKOZ MASKESİ NO:4	70,00	ADET
7	NARKOZ MASKESİ NO:2	30,00	ADET
8	NARKOZ MASKESİ NO:5	80,00	ADET
9	NARKOZ MASKESİ NO:6	60,00	ADET

TEKLİF NO : 20214242
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/6

FORM NO: MYS_0072



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25/03/2021 09:49:02

TEKNİK ŞARTNAME

70 ANESTEZİ BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anestezi devreleri standartlarına uygun olmalıdır.
2. El ile kolay kavranabilir olmalı ve aşırı kaygan olmamalıdır.
3. Kuru doğal kauçuk malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Koruyucu bir tabaka ile kaplı olmalıdır.
5. Değişik hacim (0.5, 1, 1.5, 2, 2.3 L) seçeneği olmalıdır.
6. Dezenfektan maddelerden etkilenmemelidir.
- 6.1. Dezenfektanlar üzerindeki koruyucu tabakayı bozmamalıdır.
- 6.2. Üretici firma hangi dezenfektanlarla, nasıl dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtmelidir.
7. Etilen oksit ile dezenfeksiyon işlemlerinde bozulmamalıdır.
8. Çok kullanımlık olmalıdır.

Prof. Dr. Erol GÖKSEL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
A&D Başkanı

İsmail Köşker
Anestezi Teknik Uzmanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakımızı <http://dogrulama.deu.edu.tr> linkinden 4B4148AAX4 kodu ile doğrulayabilirsiniz.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25.03/2021 09:48:44

TEKNİK ŞARTNAME

71 ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anestezi devreleri standartlarına uygun olmalıdır.
2. El ile kolay kavranabilir olmalı ve aşırı kaygan olmamalıdır.
3. Kuru doğal malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Koruyucu bir tabaka ile kaplı olmalıdır.
5. Değişik boy (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) seçeneği olmalıdır.
6. Dezenfektan maddelerden etkilenmemelidir.
- 6.1. Dezenfektanlar üzerindeki koruyucu tabakayı bozmamalıdır.
 2. Üretici firma hangi dezenfektanlarla, nasıl dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtmelidir.
7. Etilen oksit ile dezenfeksiyon işlemlerinde bozulmamalıdır.
8. Çok kullanımlık olmalıdır.
9. İstenildiği kadar numune verilmelidir.
10. Kokusu (rahatsız edici) olmamalıdır.
11. Maske kafı olmalıdır.

Prof. Dr. Erol ÇÖKEL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
ABD Başkanı

Jinan Edirceci
Anestezi Teknikerliği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakınızı <http://dogrulama.deu.edu.tr> linkinden 4B4148AAX4 kodu ile doğrulayabilirsiniz.

FORM NO: MYS_0053