



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20214831

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 24/09/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PERNOZ DREN INCE 3/8	500,00	ADET
2	TERMOKİMYASAL DEZENFEKTAN(5 LT)	50,00	ADET
3	EKG KAGIDI 210-3-140	500,00	ADET
4	EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)	50,00	ADET
5	NST KAGIDI(AIRSHIELDS MENTAL MONITORE UYGUN)	30,00	ADET
6	USG PRINTER KAGIDI MITSUB.K65HM	60,00	ADET
7	HEPARINSIZ HEMATOKRIT TUPU	3.000,00	ADET
8	CELL SCRAPER	50,00	ADET
9	FILTRESİZ PİPET UCU 10-100 (96'LİK)	15,00	ADET
10	İLAC KADEHI PLASTİK	1.500,00	ADET

TEKLİF NO : 20214831
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/8



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20214831

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/09/2021 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	IDRAR TOPLAMA TORBASI (ERKEK)	1.200,00	ADET
12	STERİL İGNE UCU 0,8 X 120 MM (YESİL)	100,00	ADET

TEKLİF NO : 20214831
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/8

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0015.000	PERNOZ DREN INCE 3/8	ADET	500
303.0035.000	TERMOKİMYASAL DEZENFEKTAN(5 LT)	ADET	50
292.0004.000	EKG KAGIDI 210-3-140	ADET	500
292.0010.000	EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)	ADET	50
292.0030.000	NST KAGIDI(AIRSHIELDS MENTAL MONITÖRE UYGUN)	ADET	30
292.0046.000	USG PRINTER KAGIDI MITSUB.K65HM	ADET	60
293.0047.000	HEPARINSIZ HEMATOKRİT TUPU	ADET	3000
293.0052.000	CELL SCRAPER	ADET	50
293.0079.000	FİLTRESİZ PİPET UCU 10-100 (96'LİK)	ADET	15
293.0084.000	İLAC KADEHI PLASTİK	ADET	1500
293.0242.000	İDRAR TOPLAMA TORBASİ (ERKEK)	ADET	1200
300.0053.000	STERİL İGNE UCU 0,8 X 120 MM (YESİL)	ADET	100

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5627) PERNOZ DREN INCE 3/8

Açıklama : PERNOZ DREN INCE 3/8

1. Lateks malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Steril tekli ambalajlarda olmalıdır.
3. Kolay açılabilen ambalaja sahip olmalıdır.
4. Paket üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi, ebat bilgileri ve UBB barkodu bulunmalıdır.
5. CE belgesine sahip olmalıdır.
6. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
7. Toksik madde içermemeli ve bu özelliği belgelenmelidir.
8. Ameliyathaneden uygunluk alınmalıdır.
9. Ürün ambalajlı (kutu/ poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adedi üzerinde belirtilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
11. Değerlendirme için 5 adet numune verilmelidir.
12. Genişliği 2 cm, uzunluğu 50 cm olmalıdır.

(6038) EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)

Açıklama : EKG KAGIDI 50X30(Z KATLI)

1. sınıf termal kâğıttan üretilmiş olmalıdır.
- 5 cm eninde 10 cm katlama boyunda olmalıdır.
- Z katlı olmalıdır.
- Cihazların termal yazıcılarına zarar vermemelidir.
- Kâğıt üzerindeki görüntüler en az 5 yıl boyunca saklanabilmeli ve görüntüler silinmemelidir.
- Bir pakette 200 veya 300 kat bulunmalıdır.
- Paketler toz ve nem almayacak şekilde ambalajlanmalıdır.
- Kâğıt üzerindeki ince ve kalın grid çizgileri net olmalıdır.
- Paket üzerinde barkod bulunmalıdır.
- EKG kâğıtları Hastanemizde mevcut Nihon Kohden marka defibrilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu sebeple 1 adet numune bırakılmalıdır
- Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(5449) CELL SCRAPER

Açıklama : CELL SCRAPER

- Tek kullanımlık, steril ambalajlarda (kutu/poşet) olmalıdır.
- Sap uzunluğu 28cm, bıçak uzunluğu 1.8 cm olmalıdır.
- Sap kısmı PS (Polystyrene), bıçak kısmı HDPE (Hing Density Polyethylene) ve her iki kısım Free of Heavy metal olmalıdır.
- 60 derecelik ekseninde hareket ettirilebilmelidir.
- Bıçak kısmı dizaynı, toplanan hücrelerin bıçak üstünde birikmesini en aza indirecek şekilde olmalıdır.
- Hücreler minimal mekanik zorlamayla ve maksimum ve hasarsız toplanabilmelidir.
- Ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
- Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
- Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 10 adet numune temin etmelidir.

(3618) ILAC KADEHI PLASTIK

Açıklama : ILAC KADEHI PLASTIK

- Kolay kırılmayacak, çatlamayacak plastik malzemedan yapılmış olmalıdır.
- İçi görülebilecek şekilde saydam olmalıdır.

3. Tabanı düzgün olmalı ve kolay devrilmemelidir.
4. Kapaklı olmalıdır.
5. Yüzeyi pürütsüz olmalı, temizliği kolay olmalı ve dezenfektanlarla temas ettiğinde plastiği bozulmamalıdır.
6. 20 lik paketler halinde olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
7. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir, bu nedenle 1 paket numune bırakılmalıdır.
8. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Ürün 1 cc'den 20 cc'ye kadar derecelendirilmiş olmalıdır.
10. Kapak kapatıldığında gövde kısmını sıkı bir şekilde tutmalı veya kapağı gövdeye sabitleyen kilit sistemi olmalıdır.

(108) EKG KAGIDI 210-3-140

Açıklama : EKG KAGIDI 210-3-140

1. Nihon Kohden EKG Cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ebatları 210x140x200 olmalıdır. Paket üzerinde ürün barkot bulunmalıdır.
3. Cihazların termal yazıcılarına zarar vermemelidir.
4. Kayıtlar silinme ve kaybolma olmadan en az 5 yıl saklanabilmelidir.
5. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 2 adet numune bırakılmalıdır.
6. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Ambalaj, EKG kağıdını koruyucu nitelikte olmalıdır.

(4799) FİLTRESİZ PİPET UCU 10-100 (96'LİK)

Açıklama : FİLTRESİZ PİPET UCU 10-100 (96'LİK)

1. Pipet ucu 0,5-10 ve 10 -100 ul hacimlerde çalışabilmelidir.
2. Teklif edilecek uçlar önceden laboratuvarda kullanılacak pipetlerde uygunluk testi almalıdır.
3. Uçların steril özellikleri; DNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen free özelliklerini taşımalıdır.
4. Firmalar teklif ettikleri pipet uçlarının özellikleri konusunda orijinal katalogları üzerinden teknik şartnameye madde madde cevap vereceklerdir. Verdikleri cevaplar orijinal katalogları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(9830) STERIL IGNE UCU 0,8 X 120 MM (YESİL)

Açıklama : STERIL IGNE UCU 0,8 X 120 MM (YESİL)

1. İğnelerin enjektöre takılacak kısmı polipropilenden, metal kısmı kron-nikel karışımı veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İğnelerde çapak, pürüz görülmeyecek uçları dokuya zarar vermeyecek keskinlikte olmalıdır.
3. Enjektör uçları steril tek tek poşetlerde ambalajlanmış olmalıdır.
4. İğne uçları her model enjektöre uyumlu olmalıdır.
5. Enjektöre takıldığında hava kaçağı yapmayacak şekilde monte edilebilmelidir.
6. Her iğne ucu ambalajın üzerinde tipi, iğne numarası, uzunluğu, kesiti, iç ve dış çapı, rengi, sterilizasyon metodu, aktivite süresi, ticari markası, referans ve lot numarası yazılı olmalıdır.
7. Enjektör ucunun koruyucu plastik kapağı delikli olmamalıdır.
8. Kutu veya enjektör ucu paketinin en az birinin üzerinde barkod bulunmalıdır.
9. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle her bir numaradan 20 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
12. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
13. CE belgesi olmalıdır.
14. İğne ambalajı steril tekniğe uygun olarak açılabilir özellikte olmalıdır.

(286) USG PRINTER KAGIDI MITSUB.K65HM

Açıklama : USG PRINTER KAGIDI MITSUB.K65HM

1. Uygun ısı şartlarında korunması halinde kalitesi bozulmamalıdır.
2. Print edildikten en az 3 ay sonrasında bile görüntü korunabilmelidir.
3. Kullanımda olan standart tip yerine yüksek dansiteli tipte bir kağıt olmalıdır.
4. Ebatları 110 mm x 21 m (en az) olmalıdır.
5. Ürün paketlenmiş ve barkotlu olmalıdır.
6. Ürün paketi üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bilgileri yer alacaktır.
7. Teklif edilen ürünler kliniklerimizde denenecek, denenenler arasında uygun olanlar ihale kapsamına alınacaktır.
8. Teklifte birlikte, kabul muayenesi ve sonraki uyuşmazlıklarda referans olarak kullanılacak 1 (bir) ürün numunesi teslim edilecektir.

(7692) NST KAGIDI(AIRSHIELDS MENTAL MONITORE UYGUN)

Açıklama : NST KAGIDI(AIRSHIELDS MENTAL MONITORE UYGUN)

1. Kağıt kimyasal termal nitelikte olmalıdır.
2. Kolay yırtılmamalıdır.
3. Her pakette 150 sayfa olmalıdır.
4. Air-Shields 1200 ve 1400 markalı cihazlara uygun olmalıdır.
5. Ürün alınmadan önce numune gönderilmelidir.
6. 120x100x150 Sheets ölçülerde olmalıdır.
7. Kolaylıkla kopabilmesi için belirli aralıklarla kesikli kağıt özelliği olmalıdır.
8. Ekoseli olmalıdır.
9. Son sayfada stop işareti olmalıdır.
10. Teklif edilen ürünün kalite belgesi olmalıdır.

(4557) HEPARINSIZ HEMATOKRIT TUPU

Açıklama : HEPARINSIZ HEMATOKRIT TUPU

1. Tüplerin uzunluğu 75 mm (+/- 1 mm) ve et kalınlığı 0,2 mm olmalıdır.
2. Heparinli olanların iç yüzeyleri sodyum heparinat ile heparinlenmiş olmalı ve kapiller kan ile kullanılabilir, kırmızı kodlu olmalıdır.
3. Heparinsiz olanlar mavi ile kodlanmalıdırlar.
4. Hematokrit tüp macunu kurumayan kapatma bileşiği şeklinde ve plastik tabla içerisinde bulunmalıdır.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 20 adet numune temin etmelidir.
8. Heparinsiz hematokrit tüpünün her nokasında ışık geçirgenliği aynı olmalıdır.

(4798) IDRAR TOPLAMA TORBASI (ERKEK)

Açıklama : IDRAR TOPLAMA TORBASI (ERKEK)

1. Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
2. Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırılabilmelidir.
3. Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
4. Yapıştırıcı ciltte allerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.
5. Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger veya benzeri bir destek olmalıdır.

6. Ürün 50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerine barkot basılmış olmalıdır.
8. Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
9. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(3690) TERMOKİMYASAL DEZENFEKTAN(5 LT)

Açıklama : TERMOKİMYASAL DEZENFEKTAN(5 LT)

1. HASTANEMİZDE BULUNAN DİYALİZ MAKİNESİNE UYGUN OLMALIDIR.
2. 5 LT LİK POLİETİLEN BİDONLARDA KİLİTLİ KAPAKLI OLMALIDIR.
3. % 50 ORANINDA SİTRİK ASİT MONOHİDRAT İÇERMELİDİR.
4. TAMAMEN DOĞAL BİLEŞENLER İÇERMELİDİR.
5. KOKUSUZ OLMALIDIR. GÖRÜNÜŞÜ SIVI, AKICI, BERRAK, TEMİZ OLMALIDIR.
6. BACTERİSİD, FUNGUSİD, HEPATOVİRÜSİD [B, C VE D] VE VİRÜSİD [HIV]' İ ETKİSİZ KILMALIDIR.
7. KAN KALINTILARINI TEMİZLEMELİDİR.
8. İMAL VE SON KULLANMA TARİHLERİ ÜRÜNÜN ÜZERİNDEKİ ETİKETLERDE BELİRTİLMELİDİR.
9. SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 3 YIL OLMALIDIR.
10. ÜRETİCİ FİRMANIN ISO 9001:2008 VE CE 93/42 EEC BELGELERİNE SAHİP OLUP BU BELGELER TÜRKAK TARAFINDAN ONAYLI OLMALIDIR.
11. ÜRÜNE AİT UBB KODU BULUNMAKTADIR.
12. BOZUK VE HATALI ÇIKAN ÜRÜNLER FİRMA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
13. MİADI YAKLAŞAN ÜRÜNLERDE 3 AY ÖNCEDEN HABER VERMEK KOŞULUYLA FİRMA DEĞİŞTİRME GARANTİSİNİ VERMELİDİR.
14. BİDON KAPAĞI CİHAZ EMİŞ PİPETİNE UYGUN OLMALI VE HAVA ALMAMALIDIR.
15. BİDONLARIN ÜZERİNDE KOLAYCA OKUNABİLİR NİTELİKTE ÜRÜN BARKODU BASILI OLMALIDIR.