



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20214867

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 24/09/2021 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETİSKİN)	80,00	ADET
---	------------------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 20214867
NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERİNİZDE MARKA VE UBB BELİRTİNİZ.
İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT
TEL :
E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ek: Teknik Şartname (2 syf)

FORM NO: MYS_0072

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

244.0042.000	OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETISKIN)	ADET	80
--------------	------------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5036) OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETISKIN)

Açıklama : OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETISKIN)

- Oksijenatör altı saate kadar olan, açık kalp ve aort damar ameliyatlarında damar dışı dolaşım sisteminde güvenle kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- Oksijenatör Polypropylene membrane yapıda ve ya heparin ve biaktivite içermeyen Phisio (Phosphorylcholine) ya da sentetik albumin (Reopak) kaplı olmalıdır.
- Oksijenatörün membran yüzey alanı 1,3 m² den az olmamalıdır.
- Oksijenatör statik priming volume 300 ml.den fazla olmamalıdır. (filtre entegreli olmayanlar için)
- Oksijenatör ve rezervuar içi görünür yapıda şeffaf olmalıdır.
- Rezervuar kapasitesi 4000 ml.den az olmamalıdır.
- Oksijenatör minimum 0,7- (+/- 0,3)litre/dakika maximum 7,5 (+/- 0,5) litre / dakika flowa uygun olmalıdır.
- Oksijenatörde gerektiğinde kullanılmaya hazır hava çıkarma portu olmalı, bu sayede oksijenatör içerisinde ki hava kolaylıkla çıkarılabilmelidir (Resirkülasyon hattı).
- Rezervuarın venöz girişi rotatable olmalıdır.
- Oksijenatörde arterial ve venöz kan alma portları ile ısı ölçme portları olmalıdır.
- Oksijenatörden gerektiğinde volatil ajanlar verilebilmelidir. Rezervuar üzerinde yeterli sayıda suction portu olmalı ve bu portlar her türlü pompa tasarımına uygun olmalıdır.
- Rezervuar üzerinde ¼ ve 3/8 girişlere uygun konektörler bulunmalıdır.
- Rezervuar filtresi 40µ (+/- 2) olmalıdır.
- Hastane talep ettiğinde, belirlenen adetlerdeki mevcut oksijenatör, vakuma dayanıklı rezervuara sahip oksijenatör ile değiştirilecektir.
- Oksijenatörde minimum çalışma hacmi 300 ml den fazla olmamalıdır.(tercihen düşük olmalı)
- Oksijenatör Heat Exchanger alanı 0,45 m² den çok olmamalıdır
- Oksijenatör ve rezervuarı, tekli ve steril paketler halinde olmalıdır.
- Oksijenatör CE kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.
- Son kullanma tarihinin tamamlanmasına 6 ay kalan ürünler yüklenici firma tarafından 1 kez yeni tarihli ürünlerle değiştirilmeli veya malzemelerin sterilizasyonu mümkün ise firma tarafından sterilizasyonu yapıp yeniden 2 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
- Kırık, eksik, bozuk ürün çıkması halinde firma tarafından tamamlanmalı veya değişim yapılmalıdır.
- Oksijenatör prime hacmi düşük olanlar tercih nedenidir.
- Oksijenatörlerin holder'ları (en az 2 adet) ve uygun ısı prop'ları (en az 4 adet) teslim edilmelidir.

23. GENEL ÖZELLİKLER

- 23.1.** Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 23.2.** Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
- 23.3.** Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 23.4.** Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
- 23.5.** Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.