



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

27/10/2022 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20227320

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/10/2022 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ETİL ALKOL(96 DERECE)LT.	400,00	LİTRE
2	FORMALIN PEDI	950,00	ADET
3	SINGLE CYTOFUNNEL (SITOSANTRIFUJ İCİN ORNEK TOPLAMA HAZNESİ)	7.000,00	ADET
4	ABSOLU ALKOL	900,00	LİTRE
5	FORMALIN (FORMALDEHİT)	450,00	LİTRE


TEKLİF NO : 20227320
NOT : ODEME 180 GUN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.


% 96'LIK ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alkol dansimetresiyle ölçüldüğünde dansimetre değeri % 96 'nın altında olmalıdır.
2. Şeffaf görüntüde ve katkı maddesi içermemelidir.
3. Ambalaj içinde olmalı tortu içermemelidir.
4. Teslim alınmadan önce laboratuvarda mutlaka denenmelidir, kimyasalın laboratuvarda kullanımı sırasında sonuç vermemesi çalışmaması durumunda satıcı firmaya koşulsuz iade edilecektir. Kimyasal taşıma kuralına uygun olarak laboratuvara teslim edilmelidir.
5. Ambalajlar hava su ve nemden etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Su ile karıştırıldığında bulanıklık oluşmamalıdır.
7. Ambalaj üzerinde ürünün kimyasal özelliklerini içeren bir etiket olmalıdır.
8. Ürünün üretim yerindeki analiz raporu ve Hıfsızsıhha Enstitüsünce yapılmış Türk Kodeksine ve CE'ye uygun olduğuna dair uygunluk belgesi olmalıdır.
9. Ürün ile ilgili MSDS formu laboratuvara teslim edilmelidir.

Safiye KESKİNKILIÇ
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni




Prof.Dr.Özgül SAĞOL
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.




FORMALİN PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 35x25 cm boyutlarında olmalıdır.
2. Sıvı emme özelliği yüksek olmalıdır.
3. Formaldehit Nötralize edici madde içermelidir.
4. Materyal kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.
5. CE belgesi olmalıdır.
6. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi için laboratuvara numune ürün bırakılmalıdır.
7. Ürün etiketinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Ürünle birlikte MSDS formu laboratuvara teslim edilmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

Safiye KESKİNKILIÇ
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni



Prof.Dr.Özgül SAGOL
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.




SINGLE CYTOFUNNEL TEKNİK ŞARTANEMESİ

1. Sitosantrifüj cihazında sıvı örneklerin içine konabileceği bir hazne görevi yapmalıdır.
2. En az 0.2 ml sıvı alabilecek kapasitede olmalıdır.
3. Lam üzerinde en az 20 mm kare alana yayma yapılmasına olanak vermelidir.
4. Her lam üzerine bir örnek uygulayabilir olmalıdır.
5. Hazneye yapışık, fazla sıvıyı emmek üzere asarlanmış yüksek emiş kapasitesine sahip beyaz renkli filtre kağıdı bulunmalıdır.
6. Her bir hazne için bir adet yayma alanı işaretli lam verilmelidir.
7. Her bir örnek haznesinin ağırlığı eşit olmalı dönme esnasında cihaz zarar görmemelidir.
8. Kurumumuzda çalışan Cytospin 4 cihazına uygun olmalıdır.
9. Ortamdan etkilenmesini önleyen özel ambalaja sahip ve 500'lük paketler halinde olmalıdır.
10. MSDS formu ürünle birlikte mutlaka laboratuvara teslim edilmelidir.
11. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
12. Laboratuvar tarafından uygunluğu denenmek üzere numunesi bırakılmalıdır.

Safiye KESKİNKILIÇ
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni



Prof.Dr. Özgül SAĞOL
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.




ABSOLU ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alkol oranı en az % 99.99 olmalıdır.
2. Şeffaf görüntüde olmalı ve katkı maddesi içermemelidir.
3. Ambalaj içinde tortu içermemelidir.
4. Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmelidir.
5. Ambalajlar hava, su ve nemden etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
6. _____ CE belge standartlarına uygun olmalıdır.
7. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
8. Son kullanım tarihi en az üretim tarihinden itibaren (2 yıl) olmalıdır.

Safiye KESKİNKILIÇ
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni



Prof.Dr.Özgül SAĞOL
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.



FORMALDEHİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formalin oranı en az % 36 olmalıdır.
2. Şeffaf görünümde olmalı ve katkı maddesi içermemelidir.
3. Teslim alınmadan önce laboratuvarda denenmeli veya kimyasalın çalışmaması durumunda: yüklenici firma yenisi ile değişimini garanti etmelidir.
4. Ambalaj hacmi en az 5 lt en fazla 25 lt olmalıdır.
5. Ambalajlar hava; su ve nemden etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Tortusuz olmalı, tortu gelişirse firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir.
7. Raf ömrü en fazla (2 yıl) olmalıdır.
8. CE belge standartlarına uygun olmalıdır.
9. Ürünle birlikte MSDS formu teslim edilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal maddenin tehlike niteliğini gösteren işaretler mevcut olmalıdır.

Safiye KESKİNKILIÇ
T. Patoloji Lab. Başteknisyeni



Prof.Dr. Özgül SAĞOL
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Bşk.

