



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226847

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 12/10/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	URETROTOMİ BİCAGI (SOGUK BİCAK)	5,00	ADET
---	---------------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20226847
NOT : ÖDEMELER 60 GÜNDÜR TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER
TEL : 2324122405
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

225.0036.000	URETROTOMI BICAGI (SOGUK BICAK)	ADET	5
--------------	---------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10446) URETROTOMI BICAGI (SOGUK BICAK)

Açıklama : URETROTOMI BICAGI (SOGUK BICAK)

- Internal Üretrotom Bıçağı (Düz Tip)
 - 22 Fr?lik üretrotom Kılıfı ve çalışma elemanı ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Bıçak ucu düz tipte olmalı ve tek kök sistemine sahip olmalıdır.
 - Hastanemizde bulunan Olympus Marka Üretretom setine ait A3550 çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.
- Internal Üretrotom Bıçağı (Tırtıklı Tip)
 - 22 Fr?lik üretrotom Kılıfı ve çalışma elemanı ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Bıçak ucu tırtıklı tipte olmalı ve tek kök sistemine sahip olmalıdır.
 - Hastanemizde bulunan Olympus Marka Üretretom setine ait A3550 çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.
- Internal Üretrotom Bıçağı (Balta Tip)
 - 22 Fr?lik üretrotom Kılıfı ve çalışma elemanı ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Bıçak ucu yarım-daire (balta) tipte olmalı ve tek kök sistemine sahip olmalıdır
 - Teklif edilen yarım-daire (balta) uçlu üretrotom bıçağı 4 Fr kanala sahip olmalı, 3 Fr?lik üreter kateteri ile kullanıma uygun olmalıdır.
 - Hastanemizde bulunan Olympus Marka Üretretom setine ait A3550 çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.