



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20227715

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 21/11/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	CERRAHI ALET YAGLAYICI SPREY	16,00	ADET
---	------------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 20227715
NOT : ÖDEME VADESİ 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0005.000	CERRAHI ALET YAGLAYICI SPREY	ADET	16
--------------	------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5483) CERRAHI ALET YAGLAYICI SPREY

Açıklama : CERRAHI ALET YAGLAYICI SPREY

1. Cerrahi aletlerin oynar kısımlarının kolay hareket etmesini sağlamalı, aletlerin yüzeyini koruyarak paslanmasını engellemelidir.
2. Püskürtme ventili olan spreycinde olmalıdır.
3. Alet üzerine sıkıldığında homojen dağılımı sağlamalıdır.
4. Cerrahi aletlerde buhar sterilizasyon işlemini engellememelidir.
5. Tıbbi malzemelere uyumlu olmalıdır.
6. Cerrahi aletlerde pas ya da lekelenme oluşturmamalıdır.
7. Cerrahi aletlerde oluşacak eklem aralıklarındaki yumuşaklığın etkisi uzun süreli kalabilmelidir.
8. Toksik etkisi olmamalıdır.
9. Çalışmayı engelleyici kokusu olmamalıdır.
10. Spreyci sıkıldıktan sonra herhangi bir temizleme ihtiyacı duymadan sterilizatöre atılabilir olmalı
11. Sızdırmaz, orijinal kapaklı ambalajda olmalı
12. Ambalajı orijinal etiketli olmalı, üzerinde markası, üretim ve son kullanım tarihi ile birlikte lot numarası mutlaka olmalıdır.
13. Ozon tabakasına zarar veren itici gazlar içermemeli
14. Kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmeli
15. Silikon, gres, vazelin içermemelidir.
16. Ürün basınçlı 400-500ml. kutularda olmalıdır.
17. Ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
18. Değerlendirme için ürün ile ilgili tüm bilgileri içeren dokümanlar ve 1 adet orijinal ürün bırakılmalıdır.
19. Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.