



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2022670

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 11/02/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	GİGLİ TEL -WIRE SAW- 50 CM.	100,00	ADET
2	SEBZE MEYVE DEZENFEKTANI	80,00	KİLOGRAM
3	ELEKTROD BÜYÜK	250.000,00	ADET
4	DENTAL ENJEKTÖRÜ	6.000,00	ADET
5	STERİL PEMBE İGNE UCU 18G	7.000,00	ADET
6	BİSTÜRİ NO 24	15.000,00	ADET
7	VAZELİN KATI KG.	300,00	KİLOGRAM
8	EKG KAGIDI NİHON KOHDEN 110-2-140	500,00	ADET
9	PH-KAGIDI 0-14 9535.0001	15,00	ADET
10	GAİTA KABI 50 CC.LİK	18.000,00	ADET

TEKLİF NO : 2022670
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2022670

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 11/02/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	ILAC KADEHI PLASTİK	4.000,00	ADET
12	LAMEL 20 X 20 100 LUK.	2.500,00	ADET
13	TUP STERİL 5 ML DIBI YUVARLAK (500LUK)	250,00	ADET
14	MIKROSKOP KILIFI (STERİL)	120,00	ADET
15	OTOKLAV BANDI (BUHAR)	1.500,00	ADET
16	KAPAKLI IDRAR KABI	50.000,00	ADET
17	SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)	1.500,00	ADET
18	PETRI KUTUSU PLASTİK 9 LUK	3.000,00	ADET
19	PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL	1.000,00	ADET
20	SANTRİFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)	2.500,00	ADET

TEKLİF NO : 2022670
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2022670

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 11/02/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	IDRAR TOPLAMA TORBASI (KIZ)	2.500,00	ADET
22	SEFFAF KİLİTLİ POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)	6.000,00	ADET
23	KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)	30.000,00	ADET
24	DEFİBRİLATOR KAGIDI (PHILIPS DFM100 DEFİBRİLATOR UYUMLU)	75,00	ADET

TEKLİF NO : 2022670
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

304.0012.000	GIGLI TEL -WIRE SAW- 50 CM.	ADET	100
303.0032.000	SEBZE MEYVE DEZENFEKTANI	KİLOGRAM	80
301.0008.000	ELEKTROD BÜYÜK	ADET	250000
300.0001.000	DENTAL ENJEKTÖRÜ	ADET	6000
300.0011.000	STERİL PEMBE İGNE UCU 18G	ADET	7000
298.0010.000	BİSTÜRİ NO 24	ADET	15000
298.0070.000	VAZELİN KATI KG.	KİLOGRAM	300
292.0007.000	EKG KAGIDI NİHON KOHDEN 110-2-140	ADET	500
292.0042.000	PH-KAGIDI 0-14 9535.0001	ADET	15
293.0001.000	GAİTA KABI 50 CC.LİK	ADET	18000
293.0084.000	İLAC KADEHİ PLASTİK	ADET	4000
293.0097.000	LAMEL 20 X 20 100 LUK.	ADET	2500
293.0138.000	TUP STERİL 5 ML DİBİ YUVARLAK (500LUK)	ADET	250
295.0003.000	MIKROSKOP KİLİFİ (STERİL)	ADET	120
297.0008.000	OTOKLAV BANDI (BUHAR)	ADET	1500
306.0017.000	KAPAKLI İDRAR KABI	ADET	50000
306.0018.000	SURAHİ MİKA (İDRAR TOPLAMA SURAHİSİ)	ADET	1500
306.0027.000	PETRİ KUTUSU PLASTİK 9 LUK	ADET	3000
306.0031.000	PETRİ KUTUSU 60X15 CENTER WELL	ADET	1000
293.0206.000	SANTRİFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)	ADET	2500
293.0241.000	İDRAR TOPLAMA TORBASİ (KIZ)	ADET	2500
298.0439.000	SEFFAF KİLİTLİ POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)	ADET	6000
300.0046.000	KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)	ADET	30000
292.0070.000	DEFİBRİLATOR KAGIDI (PHILIPS DFM100 DEFİBRİLATOR UYUMLU)	ADET	75

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5448) VAZELİN KATI KG.

Açıklama : VAZELİN KATI KG.

1. Aşağıda belirtilen katalog numaralarına tekâmül eden özellikler söz konusu malzemelerin teknik şartnamelerinin aslını teşkil etmektedir.
 - 1.1. 303.0002.000 kod numaralı Aseton için SİGMA 179124 veya muadili olmalıdır.
 - 1.2. 303.0020.000 kod numaralı Hidrojen Peroksit için SİGMA 216763 veya muadili olmalıdır.
 - 1.3. 298.0070.000 kod numaralı Vazelin Katı (KG) için SİGMA 330779 veya muadili olmalıdır.
2. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
3. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Ürün ile ilgili Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ile beyan edilecek ve ürünün teslimatı aşamasında depoya teslim edilecektir.

(5674) EKG KAGIDI NIHON KOHDEN 110-2-140

Açıklama : EKG KAGIDI NIHON KOHDEN 110-2-140

1. Kağıt termal tipte alkol bazlı olup termal yazıcılara zarar vermemelidir.
2. Kağıt baskısız olmalıdır.
3. Optik siyah okuyucu gözü olmalıdır.
4. Kağıdın ebadı 110 mm x 140 mm olmalıdır.
5. 1 paket 142 sayfadan oluşmalıdır.
6. Kağıt Z katlı olmalıdır.
7. Kağıt Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.
8. Kağıdın hangi marka ve model cihaz için üretilmiş olduğu ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
9. Kağıdın bitmesine 5-6 sayfa kala , biteceğini gösteren bir işaret olmalıdır.
10. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 2 adet numune bırakılmalıdır.

(3618) ILAC KADEHI PLASTİK

Açıklama : ILAC KADEHI PLASTİK

1. Kolay kırılmayacak, çatlamayacak plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. İçi görülebilecek şekilde saydam olmalıdır.
3. Tabanı düzgün olmalı ve kolay devrilmemelidir.
4. Kapaklı olmalıdır.
5. Yüzeyi pürüzsüz olmalı,temizliği kolay olmalı ve dezenfektanlarla temas ettiğinde plastiği bozulmamalıdır.
6. 20 lik paketler halinde olmalı üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.

7. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir, bu nedenle 1 paket numune bırakılmalıdır.
8. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Ürün 1 cc'den 20 cc'ye kadar derecelendirilmiş olmalıdır.
10. Kapak kapatıldığında gövde kısmını sıkı bir şekilde tutmalı veya kapağı gövdeye sabitleyen kilit sistemi olmalıdır.

(5670) SEFFAF KILITLI POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)

Açıklama : SEFFAF KILITLI POSET (26 X 36 CM) (KORONER SERVİS)

1. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. (5X5), (8X10), (16X13), (25X30), (26X36),(21X27),(30X50) boyutlarında değişik ebatları olmalıdır.
3. Şeffaf renkte olmalıdır.
4. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
5. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.
6. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.
7. Poşetler 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Paketler barkotlu olmalıdır.
9. En az 10 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ürün yırtılma ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

(3811) DENTAL ENJEKTORU

Açıklama : DENTAL ENJEKTORU

1. 30 gauge özellikli iğne olmalıdır.
2. En az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
3. 2 cc 0,40x50 mm %6 eğimli,sivri uç merkezde montoksit siyah pistonlu kauçuk başlı olmalı,3 parça olmalıdır.
4. Muayene komisyonunca beğenilmeyen enjektör uçları alınmayacaktır.
5. Kutuların üzerinde barkot olmalıdır.
6. Enjektör üzerindeki yazılar silinmez özellikte olmalıdır.
7. Paketi kolay açılır özellikte olmalıdır.

(4797) IDRAR TOPLAMA TORBASİ (KIZ)

Açıklama : IDRAR TOPLAMA TORBASİ (KIZ)

1. Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
2. Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırılabilmelidir.
3. Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
4. Yapıştırıcı ciltte allerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.
5. Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger veya benzeri bir destek olmalıdır.
6. Kız çocukları için idrar torbası perine bölgesine gelen açıklık şekline göre iki boy olmalıdır;
 - 6.1. Perine bölgesine gelen açıklık büyük oval olmalıdır. (şişman çocuklar için)
 - 6.2. Perine bölgesine gelen açıklık küçük oval olmalıdır. (düşük kilolu çocuklar için)
7. Ürün 50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerine barkot basılmış olmalıdır.
9. Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin edilmelidir.

(3790) GİGLİ TEL -WIRE SAW- 50 CM.

Açıklama : GİGLİ TEL -WIRE SAW- 50 CM.

1. Gigli telleri ostenitik paslanmaz çelikten ve 40 hrc rockwell sertliğinde imal edilmiş olmalıdır.
2. Kesme alanının müsait oluşuna göre 30 cm ve 50 cm boylarında ve 1.2 mm kalınlığında imal edilmiş olmalıdır.
3. Gigli telinin her 2 ucu iç çapı yuvarlak sarımlı bitirilmiş olmalıdır.(gigli telinin tutulmasını sağlar)
4. Ürün solüsyonlara dayanıklı olmalıdır.
5. Teklifte birlikte ilgili bölümden uygunluk alınmalıdır.

(5450) GAITA KABI 50 CC.LİK

Açıklama : GAITA KABI 50 CC.LİK

1. Sert plastikten ve içerisindeki malzemeyi göstermeyecek renkte olmalıdır.
2. Vidalı kapakla kapanmalıdır.
3. 4,5 cm çapında, 4,5 cm boyunda olmalıdır.
4. 50 cc materyali içerecek hacme sahip olmalıdır.
5. Kabin kapakları kapalı olarak 100 lük adetler halinde naylon veya karton ambalajlarda olmalıdır.
6. Ürün ambalajlı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

8. Değerlendirme için 10 adet numune verilmelidir.

(4531) LAMEL 20 X 20 100 LUK.

Açıklama : LAMEL 20 X 20 100 LUK.

1. Optik özellikli ve renksiz (su beyazı) camdan üretilmeli, tozdan kirden ve nemden arındırılmış olmalıdır
2. Esneme kapasitesi yüksek olmalı (yaklaşık 0,13 - 0,17 mm kalınlıkta) ve kolay kırılmayan özellikte olmalıdır.
3. 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
4. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
5. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklanmak için numune temin etmelidir.
7. İstenilen lameller çalışmalar süresinde kullanıcı tarafından kullanıma uygun bulunmaz ise istenilen özellikte (şartnameye uygun) başka bir lamelle ücretsiz olarak değiştirilmeli ve bunun taahhüdü yüklenici firma tarafından malzeme tesliminde verilmelidir.

(255) PETRI KUTUSU PLASTİK 9 LUK

Açıklama : PETRI KUTUSU PLASTİK 9 LUK

1. Saf ve nontoksik polistrenden steril koşullarda üretilmelidir.
2. Verimliliği artırmak için, sınırlı hava akımını sağlayacak, özel kapak tasarımları olmalıdır.
3. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
4. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
5. Ürün ambalajı üzerinde steril olduğu yazılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

(7651) STERIL PEMBE IGNE UCU 18G

Açıklama : STERIL PEMBE IGNE UCU 18G

1. İğnelerin enjektöre takılacak kısmı polipropilenden, metal kısmı kron-nikel karışımı veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İğnelerde çapak, pürüz görülmeyecek uçları dokuya zarar vermeyecek keskinlikte olmalıdır.
3. Enjektör uçları steril tek tek poşetlerde ambalajlanmış olmalıdır.
4. İğne uçları her model enjektöre uyumlu olmalıdır.
5. Enjektöre takıldığında hava kaçağı yapmayacak şekilde monte edilebilmelidir.

6. Her iğne ucu ambalajının üzerinde tipi, iğne numarası, uzunluğu, kesiti, iç ve dış çapı, rengi, sterilizasyon metodu, aktivite süresi, ticari markası, referans ve lot numarası yazılı olmalıdır.
7. Enjektör ucunun koruyucu plastik kapağı delikli olmamalıdır.
8. Kutu veya enjektör ucu paketinin en az birinin üzerinde barkot bulunmalıdır.
9. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle her bir numaradan 20 adet numune bırakılmalıdır.
10. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
12. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
13. CE belgesi olmalıdır.
14. İğne ambalajı steril tekniğe uygun olarak açılabilir özellikte olmalıdır.

(1104) BISTURI NO 24

Açıklama : BISTURI NO 24

1. Krom, nikel, karbon veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Bisturi saplarına kolay ve tam oturmalıdır.
3. Kesici ucu düzgün olmalı ve bileme izleri bulunmamalıdır.
4. Ambalaj alüminyum içerikli olup su geçirmeyecek şekilde olmalıdır.
5. Anti septik solüsyonlar ve suyla temasta oksitlenme olmamalıdır.
6. Sterilizasyon GAMMA yöntemi ile yapılmış olmalı, her kutuda orijinal fabrika tarafından basılmış kırmızı sterilizasyon indikatörü bulunmalıdır.
7. Paket açımı kolay olmalı ve sterilizasyonu bozulmadan yapılabilir olmalıdır.
8. Kullanımda kolay kırılmamalı, dayanıklı olmalı kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.
9. Kutuların üzerinde steril ibaresi bulunmalı, hangi metotla steril edildiği, son kullanım ve imalat tarihi yazılmalıdır.
10. Kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.
11. BS 2982 / İSO 7740 / TSE 4171 e uygunluk belgesi olmalı, BS ve İSO no ları kutu üzerinde orijinal baskılı olmalı, TSE ye ait laboratuvar uygunluk raporları ve/veya ürüne ait CE belgesi ibraz edilmelidir.
12. Steril 100 lük kutularda, uç ve ambalaj üzerinde numaraları yazılı olarak ambalajlanmış olmalıdır. Kutu ve adet üzerinde barkot olmalıdır.
13. Şekil olarak aşağıda belirtilen şekillerde olmalıdır. 11 no'lu bistürilerin uçlarının açısı dar olmalıdır. 15 no' lu bistürinin uç kısmı ile sapı arası bütün olarak birleşmelidir.

(232) MIKROSKOP KILIFI (STERİL)

Açıklama : MIKROSKOP KILIFI (STERİL)

1. Malzeme tek kullanımlık olmalıdır
2. Şeffaf, yumuşak, gafrojlü ve medikal PE'den imal edilmiş olmalıdır.
3. Mercek çapı 65 mm olmalıdır
4. Kılıf ölçüleri battal boy olmalıdır.
5. Kılıfın oküler uçlarında kolayca yırtılabilir perforasyon bulunmalıdır
6. Mikroskobun düğmeleri steril örtü takıldıktan sonra görülebilmelidir
7. Oküler başlıkların sabitlenmesi için velkronlar bulunmalıdır.
8. Kılıfın iki noktadan mikroskobu saracak bantları olmalıdır.
9. Mikroskop kılıfı üzerinde yer açıklıklar yardımıyla objektif ve binoküler uçları dışarıda kalabilmelidir
10. Paket içinde kullanım şeklini gösteren montaj şeması bulunmalıdır.
11. Steril örtünün mikroskoba takılmasını takiben mikroskop başlığı tam olarak steril edilmiş olmalıdır.
12. ZEISS marka mikroskoplar ile uyumlu olmalıdır.
13. Tüm malzemeler kontrollü olan diye tabir edilen hava giriş ve çıkışı kontrol altına alınmış olmalıdır.
14. Mercek koruyucusu görüntü netliğini bozmayacak şekilde kolay takılıp çıkartılmaya olanak tanıyan tınaklara sahip olmalıdır.
15. E.O ile steril edilmiş ve raf ömrü 3 yıl olmalıdır.
16. Değerlendirme için ürün üzerinde üretici firma, lot numarası ve ürün bilgisi bulunan en az 2 adet ürün numune olarak bırakılmalıdır.

(184) SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)

Açıklama : SURAHİ MIKA (IDRAR TOPLAMA SURAHISI)

1. Sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İçindeki idrarı gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
3. 100 cc den başlayıp 2000 cc ye kadar ölçer derecesi bulunmalıdır. Derecelendirmesi doğru ve okunaklı olmalıdır.
4. Dökülmeyi önleyici koruyucu kapağı bulunmalıdır.
5. Tutmayı kolaylaştırıcı sapı bulunmalıdır.
6. Her biri tek tek ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.
8. Numune olarak bırakılan ürünler hastahanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 3 adet numune bırakılmalıdır.
9. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. CE Belgesi olmalıdır.
11. Delik ya da çatlak ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

(9186) DEFIBRILATOR KAGIDI (PHILIPS DFM100 DEFIBRILATOR UYUMLU)

Açıklama : DEFIBRILATOR KAGIDI (PHILIPS DFM100 DEFIBRILATOR UYUMLU)

1. 50 mm eninde ve 20 metre uzunluğunda olmalıdır.
2. Kırmızı kareli ve rulo şeklinde olmalıdır.
3. Termal kağıttan üretilmiş olmalıdır.
4. Kutuların üzerinde ebatları yazmalıdır.
5. Numunesi Philips DFM100 defibrilatör cihazında denenerek uygunluk alınacaktır.

(8484) SEBZE MEYVE DEZENFEKTANI

Açıklama : SEBZE MEYVE DEZENFEKTANI

1. Sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonu amacıyla üretilmiş olan, sebze ve meyvelerde bulunan ve insan sağlığı için tehlikeli tüm mikro-organizmaları yok ederek gıda güvenliği sağlayan, yiyeceklerin tadını ve kokusunu bozmayan, soğuk suda etkili olup, sebze yıkama makineleri için uygun olan, elde yıkanan bulaşıkların hijyenini sağlamak amacıyla da kullanılabilen bir üründür.
2. KİMYASAL ÖZELLİKLERİ :
 - 2.1. Görünümü açık sarı, berrak sıvı olmalıdır.
 - 2.2. Ürün pH değeri (%1'lik çözelti) 11-14 arasında olmalıdır.
 - 2.3. Ürün, dezenfeksiyon etkinliğini sağlayıcı organik klor bazlı madde içermeli, aktif klor miktarı min. %1.5 - max %3 aralığında olmalıdır.
 - 2.4. Ürün parfüm içermemelidir.
 - 2.5. Görünüm berrak sıvı şeklinde olmalıdır.
 - 2.6. Otomatik dozajlama pompaları ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
 - 2.7. Yüklenici firma ürün teslimiyle eş zamanlı olarak 3 adet TAM OTOMATİK meyve-sebze dezenfektanı için dozajlama pompası takacaktır. Takılan pompalar için ücret talep edilmeyecektir.
 - 2.8. Takılan pompaların aylık, yıllık bakımları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bakımlar için ücret talep edilmeyecektir.
 - 2.9. Pompaların arızası durumunda firmaya bildirilecek. Bildirimden itibaren 24 saat içinde pompalara müdahale edilip kuruma çalışır halde teslim edilecektir. Arıza giderilemediğinden yenisi takılacaktır. Bu işlem için ücret talep edilmeyecektir.
3. ÜRETİCİ FİRMADA OLMASI GEREKEN BELGELER :
 - 3.1. Ürünün, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ruhsat olmalıdır.
 - 3.2. Ürün kullanıcıların anlayacağı şekilde hazırlanmış genel bilgi formu olmalıdır.
 - 3.3. Ürün, AB Direktifleri 2001/58/EC yönetmeliği yarasına uygun olarak hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Veri Formu'na haiz olmalıdır.

- 3.4. Ürünün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olacaktır.
- 3.5. Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından analiz sertifikasını verecektir.
- 3.6. Üçlü sorumluluk uygulaması (İnsan, Çevre ve Güvenlik) olmalıdır.
- 3.7. Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 ve TSE İSG-OHSAS TS 18001 belgelerine sahip olmalıdır.
- 3.8. Üretim yerine ait Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ruhsat olmalıdır.
4. AMBALAJ VE DEPOLAMA :
 - 4.1. Ambalaj malzemesi polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 - 4.2. Ambalaj Tipi : High density polietilen malzemeden imal edilmiş poşet
 - 4.3. Ambalaj miktarı : Ürün 5 lt'lik PE ambalaj içinde olmalıdır.
 - 4.4. Ürün normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olacak bu müddet zarfında ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirecektir.
 - 4.5. Ürünle birlikte toplam 3 adet dozajlama pompası takılmalıdır.

(106) ELEKTROD BÜYÜK

Açıklama : ELEKTROD BÜYÜK

1. İçindeki jel ve yapıştırıcıları kurutmayacak bir koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
2. Değişik çap seçenekleri (çocuk-erişkin) olmalıdır. Erişkin boy 4 cm çaptan küçük olmamalıdır.
3. Ambalaj üzerinde erişkin ve pediatrik boy ibaresi açık olarak yazılmalıdır.
4. Elektrod üzerindeki jel, köpük ve yapışkan madde allerjik olmamalı ve firma tarafından belgelenmelidir.
5. Elektrodlar cilde iyi yapışmalıdır. Suya dayanıklı olmalı ve yerinden çıkarılıp başka yere yapıştırıldığında çıkmayacak özellikte olmalıdır.
6. Köpük kısmının kalınlığı 1 mm den fazla olmalıdır.
7. Elektrod çıkıçları hastanemizdeki cihazların leadleri ile uyumlu olmalıdır.
8. Elektrod çıkıçları paslanmaz çelik özellikte olmalıdır.
9. Elektrod sinyali parazitsiz bir şekilde iletebilmelidir.
10. Elektrot üzerindeki jel, çıkarıldıktan sonra kalıntı bırakmamalı, akışkan olmamalı ve sürece bağlı korozyona uğramamalıdır.
11. Her bir elektrodun köpük kısmı üzerindeki jel ve yapışkan maddesini koruyan bandın kolayca ayrılmasını sağlayacak sistemi olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde ürünün markası, raf ömrü, adet sayısı ve lot numarası yazmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.
14. Ambalaj içinde en az 1 yıl özelliklerini koruyabilmelidir.
15. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 3'er paket numune bırakılmalıdır.

16. Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. Saklama/depo ortamı sıcaklığı min 15 C, max 30 C derece olmalıdır.
18. Ürünün CE belgesi ve ISO9001 13485 sertifikası olmalıdır.

(5795) TUP STERİL 5 ML DIBİ YUVARLAK (500LUK)

Açıklama : TUP STERİL 5 ML DIBİ YUVARLAK (500LUK)

1. Volümü 5 ML olmalıdır.
2. Yüksekliği 75 mm olmalıdır.
3. Çapı 12 mm olmalıdır.
4. Kapak iki aşamada kapanmalıdır. İlk kapama hava girişine olanak vermeli, ikinci kapamada ise hava girişi olmamalıdır.
5. Polistirenden yapılmış olmalıdır.
6. Steril bir şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır.
7. Gamma iradyasyonla siterilize edilmiş olmalıdır.
8. Dibi yuvarlak olmalıdır.
9. RCF ratingi 1400 olmalıdır.
10. Nonpirojenik olmalıdır.
11. İştirak edecek firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(3352) OTOKLAV BANDI (BUHAR)

Açıklama : OTOKLAV BANDI (BUHAR)

1. Buhar sterilizasyonu uygulanmış paket ve bohçaların maruziyet kontrolü amacıyla kullanılmalıdır.
2. EN ISO 11140 sınıf 1. özellikte olmalıdır.
3. Kumaş ya da paket üzerine iyi yapışmalıdır.
4. İyi yapışma için esnek olmalıdır, ancak kullanım sırasında ürün istemsiz kopmalara neden olmamalıdır.
5. Üretim hatası olduğu belirlenen ürünler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilmelidir.
6. Ürün istenilen uzunlukta elle koparılabilir.
7. İndikatör için kullanılan kimyasal madde organik bazlı ve nontoksik olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün üzerindeki indikatör çizgilerin genişlikleri ve aralıkları standart olmalıdır.
9. Bant rulodan kolay açılmalıdır. Bant açılırken soyulma, yırtılma yapmamalıdır.
10. Krep sırt yapısı ile esnek ancak kopma direnci yüksek olmalıdır.

11. Bant sterilizasyon boyunca ve sterilizasyon sonrası bohça ve paket üzerinden açılmamalı; soyulma ve kalkma yapmamalıdır.
12. Sterilizasyon işleminden sonra steril edilmiş paketleri, diğerinden ayırt edecek renk değişikliği belirgin olarak gösterilebilmelidir.
13. Bant üzerinde yazılan yazılar sterilizatörde dağılmamalı, okunaklı olmalıdır.
14. Sterilizasyon işlemi uygulanmış indikatör bantta dış ortam koşullarına bağlı tekrar renk değişikliği olmamalıdır. Renk değişimi en az 6 ay sabit kalmalıdır.
15. Paket ya da bohça üzerinden açılıp söküldüğünde iz ya da atık bırakmamalıdır.
16. Rulo şeklindeki bant yaklaşık 18mm x 50m ölçülerinde olmalıdır.
17. Rulo şekilde ve karton ambalajlar içerisinde paketlenmiş olmalıdır.
18. Teklif edilen ürün orijinal ambalajda olmalı ve ambalaj üzerinde marka, üretim parti (LOT) numarası, son kullanma tarihi, indikatör sınıfı ve sterilizasyon yöntemi belirtilmelidir.
19. Son kullanma tarihi, teslim tarihi itibarıyla en az 1 yıl olmalıdır.
20. Değerlendirme için en az 1 adet orijinal ürün, ürün bilgileri ile birlikte teslim edilmelidir.
21. Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4559) KAPAKLI IDRAR KABI

Açıklama : KAPAKLI IDRAR KABI

1. İdrar kabı yaklaşık 100 ml hacminde bardak ya da beher şeklinde olmalıdır.
2. Plastik, burgulu kapaklı, sızdırmaz özellikte şeffaf ve esnek olmalıdır.
3. Sızdırmazlık özelliğine sahip çift burgulu olmalıdır.
4. Pnömatik sisteme uygun olmalıdır.
5. Her ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası yazmalıdır.
6. Laboratuvar ihtiyacına göre istek olduğunda çekilecektir.
7. İdrar kaplarının kapakları kapatılmış şekilde teslim edilmelidir.
8. Ürün ambalajlı olup üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
9. En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
10. Değerlendirme için 10 adet numune verilmelidir.

(5800) PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL

Açıklama : PETRI KUTUSU 60X15 CENTER WELL

1. Nonpirojenik olmalıdır ve crystal-grade polystyrenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Embriyo kültürüne uygun gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.

3. Boyutları 54,84 MM. O.D. X 13,56 MM. olmalıdır.
4. İç göz yüzey alanı 2,89 CM² olmalıdır.
5. IVF tekniğinde kullanılması için ortasında bir çukur alan daha olmalıdır.
6. 20 adetlik ambalajlarda steril edilerek paketlenmelidir.
7. İştirak edici firmalar ihale öncesi numunelerini getirip uygunluk belgesi alacaklardır.

(4589) SANTRIFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)

Açıklama : SANTRIFUJ TUP 15 ML (KAPAKLI)

1. Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ortalama duvar kalınlığı 1,0-1,1 mm olmalıdır.
3. Vida kapaklar tam sızdırmaz olmalıdır.
4. Otoklavlanabilmelidir.
5. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
7. Üretici firma laboratuvarında denenmek üzere 20 adet numune temin etmelidir.

(5919) KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)

Açıklama : KALEM İGNESİ (4 -5 MM.)

1. İğneler paslanmaz çelik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Kalem iğneleri tüm kalemlerle uyumlu olmalıdır.
3. Kalem iğnesi 4 mm uzunluğunda olmalıdır.
4. İğnelerin kaleme kolaylıkla takılıp çıkarılabilmesini sağlayan vidalama sistemi bulunmalıdır.
5. İğne ucunda enjeksiyon sırasında acı hissi oluşmasını engelleyen silikon kaplama bulunmalıdır.
6. Lateks içermemelidir.
7. CE belgesine sahip olmalıdır.
8. Raf ömrü 60 ay (5 yıl) olmalıdır.
9. Kalem iğnesinin içte bulunan kapağı görme sorunu olan hastaların dikkatini çekmesi için farklı renkte olmalıdır.
10. 100'lük kutular halinde teslim edilmelidir. Kutu üzerinde barkod bulunmalıdır.
11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 100 adet numune bırakılmalıdır.
12. Şartnameye uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. İnce duvar teknolojisi ile üretilmiş olmalı bu sayede iğne dış çapı sabit olmasına rağmen, iç çapı genişletilmiş olmalıdır. İğneden insülin akışı kolay ve pistonu uygulanan güç az olmalıdır.
14. Beş kesitli iğne ucu geometrisine sahip olmalı bu sayede cilde kolay girerek travmayı azaltmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde üretim ve SKT belirtilmelidir.

(4532) PH-KAGIDI 0-14 9535.0001

Açıklama : PH-KAGIDI 0-14 9535.0001

1. 0-14 pH skalası aralığında 0,1 pH hassasiyetle pH değeri ölçmelidir
2. Tutuş mesafesi uzun olmalıdır.
3. Her bir kutuda 100 adet pH kağıdı olmalıdır
4. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için numune temin etmelidir.