



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20221678

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 25/03/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	YUKSEK COZNURLUKLU INCELEME EKRANI	4,00	ADET
---	------------------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20221678
NOT : 20221492 ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. (YENİ ŞARTNAME EKTEDİR)
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1373.000	YUKSEK COZNURLUKLU INCELEME EKRANI	ADET	4
--------------	------------------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9920) YUKSEK COZNURLUKLU INCELEME EKRANI

Açıklama : YUKSEK COZNURLUKLU INCELEME EKRANI

1. Klinik inceleme medikal monitör olmalıdır.
2. Monitör 27 inç boyutunda, 8 MP, LCD(IPS) özelliğinde olmalıdır
3. Monitörün çözünürlüğü 3840*2160 piksel olmalıdır.
4. Kontrast oranı 1000:1 olmalıdır.
5. Parlaklığı en az 350 cd/m2 olmalıdır.
6. Monitörlerin görüş açısı yatayda ve dikeyde 178 (yüz yetmiş sekiz derece) olmalıdır.
7. Monitörde 2 adet HDMI(2.0),1 adet Display Port(1.2) girişi bulunmalıdır. 2 adet HDMI DVI dönüştürücü birlikte verilmelidir.
8. Ekran renkleri: 10 bit sRGB%99 olmalıdır.
9. Tepkime süresi 14 ms olmalıdır.
10. En az 2 adet USB girişi bulunmalıdır.
11. Monitörde arka ışık sensörü (Backlight) olmalıdır.
12. Monitörün parlaklık stabilizasyon özelliği bulunmalıdır.
13. Monitörde titreşin engelleme ve okuyucu modu teknolojisi olacaktır.
14. Monitör fabrika çıkışlı DICOM standartlarına sahip olmalıdır.
15. Monitör Dinamik Senkronizasyon modu bulundurulmalıdır.
16. Kulaklık ses çıkışı bulunmalıdır.
17. 100/240 VAC,50/50 Hz çalışabilmelidir.
18. IEC(IEC60601-1 / IEC60601-1-2), FCC(FCC part 15 Class A), CB, UL(UL60601-1), C-UL-US, KC, RoHS, REACH, WEEE, CISPR, EN, ANSI, AAMI, CE MDD(Class 1) standartlarına sahip olmalıdır.
19. Azami elektrik sarfiyatı 65W olmalıdır. Stand by modunda 0.5W sarfiyatı olmalıdır.
20. Dijital tarama frekansı 30-135 kHz / 56-61 Hz olmalıdır.
21. En az 2 yıl garantiye sahip olmalıdır.

Y.K