



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20221715

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/03/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	RADYASYON GONAD KORUYUCU	3,00	ADET
---	--------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20221715
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.2465.000	RADYASYON GONAD KORUYUCU	ADET	3
--------------	--------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10248) RADYASYON GONAD KORUYUCU

Açıklama : RADYASYON GONAD KORUYUCU

- Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliğinin ihtiyacı olan Pediatrik Gonad Koruyucu set ile ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
- TEKNİK ÖZELLİKLER**
 - Radyasyon koruyucu SET; girişimsel ve cerrahi tüm tıbbi uygulamalarda yüksek frekans ve uzun süre ortamda bulunma nedeniyle maruz kalınan radyasyon saçılımının zararlı etkilerinden koruma sağlamak için 0.50 mm Pb eşdeğerlikten en az %97, koruma sağlamalıdır.
 - Koruyucu Setin kırılma direncinin yüksek olması ve kullanım sırasında ağırlığının kullanıcıyı rahatsız etmemesi için muhteviyatında hafif ağırlıkta kurşun (Pb) materyalden yapılmış olmalıdır.
 - Set üzerinde kullanıcıyı rahatsız eden ve hava aldırmayan Vinil, Vinlex, vb. kaplama kesinlikle olmayacaktır. Önlüğün dış kumaşı çocukların çekinmesini önlemek amacıyla renkli ve desenli (tercihen çizgi film karakterleri) olmalıdır. İstenilen yere logo vb. işlenebilmelidir.
 - Ürün güvenliğinin tam sağlanabilmesi için; CE onaylı kuruluş numarasına, sunulan her ürün için verilmiş tip onay belgesine, FDA onayına ve ISO kalite belgelerine sahip olmalıdır. Onaylı kuruluş CE Tip onay belgesinde teklif edilen ürünlerin kod numarası olmalıdır. Bu akreditasyon belgelerine sahip olmayan ürünler doğrudan ihale dışı kalacaktır.
 - Hareketi engellemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
 - Gonad Koruyucular 0.50 mm Pb korumaya sahip olmalıdır.
 - Katlanma ve buruşma neticesinde koruyucu kesinlikle kırılma yapmamalı ve bu özelliğini uzun süre korumalıdır.
 - Ürünün üzerinde üretici firma bilgilerini ve ürün normlarını gösteren orijinal etiketleri olmalıdır.
 - X ışını koruyucu Gonad koruyucular, radyasyona karşı Koruma standardı olan T.C Başbakanlık TAEK Belgesine sahip belge ile ispatlanmış 100 kV da en az 97 % korumayı sağlamalıdır.
 - Gonad koruyucu set içeriği 1 adet 25x20 cm, 1 adet 30x25 cm, 1 adet 40x30 cm, 1 adet 45x35 cm (ölçüler yaklaşık bedenlerin belirlenmesi için verilmiştir) boyutlarında olmak üzere toplam 4 adet olmalı, sabit çelik kemerleri olmalı, kemerler plastik kaplı olmalıdır. Kullanımı pratik olmalıdır, kolayca takılıp çıkarabilmelidir. Gonad koruyucuların duvara monte edilmesi için özel askılıkları olmalıdır.
 - Gonad koruyucunun üzerine hem dışarıdan hem de X ışını altında görülebilen idarenin belirlediği numaralandırma yapılacaktır.
- KABUL VE MUAYENE**
 - Firmalar teklif ettikleri ürünler için demonstrasyon örneklerini ihalede hazır bulunduracaktır. Teklif değerlendirme komisyonu ve/veya ilgili birim komisyonu teklif edilen ürünlerin uygunluğunu, "şartnameye uygunluk belgesi" ile birlikte örnekleri de inceleyerek verecektir. Satıcı firma için numune Gonad koruyucu, şahit numune olarak kullanılacaktır. Firmalar, varsa ürününün ilave üstünlüklerini teklif mektuplarında belirteceklerdir.
 - Belgeleri, numuneleri uygun olan ürünler içinden en az %97 radyasyon korumalı ve en hafif olan ürünler arasından tercih yapılacaktır.
 - Kullanıcı hataları hariç en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- 3.4. Koruyucu setin kullanım rahatlığı, radyolojik inceleme ve şartnameye uygunluk göz önüne alınarak klinikçe değerlendirilecek ve karar verilecektir.
- 3.5. Ürünün kurşun dokusu kesinlikle parçalı, kırık, veya eklemeli olmayacaktır. Bu özellik teklifle gelen numunelerde ve ihale sonrası teslim edilen ürünlerde test edilerek kontrol edilecektir. Uygun bulunmayan firmaların teklifleri red edilip, ürünlerinin tamamı iade edilecektir.
- 3.6. Satıcı firma ürünün yeni üretim olduğunu, üretici firma tarafından onaylanmış belgesini vermek zorundadır.
- 3.7. Kabul ve muayene sırasında firmalardan ürünün teknik özellikleri ve performansına ilişkin testler yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumluluğundadır.
- 3.8. Gonad koruyucuların CE ve ISO 9001-2015 belgelerinin yanında uluslararası "Kişisel Koruyucu Donanım yönetmeliği 89/686/EEC Avrupa Birliği Üretim Kalite Kontrol Sistemi 11A ve 11B sertifikasına sahip olduklarını belgelenmesi gerekmektedir. CE işaretiyle birlikte dört haneli onaylanmış kuruluş (Notified Bodies) numarası bulunmalıdır
4. Her set için 1 (bir) adet duvara monte askılık aparatı verilmelidir.

A.T