



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20223319

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 25/05/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR  
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

1	KAGIT MUAYENE ORTUSU(JİNEKOLOJİ MASASI İCİN)	2.000,00	ADET
2	SKOPI BASLIĞI(AMELİYATHANE)	3.000,00	ADET
3	PETRİ KUTUSU PLASTİK 9 LUK	7.000,00	ADET
4	ALUMİNYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM	30,00	ADET

**TEKLİF NO** : 20223319  
**NOT** : ODEME 180GÜN  
**İLGİLİ KİŞİ** : BELMA ÇELEK  
**TEL** : 4122410  
**E-MAIL** : belma.beker@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

295.0004.000	KAGIT MUAYENE ORTUSU(JINEKOLOJİ MASASI İCİN)	ADET	2000
295.0008.000	SKOPI BASLIGI(AMELİYATHANE)	ADET	3000
306.0027.000	PETRI KUTUSU PLASTİK 9 LUK	ADET	7000
305.0001.000	ALUMİNYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM	ADET	30

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (5446) SKOPI BASLIGI(AMELİYATHANE)

##### Açıklama : SKOPI BASLIGI(AMELİYATHANE)

1. Ebatları 90 x 130 cm olmalıdır.
2. Bir ucu kapalı bir ucu açık olan ucu lastik ile çevrilmiş olmalıdır.
3. Lastikle poşet arasında delik ve yırtık olmamalıdır.
4. Lastik olan uç kendi halinde bırakıldığında 45cm. den daha kısa olmamalıdır.
5. Kullanılan lastik lateks içermemelidir.
6. Örtü kalın naylon, şeffaf ve yırtılmaz naylondan yapılmış olmalıdır.
7. Tekli steril paketlerde olmalı.
8. E.O. ile steril edilmiş olmalı.
9. Teslim tarihinden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalı.
10. Ulusal bilgi bankası kaydı olmalı.

#### (255) PETRI KUTUSU PLASTİK 9 LUK

##### Açıklama : PETRI KUTUSU PLASTİK 9 LUK

1. Saf ve nontoksik polistrenden steril koşullarda üretilmelidir.
2. Verimliliği artırmak için, sınırlı hava akımını sağlayacak, özel kapak tasarımları olmalıdır.
3. Ürün ambalajlı (kutu/poşet) olmalıdır.
4. Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.
5. Ürün ambalajı üzerinde steril olduğu yazılmış olmalıdır.
6. Üretici firma laboratuvarında denenmek ve şahit numune olarak saklamak için 20 adet numune temin etmelidir.

**(7530) ALUMINYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM**

**Açıklama : ALUMINYUM FOLYO (KG.) EN:45 CM**

1. Folyo Kalınlığı: en fazla 16 mikron
2. Folyo Eni: 450 mm
3. Makara Et Kalınlığı: en çok 4 mm
4. Makara Boyu: 460 mm
5. Makara Dış Çapı : en çok 43 mm
6. Makara Ham Maddesi: Karton
7. Toplam Ağırlık: en az 1844 gr
8. Folyo Ağırlığı: en az 1680 gr
9. Makara Ağırlığı: en fazla 180 gr olacaktır.

**(187) KAGIT MUAYENE ORTUSU(JINEKOLOJİ MASASI İÇİN)**

**Açıklama : KAGIT MUAYENE ORTUSU(JINEKOLOJİ MASASI İÇİN)**

1. Havlu beyaz renkte olmalıdır.
2. Havlunun bir yüzü polietilen veya poliüretan madde ile kaplı olmalıdır.
3. Havlu yaprakları rulo biçiminde sarılmış olmalıdır.
4. Yaprakların boyutları:Eni: 44-46 cm, Boyu: 45-60 cm; olmalıdır.
5. Her bir rulo 85-110 yapraktan oluşmalıdır.
6. Havlu yaprakları kolayca birbirinden ayrılabilir.
7. Havlular kullanım esnasında kolayca yırtılmamalı, suya dayanıklı olmalıdır.
8. Rulo kağıt havlu özel ambalajında hijyenik olarak teslim edilmelidir.
9. Numune istenmektedir.