



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20223446

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 31/05/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 CERRAHI ALETLER İCİN PAS SOKUCU(5 LT'LİK)	150,00 LİTRE

TEKLİF NO : 20223446
NOT : ODEME 180GÜN
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27/05/2022 14:37:24

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0030.000	CERRAHI ALETLER İCİN PAS SOKUCU(5 LT'LIK)	LİTRE	150
--------------	---	-------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3354) CERRAHI ALETLER İCİN PAS SOKUCU(5 LT'LIK)

Açıklama : CERRAHI ALETLER İCİN PAS SOKUCU(5 LT'LIK)

1. Ürün ultrasonik cihazlarda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Cerrahi aletlerdeki pas ve pas lekelerini çözücü özellikte olmalıdır.
3. Cerrahi aletler ve tüm paslanmaz çelik yüzeylerde herhangi bir aşınma göstermemelidir.
4. Paslanmaz çelik cerrahi tüm aletlerde herhangi bir zarara neden olmadan kullanılabilir.
5. En geç 15 - 20 dakikada etki gösterebilir.
6. Ürün 15 - 20 dakika içinde pas ve pas lekelerini en iyi şekilde çözmelidir. Pas ve kalıntısı kalmamalıdır.
7. Ürünün cerrahi aletler üzerindeki etkinlik süresi, ürünün dokümanlarında belirtilen etkinlik süresini aşmamalıdır.
8. Ürün işlem sırasında köpürmemelidir.
9. Ürün işlem sırasında çalışmayı engelleyici kokusu olmamalıdır.
10. Yüksek sıcaklıklarda da (60°C) etkisini gösterebilir.
11. Ürün üzerinde ürünün içeriği, markası, üretici firma adı, üretim ve son kullanım tarihleri, kullanım şekli ve lot (seri) numarası bulunmalıdır.
12. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanım tarihi olmalıdır.
13. Ürünün depoda bekleme süresinde solüsyonda tortulaşma, renk ve koku değişimi göstermemelidir.
14. Ürünle beraber orijinal 5 adet PVC kaplı Türkçe kullanım tablosu verilmelidir.
15. Değerlendirme için ürünün tüm özelliklerini, belgelerini, kullanım şeklini içeren ürün bilgi dosyası ile 1adet orijinal ambalajında ürün bırakılmalıdır.
16. Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.