



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20222907

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 10/05/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR  
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 VASKULER KAROTIS STENT KENDİLİGİNDEN ACILAN CELİK	30,00 ADET

TEKLİF NO : 20222907  
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.  
İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER  
TEL : 2324122405  
E-MAIL : yusuf.guler@deu.edu.tr  
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

233.0037.000	VASKULER KAROTIS STENT KENDİLİGİNDEN ACILAN CELİK	ADET	30
--------------	---	------	----

#### 1.GENEL ÖZELLİKLER

#### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (4661) VASKULER KAROTIS STENT KENDİLİGİNDEN ACILAN CELİK

##### Açıklama : VASKULER KAROTIS STENT KENDİLİGİNDEN ACILAN CELİK

1. Stent self expandable sisteminde nitinolden veya elgiloydan imal edilmiş olmalıdır.
2. Stent tübüler örgü yapı kapalı hücre yada lazer kesim açık hücre dizaynında olmalıdır.
3. Stent kateteri monorail (rx) 6f sheath içerisinden 0.014" guidewire ile kullanılabilir. Stent distalden proksimale aynı kalınlıkta olmalı bu kalınlık 6F i geçmemelidir.
4. Stent üzerinde doğru konumlandırmayı sağlayabilmek için iki adet tantalumdan yapılmış marker bulunmalıdır.
5. Stent sistemi carotid işlemler için uygun olmalıdır.
6. Stent flexibilitesi yüksek olmalı, açıldığında damar duvarına tam oturup damarın şeklini almalıdır.
7. Teklif edilen malzemenin tapered veya cylindrical olarak bulunmalıdır.
8. Stent ölçüleri tapered özelliğinde olanlarda 6-8/7-10 mm olmalı; Düz olanlarda ise 6-7-8-9-10 çaplarında olmalı düz stent boyları 20-30-40-60mm uzunluğunda; tapered stent boyları ise 30-40mm uzunluğunda olmalıdır.
9. Stent sistemi tek kişi kullanımına uygun olmalı ve sistem güvenli yerleştirmeye olanak sağlamak amacıyla açılırken zıplamayı engelleyici koruma sistemi ile katatere sabitlenmiş olmalıdır.
10. Stent sisteminin boyu ise 135 cm den kısa olmamalıdır.
11. GENEL ÖZELLİKLER
  - 11.1. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
  - 11.2. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
  - 11.3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
  - 11.4. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
  - 11.5. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
  - 11.6. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.