



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 20223946

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/06/2022 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI	2,00 ADET

TEKLİF NO : 20223946
NOT : 20223946 ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI
TEL : 4122406
E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

442.3737.000	FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI	ADET	2
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10514) FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI

Açıklama : FLEXIBLE NAZO FARINGO LARINGOSKOP (ENDOSKOP) CİHAZI

1. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope saha görüş açısı en fazla 70 derece olmalıdır.
2. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope eğilip bükülme kabiliyeti 180 derece yukarı ve 90 derece aşağı olmalıdır.
3. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope (insertion tube) dış çapı 3.5 mm olmalıdır.
4. Fiberskop'un son uç (distal end) kısmın dış çapı 3.5 mm olmalıdır.
5. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope çalışma uzunluğu 300 mm olmalıdır.
6. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope komple dezenfeksiyon sıvısı içine batırılabilir.
7. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope son uç kısmında 2 adet ışık demeti olmalıdır.
8. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope fotoğraf amaçlı kullanılabilir.
9. Işık kaynağına giriş soketi kendi etrafında dönebilme yeteneğine sahip olmalıdır.
10. Cihazın içinde kullanılan fiberler 1. sınıf kalite niteliğinde olmalı, görüntü parlaklığı ve rezolüsyon net olmalıdır.
11. Flexible Naso Pharyngo Laryngoscope üzerinde farklı renkte netlik halkası bulunmalıdır.
12. Aşağıdaki malzemeler ile birlikte set halinde verilmelidir:
13. 1 Adet Orijinal Taşıma Çantası
14. 1 Adet Gaz Sterilizasyon Valfi
15. 1 Adet Kaçak Test Cihazı
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A.T